

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024 MEDIANTE O PA.015.CISAMREC.2024

Abaixo segue relação de itens analisados minuciosamente, conforme descritivo e em anexo (ANEXO I) as fotos da análise dos itens reprovados. Após análise chegamos aos pareceres por empresa, itens e marcas dos produtos.

Item	Descrição	Unid	Empresa	Marca/Modelo	Aprovado/Reprovado	Motivo
1	Avental/capote IMPERMEAVEL LAMINADO gramatura mínima 50g/m2. O capote ou avental deve ser de mangas longas, punho de malha ou elástico e abertura posterior. Além disso, deve ser confeccionado de material de boa qualidade, atóxico, hidro/hemorrepelente, hipoalérgico, com baixo desprendimento de partículas e resistente, proporcionar barreira antimicrobiana efetiva (Teste de Eficiência de Filtração Bacteriológica - BFE), além de permitir a execução de atividades com conforto. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e laudo do teste de Eficiência de Filtração Bacteriológica - BFE.	Unid	RM TRADE SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA	PROTMED	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

3	Avental descartável. Características: avental de manga longa, punho de malha ou elástico e abertura posterior, com tiras para amarrar na cintura, confeccionado em TNT (100% polipropileno) gramatura mínima 30g/m 2, cor branca, tamanho único, não estéril. Deve ser confeccionado de material de boa qualidade, atóxico, hidro/hemorrepelente, hipoalérgico, com baixo desprendimento de partículas. Apresentar junto à proposta ficha técnica do produto.	Unid	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	LAVIE	REPROVADO	PRODUTO FRÁGIL, RASGA COM FACILIDADE (CONFORME FOTOS ANEXAS) E TAMANHO ÚNICO MUITO PEQUENO.
4	Equipo para nutrição enteral ESCALONADO. Características: Estéril, ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança a qualquer tipo de frasco/ ampola/bolsa, contendo protetor, câmara de gotejamento flexível e transparente permitindo o monitoramento de fluxo da alimentação a ser administrada. Tubo flexível de coloração azul em PVC de, no mínimo, 1,2m. Regulador de fluxo tipo pinça rolete, conector ESCALONADO para diferentes diâmetros de sonda, contendo protetor. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, lote, data de fabricação e validade. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e cópia impressa do registro na ANVISA/MS. Com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Unid	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO LTDA	TKL - Equipo para nutrição enteral	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

6	Frasco para nutrição enteral capacidade 300mL. Características: estéril, em plástico transparente, graduado a cada 50mL, dispositivo de vedação acoplada a tampa rosqueada e alça para suporte. Acompanha etiqueta para ser preenchida com os dados do paciente e de solução, flexível, auto lacre, presilha altamente resistente e perfeitamente ajustável à trava de segurança, paredes homogêneas, embalado individualmente, com especificação do lote impresso no produto. Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Unid	FRASCO LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FRASCO LIFE	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.
7	Lenço umedecido com ação desinfetante para uso em superfícies fixas e artigos não críticos, formulado a base de quaternário de amônio de 5ª geração + pmhb. Pacote com 50 unidades de lenços medindo aproximadamente 20x18cm e gramatura de 35 g/m². Apresentar tempo de ação de, no máximo, 2 minutos. Apresentar relatório técnico de teste de superfícies.	Pacote com 50 unidades (pedido por pacote)	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PETTY BABY	REPROVADO	PRODUTO NÃO É COMPATÍVEL COM O SOLICITADO, TRATA-SE DE UM LENÇO INFANTIL SEM AÇÃO DESINFETANTE.

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

8	Macacão de segurança confeccionado em não tecido 100% impermeável. Confeccionado em polipropileno microporoso respirável, de alta densidade com tratamento antiestático, impermeável, com capuz. Proteção do Tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário. Zíper na parte frontal do traje coberto por uma pala. Tamanho G. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto.	Unid	BARAOSEG LTDA	VOLK DO BRASIL	DESCCLASSIFICADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO, TODAVIA, A EMPRESA NÃO APRESENTOU A AFE E NÃO FOI ACEITO PELA COMISSÃO APENAS A AUTO DECLARAÇÃO.
9	Macacão de segurança confeccionado em não tecido 100% impermeável. Confeccionado em polipropileno microporoso respirável, de alta densidade com tratamento antiestático, impermeável, com capuz. Proteção do Tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário. Zíper na parte frontal do traje coberto por uma pala. Tamanho GG. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto.	Unid	BARAOSEG LTDA	VOLK DO BRASIL	DESCCLASSIFICADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO, TODAVIA, A EMPRESA NÃO APRESENTOU A AFE E NÃO FOI ACEITO PELA COMISSÃO APENAS A AUTO DECLARAÇÃO.

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

10	Macacão de segurança confeccionado em não tecido 100% impermeável. Confeccionado em polipropileno microporoso respirável, de alta densidade com tratamento antiestático, impermeável, com capuz. Proteção do Tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário. Zíper na parte frontal do traje coberto por uma pala. Tamanho XXG. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto.	Unid	BARAOSEG LTDA	VOLK DO BRASIL	DESCCLASSIFICADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO, TODAVIA, A EMPRESA NÃO APRESENTOU A AFE E NÃO FOI ACEITO PELA COMISSÃO APENAS A AUTO DECLARAÇÃO.
11	Máscara de proteção respiratória (respirador particulado- N95/PFF2 ou equivalente, sem válvula). <u>Conter grampo de ajuste nasal e tiras ajustáveis.</u> Com eficiência mínima na filtração de 95% de partículas de até 3u. Possuir e apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e certificado de aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.	Unid	M TESTA ATACADO LTDA	INFINITI KN95 - MARCA PRÓPRIA (M TESTA)	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

12	Óculos para proteção profissional. Características: Com lente panorâmica, incolor, lentes em policarbonato com tratamento anti-riscos. Formato anatômico com armação flexível, com proteção lateral e válvulas para ventilação. Com possibilidade de visualização num ângulo de 120 graus, anti-embaçante, lavável e passível de desinfecção química. Possuir e apresentar junto a proposta certificado de aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.	Unid	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	POLI - FERR	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.
18	Tubo para coleta de sangue à vácuo em vidro 4mL com gel e ativador de coágulo. Embalados em pacotes com 100 unidades.	Caixa com 100 unid (pedido por caixa)	DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS	FIRSTLAB	REPROVADO	PRODUTO NÃO ATENDE AO TAMANHO SOLICITADO.

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

20	Oxímetro de pulso, clipe de dedo, portátil. Com display de LED, Intervalo de medição de SpO2 entre 70-99% com precisão de $\pm 2\%$. Possuir frequência de Pulso: Intervalo de medição: 30-250 BPM. Funcionamento com duas pilhas tipo "AAA" com possibilidade de duração de 18 horas de monitorização contínua. Equipamento deverá possuir barras laterais para maior precisão de leitura em locais com grande luminosidade. Equipamento deverá realizar leitura em unha com esmalte. Possuir e apresentar junto à proposta o registro na ANVISA. Apresentar junto à proposta, catálogo do produto identificando o mesmo.	Unid	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	FINGERTIP PULSE OXIMETER	REPROVADO	TESTES REALIZADOS EM UNHAS COM E SEM ESMALTES, APRESENTOU RESULTADO APENAS NAS UNHAS SEM ESMALTE, ADEMAIS, O PRODUTO DEMOROU MUITO PARA APRESENTAR RESULTADO O QUE IMPLICARIA NA QUALIDADE DE ATENDIMENTO (CATALOGO EM INGLÊS).
21	Termômetro clínico digital de testa sem contato. Características: indicado para medição de temperatura corpórea à distância (sem contato) de maneira rápida e precisa, bastando aproximar o sensor da testa para obter a temperatura corpórea em poucos segundos. Não há contato do aparelho com a pele, tornando a medida muito mais conveniente, higiênica e rápida. Funcionamento com duas pilhas tipo "AAA". Deverá acompanhar manual de instruções em português. Apresentar junto à proposta, catálogo do produto identificando o mesmo.	Unid	AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI- ME	NINGBO	REPROVADO	CATÁLOGO DO PRODUTO E INFORMAÇÕES NO PRÓPRIO TERMÔMETRO EM INGLÊS.

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

28	Algodão Hidrófilo, 100%. Características: Algodão alvejado, inodoro, isento de amido, fibras longas, em camadas sobrepostas e uniformes, macio, cor branca, com alta absorção de líquido. Capa de cola vegetal hipoalergênica aplicada em uma das faces. Enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão. Rolo com 500 gramas. Possuir registro na ANVISA.	Unid/Rolo	MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	NATHY PLUS	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.
30	Compressa de Gaze Hidrófila Estéril 7,5 x 7,5 cm c/ 13 fios, pacote c/ 10 unidades. Características: confeccionada com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechada e 15x30 quando aberta. Cor branca, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Inodoras e insípidas. Dobradas para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento, isento de quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita utilização, embaladas em pacote com 10 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência e demais características conforme ABNT 13843:2009. Esterilizados por irradiação gama ou por óxido de etileno, sem o filamento radiopaco. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de	Pacote com 10 unidades (pedido por pacote)	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	LIVIA 13 FIOS	REPROVADO	PRODUTO NÃO ATENDE O DESCRITIVO, DIMENSÕES QUANDO ABERTA NÃO ATENDE O SOLICITADO POIS AS MESMAS SÃO 13X24CM, SENDO QUE O SOLICITADO É DE 15X30CM, CONFORME MOSTRA NA PRÓPRIA EMBALAGEM.

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.

DATA: 08/07/2024

PARA: Setor de Licitações do CISAMREC

ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024

	validade.					
--	-----------	--	--	--	--	--

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

31	Compressa de gaze Hidrófila 7,5 X 7,5 com 13 fios, pacote com 500und. Características: confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras, com dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15x30 cm quando abertas. Cor branca, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Inodoras e insípidas. Dobradas para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento, isento de quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita utilização, embaladas em pacote plástico com 500 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência, sem fios radiopacos e demais características conforme ABNT 13843:2009. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Pacote com 500 unidades (pedido por pacote)	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	SOFT	REPROVADO	PRODUTO NÃO ATENDE O DESCRITIVO, AS DIMENSÕES QUANDO ABERTA NÃO ATENDEM O SOLICITADO, POIS AS MESMAS SÃO 9,5X22CM, SENDO QUE O SOLICITADO É DE 15X30CM, CONFORME MOSTRA NA PRÓPRIA EMBALAGEM.
----	--	---	---	------	-----------	---

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

32	Saco para coleta de resíduos sólidos infectantes 30 litros. Com as seguintes especificações: confeccionado em polietileno de alta densidade virgem resistente, na cor branco leitoso. Externamente, deverá apresentar impresso à simbologia internacional de material infectante, marcar lote e validade do produto, de acordo com a RDC 33/03 e NBR 7500. Capacidade aproximadamente 30 litros medindo aproximadamente 39 x 62 cm. Espessura mínima de 0,08 micra e máximo de 0,12 micra. Pacote com 100 unidades. Cada pacote deverá vir acompanhado de dispositivo que permita o perfeito fechamento do mesmo, sem vazamento de conteúdo.	Pacote com 100 unidades (pedido por pacote)	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	RAVA	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.
34	Tubo plástico sistema à vácuo para hemograma 4 ml com EDTA (tampa roxa).	Unid	DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS	FIRSTLAB	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

35	Vaselina líquida 100% volume 1000mL de grau farmacêutico contendo dados de identificação, procedência, lote e data de validade.	Unid	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	QUIMIDROL	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.
37	Máscara de oxigênio com bolsa reservatório e de não reinalação Infantil. Transparente, de vinil macio, para conforto do paciente e avaliação visual. Completa, com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10 A 2,20m. Presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável. Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Unid	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DECLASSIFI- CADO	DECLASSIFI- CADO	LICITANTE NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA ANÁLISE.

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

39	Compressa de Gaze Hidrófila Estéril 10 x 10 cm c/ 13 fios, pacote c/ 10 unidades. Características: confeccionada com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras com dimensão de 10 x 10 cm quando fechada e 20x40 quando aberta. Cor branca, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Inodoras e insípidas. Dobradas para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento, isento de quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita utilização, embaladas em pacote com 10 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência e demais características conforme ABNT 13843:2009. Esterilizados por irradiação gama ou por óxido de etileno, sem o filamento radiopaco. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Pacote com 10 unidades (pedido por pacote)	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	HÉRIKA	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.
----	---	--	---	--------	----------	---

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

45	Agulhas hipodérmicas 25 X 7 mm. Características: Hipodérmica, estéril, siliconizada de uso profissional. Cânula em aço inox, cilíndrica-oca-reta, com perfeita adaptação universal ao canhão (bico Slip e LuerLock), com bisel médio trifacetado, ponta afiada, não áspero e sem rebarbas. Canhão plástico, atóxico, sem rebarbas e com espeço morto reduzido. Protetor em polipropileno atóxico, no formato hexagonal, estéril de uso único, com manga de borracha na parte inferior. Canhão, protetor e embalagem na cor correspondente ao calibre. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com identificação colorida. Caixa com 100 unidades. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Caixa com 100 Unidades (pedido por caixa)	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	TKL	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.
----	---	---	--	-----	----------	--------------------------------------

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

48	Sonda de borracha (látex natural), tipo foley, 2 vias, calibre nº 16. Características: Sonda descartável, esterilizada, confeccionada em látex siliconizado, atóxica, medindo no mínimo 28 cm, apresentando flexibilidade e maleabilidade adequadas ao fim a que se destina. Que não cause irritação ao paciente, apresentando espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos. Com válvula do balão fixa que permita adaptação a seringas, balão com capacidade de 5 a 15mL e boa distensibilidade. Ponta arredondada e fechada, apresentando 02 orifícios ovais próximos a ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro do calibre, isentos de rebarbas e ou saliências que possam traumatizar o paciente. Dupla embalagem, sendo a externa em papel grau cirúrgico e a interna em polietileno picotado nas extremidades, favorecendo abertura técnica asséptica garantindo a integridade e esterilidade do produto. Esterilizadas através de radiação gama. Embaladas individualmente e acondicionadas em caixas. Possuir registro na ANVISA. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Unid	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	WELLEAD	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.
----	---	------	--	-----------------------	------------------------	--

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

49	Sonda de borracha (látex natural), tipo foley, 2 vias, calibre nº 18. Características: Sonda descartável, esterilizada, confeccionada em látex siliconizado, atóxica, medindo no mínimo 28 cm, apresentando flexibilidade e maleabilidade adequadas ao fim a que se destina. Que não cause irritação ao paciente, apresentando espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos. Com válvula do balão fixa que permita adaptação a seringas, balão com capacidade de 5 a 15mL e boa distensibilidade. Ponta arredondada e fechada, apresentando 02 orifícios ovais próximos a ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro do calibre, isentos de rebarbas e ou saliências que possam traumatizar o paciente. Dupla embalagem, sendo a externa em papel grau cirúrgico e a interna em polietileno picotado nas extremidades, favorecendo abertura técnica asséptica garantindo a integridade e esterilidade do produto. Esterilizadas através de radiação gama. Embaladas individualmente e acondicionadas em caixas. Possuir registro na ANVISA. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Unid	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	WELLEAD	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.
----	---	------	--	-----------------------	------------------------	--

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

50	Sonda de borracha (látex natural), tipo foley, 2 vias, calibre nº 20 Características: Sonda descartável, esterilizada, confeccionada em látex siliconizado, atóxica, medindo no mínimo 28 cm, apresentando flexibilidade e maleabilidade adequadas ao fim a que se destina. Que não cause irritação ao paciente, apresentando espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos. Com válvula do balão fixa que permita adaptação a seringas, balão com capacidade de 5 a 15mL e boa distensibilidade. Ponta arredondada e fechada, apresentando 02 orifícios ovais próximos a ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro do calibre, isentos de rebarbas e ou saliências que possam traumatizar o paciente. Dupla embalagem, sendo a externa em papel grau cirúrgico e a interna em polietileno picotado nas extremidades, favorecendo abertura técnica asséptica garantindo a integridade e esterilidade do produto. Esterilizadas através de radiação gama. Embaladas individualmente e acondicionadas em caixas. Possuir registro na ANVISA. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Unid	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	WELLEAD	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.
----	--	------	--	-----------------------	------------------------	--

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

67	Aparelho de pressão INFANTIL (Esfigmomanômetro + braçadeira INFANTIL). Equipamento específico para medir a pressão arterial através de manguito inflável e manômetro no membro superior do paciente pediátrico. Com vidro graduado de 0 à 300 mmhg, de precisão e fácil leitura; braçadeira em nylon, tecido poliamida com dupla camada de resina, impermeável para melhor higienização, fecho em metal com tratamento antioxidante, partes metálicas cromadas, fabricado conforme especificação do Inmetro, com bolsa para transporte. O equipamento deverá ser acompanhado por manuais de operação em língua portuguesa. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto/catalogo e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Unid	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PREMIUM	REPROVADO	PRODUTO INCOMPATÍVEL COM FECHO EM VELTRO, O SOLICITADO É FECHO EM METAL.
----	---	------	--	-----------------------	-------------------------	--

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

68	Aparelho de pressão OBESO (Esfigmomanômetro + braçadeira OBESO).Equipamento específico para medir a pressão arterial através de manguito inflável e manômetro no membro superior do paciente obeso. Com vidro graduado de 0 à 300 mmhg, de precisão e fácil leitura; braçadeira em nylon, tecido poliamida com dupla camada de resina, impermeável para melhor higienização, fecho em metal com tratamento antioxidante, partes metálicas cromadas, fabricado conforme especificação do Inmetro, com bolsa para transporte. O equipamento deverá ser acompanhado por manuais de operação em língua portuguesa. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto/catalogo e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Unid	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PREMIUM	REPROVADO	PRODUTO INCOMPATÍVEL COM FECHO EM VELTRO, O SOLICITADO É FECHO EM METAL.
----	---	------	--	-----------------------	-------------------------	--

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

69	Coletor Infantil com furo recortado, unissex, com furo oval. Características: Confeccionados em polietileno de baixa densidade, transparente, atóxico, maleável, com capacidade para 100mL; com selagem de alta resistência nas bordas assegurando a integridade do saco para que não ocorra vazamento. Composto por saco de comprimento de 17cm e largura de 10cm, com um furo pré-cortado e com película protetora não aderente e descartável. Fita adesiva dupla face, hipoalérgica, resistente e que não desprende do conjunto e não deixa resíduo na pele do usuário. Embalagem individual estéril. Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Unid	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	LETOMED	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.
70	Esparadrapo Impermeável, com capa, 5cmx4,5m. Características: Composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Esparadrapo de boa fixação e aderência. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres. Largura 5cm x 4,5m comprimento. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e cópia impressa do registro na ANVISA/MS. Com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Rolo	CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA	COPERTINA	REPROVADO	AS DIMENSÕES NÃO ATENDEM O SOLICITADO, O PRODUTO FORNECIDO APRESENTA 10X4,5CM.

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

71	Bisturi cirúrgico descartável, com lâmina fabricada em aço inoxidável nº.15 e cabo em plástico. Acompanha tampa protetora para a lâmina. Embalagem unitária contendo dados de identificação, procedência e lote.	Unid	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDIX	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.
72	Agulha preta 22G1 , para coleta múltipla de sangue a vácuo, medindo 25x7 (22G1), uso pediátrico/geriátrico, canhão de cor preto com bisel trifacetado, siliconizado, esterilizado a Oxido de Etileno (ETO). Com dispositivo emborrachado que permite perfeito encaixe de adaptadores. Embaladas individualmente em cápsulas hermeticamente fechadas que contenha: calibre da agulha, número de lote e validade. Com dispositivo de segurança. Produto de uso único. Apresentação: Caixas em papelão com 100 unidades cada. De acordo com a NR 32/Portaria GM nº 939 que estabelece o uso de Materiais Perfuro Cortantes com Dispositivo de Segurança.	Caixa com 100 unid (pedido por caixa)	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	DESCLASSIFI- CADO	DESCLASSIFI- CADO	LICITANTE NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA ANÁLISE.

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

73	Agulha verde 21G1 , para coleta múltipla de sangue a vácuo, medindo 25x8 (21G1), uso pediátrico/geriátrico, canhão de cor verde com bisel trifacetado, siliconizado, esterilizado a Oxido de Etileno (ETO). Com dispositivo emborrachado que permite perfeito encaixe de adaptadores. Embaladas individualmente em cápsulas hermeticamente fechadas que contenha: calibre da agulha, número de lote e validade. Com dispositivo de segurança. Produto de uso único. Apresentação: Caixas em papelão com 100 unidades cada. De acordo com a NR 32/Portaria GM nº 939 que estabelece o uso de Materiais Perfuro Cortantes com dispositivo de segurança.	Caixa com 100 unid (pedido por caixa)	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	MEDIX	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.
74	Tubo plástico sistema à vácuo para sorologia com gel separador, 8ml. Tampa vermelha-anel amarelo, sem aresta.	Unid	DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS	FIRSTLAB	APROVADO	A COMISSÃO OPTOU PELA APROVAÇÃO, UMA VEZ QUE, APESAR DE SER TAMPA DE COLORAÇÃO DIVERGENTE, SERVE PARA A MESMA FINALIDADE.
75	Adaptador universal , para coleta com sistema à vácuo, que se adapte a diversas marcas de agulha. Material na cor transparente, rígido e de fácil higienização.	Unid	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COLEMAN	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

78	Fita Cirúrgica Microporosa Hipoalergênica largura 10cm x 4,5m comprimento. Características: Confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. De finíssima espessura e excelente fixação , que não machuque a pele ao ser removida, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Unid	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COPERTINA	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.
79	Fita Cirúrgica Microporosa Hipoalergênica largura 5cm x 4,5m comprimento. Características: Confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. De finíssima espessura e excelente fixação , que não machuque a pele ao ser removida, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Unid	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO LTDA	COPERTINA	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

80	Fita Cirúrgica Microporosa 3M, largura 5cm x 4,5m, na cor BEGE. Características: Confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. De finíssima espessura e excelente fixação, que não machuque a pele ao ser removida, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças. Apresentar junto à proposta cópia impressa do registro na ANVISA e ficha técnica do produto identificando mesmo. NOTA: os profissionais que realizam auriculoterapia relatam que a marca 3M tem fixação superior a outras já testadas e, para fixação de agulhas/sementes por 15 dias no pavilhão auditivo, somente a marca 3M mostrou-se eficaz.	Unid	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	DECLASSIFI- CADO	DECLASSIFI- CADO	LICITANTE NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA ANÁLISE.
82	Lençol hospitalar descartável em papel. Características: Picote 70 cm x 50 m. 100% fibras naturais (celulose). De boa qualidade, premiun, absorvente e resistente. Cor BRANCA sem manchas. Rolo com 50 metros.	Unid	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SNOP INDÚSTRIA (MARCA PRÓPRIA)	REPROVADO	O PRODUTO NÃO APRESENTA O PICOTE A CADA 70 CM CONFORME SOLICITADO EM EDITAL.

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

86	Sonda aspiração traqueal nº 08 em PVC, descartável. Características: Atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente. Deve possuir orifícios adequados e conector universal. Embalada individualmente. Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Unid	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	EMBRAMED	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.
87	Sonda aspiração traqueal nº 10 em PVC, descartável. Características: Atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente. Deve possuir orifícios adequados e conector universal. Embalada individualmente. Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Unid	UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BIOFARMA- CEUTICA	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.
88	Sonda uretral nº 06, descartável. Características: Atóxica, estéril, em PVC flexível, siliconizada, transparente, atraumática, com dois orifícios e conector com tampa. Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Unid	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MARKMED	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.
90	Sonda uretral nº 10, descartável. Características: Atóxica, estéril, em PVC flexível, siliconizada, transparente, atraumática, com dois orifícios e conector com tampa. Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Unid	METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	BIOSANI	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

94	Dispositivo para incontinência urinária de látex estéril, tamanho 05 com fita dupla face hipoalergica , com extensão, acondicionado em papel grau cirúrgico. Possuir registro na ANVISA. Validade de 02 anos a partir da data de entrega.	Unid	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	URO- CONTROL	REPROVADO	PRODUTO APRESENTADO NÃO TRATA-SE DE PRODUTO ESTÉRIL, NÃO ESTÁ ACONDICIONADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E NÃO POSSUI EXTENSÃO.
97	Cobertor Manta Térmica Corporal Aluminizada isalante temperatura. 2,30 X 1,40m. Descartável, produzido em polietileno aluminizado a prova d'água.	Unid	TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	TECH-SUL (MARCA PRÓPRIA)	REPROVADO	AS DIMENSÕES NÃO ATENDEM O SOLICITADO, O PRODUTO FORNECIDO APRESENTA 2,10X1,40M.
100	Papel grau cirurgico 15cm X 100mt. Gramatura de 60g/m2 a 70g/m2. Livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessuras. Baixa permeabilidade de líquidos. Porosidade controlada em toda a extensão. Barreira microbiana. Papel em conformidade com a norma ABNT/NBR 14990-2.	Rolo	CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI	CIEX	APROVADO	ATENDE AO SOLICITADO EM DESCRIPTIVO NO EDITAL.
101	Papel grau cirurgico 40cm X 100mt. Gramatura de 60g/m2 a 70g/m2. Livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessuras. Baixa permeabilidade de líquidos. Porosidade controlada em toda a extensão. Barreira microbiana. Papel em conformidade com a norma ABNT/NBR 14990-2.	Rolo	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AMED - MARIANA	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRIPTIVO.

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

111	Atadura de crepom medindo 06 cm de largura por 1,80m de comprimento em repouso, com densidade de 18 fios/cm² tipo II, com peso de 18g por unidade, confeccionada em tecido mínimo 90% algodão acrescido de elastano, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, aparência uniforme, bordas devidamente bem acabadas, isenta de impurezas, rasgos, fiapos, fios soltos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Apresentar registro ms e AFE do fabricante na proposta. Embaladas individualmente, pacote com 12 unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da ABNT 14.056. Apresentar Amostra.	Pacote com 12 unid (pedido por pacote)	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DECLASSIFI- CADO	DECLASSIFI- CADO	LICITANTE NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA ANÁLISE.
-----	--	--	--	---------------------	---------------------	---

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

112	Atadura de crepom medindo 10 cm de largura por 1,80m de comprimento em repouso, com densidade de 18 fios/cm² tipo II, com peso de 30g por unidade, confeccionada em tecido mínimo 90% algodão acrescido de elastano, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, aparência uniforme, bordas devidamente bem acabadas, isenta de impurezas, rasgos, fiapos, fios soltos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Apresentar registro ms e AFE do fabricante na proposta. Embaladas individualmente, pacote com 12 unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da ABNT 14.056. Apresentar Amostra.	Pacote com 12 unid (pedido por pacote)	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	DECLASSIFI- CADO	DECLASSIFI- CADO	LICITANTE NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA ANÁLISE.
-----	--	--	--	---------------------	---------------------	---

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

113	Atadura de crepom medindo 15 cm de largura por 1,80m de comprimento em repouso, com densidade de 18 fios/cm² tipo II, com peso de 45g por unidade, confeccionada em tecido mínimo 90% algodão acrescido de elastano, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, aparência uniforme, bordas devidamente bem acabadas, isenta de impurezas, rasgos, fiapos, fios soltos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Apresentar registro ms e AFE do fabricante na proposta. Embaladas individualmente, pacote com 12 unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da ABNT 14.056. Apresentar Amostra.	Pacote com 12 unid (pedido por pacote)	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	DECLASSIFI- CADO	DECLASSIFI- CADO	LICITANTE NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA ANÁLISE.
-----	--	--	--	---------------------	---------------------	---

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

114	Atadura de crepom medindo 20 cm de largura por 1,80m de comprimento em repouso, com densidade de 18 fios/cm² tipo II, com peso de 60g por unidade, confeccionada em tecido mínimo 90% algodão acrescido de elastano, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, aparência uniforme, bordas devidamente bem acabadas, isenta de impurezas, rasgos, fiapos, fios soltos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Apresentar registro ms e AFE do fabricante na proposta. Embaladas individualmente, pacote com 12 unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da ABNT 14.056. Apresentar Amostra.	Pacote com 12 unid (pedido por pacote)	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	ERIMAX	REPROVADO	PRODUTO NÃO ATINGE O PESO SOLICITADO POR UNIDADE (21g) E O COMPRIMENTO INFORMADO NA EMBALAGEM NÃO BATE COM O PRODUTO (1,56M).
117	Fio cirúrgico preto monofilamentar de poliamida no. 4,0. Características: Agulha triangular 3/8 CIRC. 2,0 cm, fio 45 cm de comprimento. Nº. 4-0 (Mononylon). Caixa com 24 unidades. Obs.: As Agulhas dos fios deverão ser traumáticas com ponta triangular. Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Caixa com 24 unid (pedido por caixa)	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

118	Fita crepe hospitalar 16mm x 50m. Confeccionada em papel crepado saturado com solução aquosa de látex, adesivo natural e resina sintética. Não estéril. Boa adesão. Resistente. Apresentar junto a proposta registro no MS.	Rolo	CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA	EUROCEL	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.
119	Esparadrapo Impermeável e HIPOALÉRGICO, com capa, 2,5cmx4,5m. Características: Composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva hipoalergênica, ISENTOS DE LÁTEX. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres. Largura 2,5m x 4,5m comprimento. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e cópia impressa do registro na ANVISA/MS. Com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Unid	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	COPERTINA	REPROVADO	PRODUTO APRESENTADO POSSUI ODOR FORTE QUE NÃO É CARACTERISTICO E NÃO POSSUI INFORMAÇÃO NA EMBALAGEM SOBRE ODOR, TAMBÉM NÃO POSSUI BOA ADERÊNCIA E APRESENTOU DIFICULDADE DE ROMPER/RASGAR.
124	Lanceta automática descartável conforme NR32, agulha em aço inox para obtenção de sangue capilar, retrátil, estéril, com agulha siliconizada, ponta trifacetada, com diâmetro de 28G ou 30G, disparada através de contato (sem botão de acionamento), com dispositivo de segurança, que impeça o reuso e provida de lacre, com profundidade de penetração de até 1,4mm. Embalagem contendo dados de identificação do produto, número de lote, tipo de esterilização, data de fabricação/ validade e registro no MS/ANVISA.	Unid	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	BIOLAND	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

125	Luva cirúrgica estéril. Esterilizada por radiação ionizante. Hipoalergenica, ou seja, baixo teor de proteína, anatômica, texturizada e antiderrapante. Padrão nacional, conforme nbr 13391 da ABNT e Portaria 233 do INMETRO (conformidade). Lubrificadas com finíssimo pó bioabsorvível, punho reforçado. Tamanho 8.5 apresentar junto a proposta registro no ministério da saúde e CA.	Par (pedido por par, ou seja virão 2 luvas)	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	ABL	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.
130	Cateter Urinário Lubrificado. Cateter urinário para cateterismo intermitente. Catéter Hidrofilico lubrificado pronto para uso. Nelaton. Isento de látex. Tamanho nº 14.	Unid	COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	COLOPLAST SPEEDCATH STANDARD	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.
131	Protetor Solar corpo/rosto FPS50 de alta proteção contra os raios UVA/UVB, Oil Free, Hidratação Prolongada, Textura Leve, Rápida Absorção, Hipoalergênico, Resistente a água e suor e para todos o tipos de pele. Frasco de 200mL.	Unid	MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	COSMODERMA PROSUN 50	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.
132	Sonda aspiração traqueal nº 12 em PVC, descartável. Características: Atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente. Deve possuir orifícios adequados e conector universal. Embalada individualmente. Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Unid	UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BIOFARMA CEUTICA	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

133	Tubo com gel separador e EDTA, 3,5mL. Coleta à vacuo. Tampa roxa.	Unid	DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS	FIRSTLAB	REPROVADO	TUBO COM CAPACIDADE MAIOR QUE O SOLICITADO.
135	Abaixador de língua fabricado em madeira, para uso médico e odontológico. Descartável, não estéril, com bordas e superfícies perfeitamente acabadas, formato liso. Descartável. Medindo aproximadamente 14cm de comprimento, 1,4cm de largura e 0,2mm de espessura. Pacote com 100 unidades. Apresentar registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	Pacote com 100 unidades (pedido por pacote)	CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA	THEOTO	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

141	Lanceta neonatal na cor ROXA. Estéril. Em plástico rígido e com design ergonômico, possui protetor plástico e dispositivo de segurança, agulha retrátil acionada por gatilho que garanta fácil manuseio e segurança do profissional de saúde no ato da punção, conforme NR 32. Agulha com 2,0mm de profundidade e 1,5mm de largura. Fluxo de sangue com volume mínimo de 500 microlitros, permitindo preenchimento adequado dos cinco campos de coleta do papel filtro com uma única punção. Esterelizado na radiação gama. Produto de uso único. Caixa com, no mínimo, 100 lancetas. Deve atender a RDC 185 e as normas reguladoras 13485. Deve possuir registro na ANVISA.	Caixa	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	VENPER MEDICAL SUPPLIES	REPROVADO	PRODUTO APRESENTADO POSSUI 1,8MM DE PROFUNDIDADE E 0,36MM DE LARGURA, SENDO DIVERGENTE A SOLICITADO.
142	Lanceta neonatal na cor AZUL. Estéril. Em plástico rígido e com design ergonômico, possui protetor plástico e dispositivo de segurança, agulha retrátil acionada por contato que garanta fácil manuseio e segurança do profissional de saúde no ato da punção, conforme NR 32. Agulha com 2,0mm de profundidade e 1,5mm de largura. Fluxo de sangue com volume mínimo de 500 microlitros, permitindo preenchimento adequado dos cinco campos de coleta do papel filtro com uma única punção. Esterelizado na radiação gama. Produto de uso único. Caixa com, no mínimo, 100 lancetas. Deve atender a RDC 185 e as normas reguladoras 13485. Deve possuir registro na ANVISA.	Caixa	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DESCCLASSIFI- CADO	DESCCLASSIFI- CADO	LICITANTE NÃO APRESENTOU AMOSTRAS PARA ANÁLISE.

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

143	Protetor Solar corpo/rosto FPS30 de alta proteção contra os raios UVA/UVB, Oil Free, Hidratação Prolongada, Textura Leve, Rápida Absorção, Hipoalergênico, Resistente a água e suor e para todos o tipos de pele. Frasco de 200mL.	Frasco	MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	COSMODERMA PRO-SUN 30	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.
146	Seringa 10ml, sem agulha. Características: Seringa em polipropileno, estéril, siliconizada, descartavel, com bico LUER SLIP (ROSCA) que permita o uso em todas as marcas de agulhas. Embolo com anel interno emborrachado para melhor retenção do líquido, graduada em escala numérica para ml com números nítidos, visíveis e gravados ao longo do corpo da seringa. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico contendo as informações sobre: tipo, data e validade da esterilização, procedência, fabricante, número do lote e registro no MS (na caixa e na embalagem individual). Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Unid	GOLDENPLUS- COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	INJEX	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

150	Scalp 25G x 3/4"x 7" (0,5 x 19mm x 178mm) azul, para coleta de amostras de sangue ou infusões endovenosas de curta duração. Conexão a vácuo (dispositivo emborrachado), permitindo a coleta com adaptador (coleta fechada). Recomendado para coletas múltiplas de sangue. Cânula em aço inoxidável e bisel trifacetado, com capa protetora. Esterilizado por óxido de etileno, com dispositivo de segurança, de acordo com a NR 32/Portaria GM 939 que estabelece o uso de Materiais Perfuro Cortantes com Dispositivo de Segurança. Embalados individualmente. Produto de uso único. CX COM 50 UNIDADES.	Caixa c/ 50 unid.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.
152	Lâmina de bisturi, número 11, em aço inox, que permita a realização de cortes suaves. Estéril, descartável, embalada individualmente em forma de sachê. A embalagem deve permitir a retirada fácil da lâmina, com abertura asséptica, apresentando dados de identificação, lote, procedência, validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades.	Caixa c/100 unid	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	LABOR IMPORT	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

158	Curativo de carvão ativado com prata. Tamanho 10cm X 10cm , permitindo uma variação de +/- 2cm em cada medida. Características mínimas: Curativo primário estéril, composto por uma camada de carvão ativado impregnado com prata, enserido em um envoltório de não-tecido. Embalagem unitária contendo identificação de marca, lote, data de fabricação, validade e procedência. Deve apresentar registro no MS. O fabricante deverá fornecer as orientações por escrito, em português. Validade de no mínimo 12 meses, contada a partir da data de emissão da NF.	Unid	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	PHARMAPAD CARBON AG	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.
199	Cateter hidrófilo nº.14 Speedcath - Coloplast (para atender demanda judicial).	Unid	COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	COLOPLAST SPEEDCATH STANDARD	APROVADO	PRODUTO COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.

Durante a realização da análise técnica do material, foram avaliados todos os requisitos obrigatórios, conforme especificações editalícias,

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

bem como a qualidade, segurança e eficácia dos materiais.

Deste modo, como membros da comissão técnica, no uso das atribuições que nos conferem, nos posicionamos pela **aprovação** dos itens 1, 4, 6, 11, 12, 28, 32, 34, 35, 39, 45, 48, 49, 50, 69, 71, 73, 74, 75, 78, 79, 86, 87, 88, 90, 100, 101, 117, 118, 124, 125, 130, 131, 132, 135, 143, 146, 150, 152, 158 e 199, vez que atende ao solicitado em edital, **reprovação** dos itens 3, 7, 18, 20, 21, 30, 31, 67, 68, 70, 82, 94, 97, 114, 119, 133 e 141, uma vez que não atende (diverge) ao solicitado conforme motivo já explicado a cima, e **desclassificação** dos itens 8, 9, 10, 37, 72, 80, 111, 112, 113 e 142 uma vez que diverge solicitações do edital, conforme motivo já explicado a cima.

Informamos que no dia de hoje, 08/07/2024, iniciamos a análise às 8h30min.e conseguimos analisar até às 12h, faltando analisar várias amostras, e por termos compromisso em nossos Municípios no período da tarde, não conseguimos analisar mais, desta forma, realizaremos outra análise no decorrer da semana dos demais itens.

Seguindo resultado da análise acima para cada item, o Setor de Licitações do CISAMREC pode dar prosseguimento ao PE.007/2024 com a habilitação para os itens aprovados e desclassificação para os itens que formam reprovados.

Criciúma, 08 de julho de 2024.

TAISE LAZZARIN DAROS
Farmacêutica do Município de Turvo

LILIANA DIMER
Enfermeira do Município de Criciúma

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

JANETE DE FÁTIMA DOS SANTOS BORDIN
Enfermeira do Município de Morro da Fumaça

RAVENA PAVEI JACINTO
Enfermeira do Município de Treviso

MIKAELLA ROSA MANENTI
Assistente de Logística do CISAMREC, graduada em Enfermagem


DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ANEXO I

IMAGENS DO RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024 MEDIANTE O PA.015.CISAMREC.2024

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ITEM 03



DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ITEM 07




DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ITEM 18




DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ITEM 20




DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ITEM 21



DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ITEM 30



DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ITEM 31



DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ITEM 67




DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ITEM 68




DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ITEM 70



DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ITEM 82



DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ITEM 94



DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ITEM 97



DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ITEM 114



DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ITEM 119




DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ITEM 133



DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 08/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ITEM 141



Assinado eletronicamente por:

* LILIANA MARIA DIMER (***.145.129-**)

em 08/07/2024 15:54:40 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)

* JANETE DE FATIMA DOS SANTOS BORDIN (***.457.499-**)

em 08/07/2024 16:19:13 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)

* MIKAELLA ROSA MANENTI (***.766.069-**)

em 08/07/2024 16:21:28 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)

* TAISE LAZZARIN DAROS (***.516.479-**)

em 09/07/2024 07:46:53 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)

* RAVENA PAVEI JACINTO (***.735.229-**)

em 09/07/2024 08:45:00 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://cisamrec-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/0da47b1a-f1ea-41c9-b2b0-ecd06e967931>

