

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria n.º 012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 26/07/2024
---	-------------------------

PARA: Setor de Licitações do CISAMREC

ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024 MEDIANTE O PA.015.CISAMREC.2024

Abaixo segue relação de itens analisados minuciosamente, conforme descritivo e em anexo (ANEXO I) as fotos da análise dos itens reprovados. Após análise chegamos aos pareceres por empresa, itens e marcas dos produtos.

Item	Descrição	Unid	Empresa	Marca/Modelo	Aprovado/Reprovado	Motivo
3	Avental descartável. Características: avental de manga longa, punho de malha ou elástico e abertura posterior, com tiras para amarrar na cintura, confeccionado em TNT (100% polipropileno) gramatura mínima 30g/m 2, cor branca, tamanho único, não estéril. Deve ser confeccionado de material de boa qualidade, atóxico, hidro/hemorrepelente, hipoalérgico, com baixo desprendimento de partículas. Apresentar junto à proposta ficha técnica do produto.	Unid.	CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA	FORTCLEAN	REPROVADO	O PRODUTO APRESENTADO NÃO POSSUÍ BOA QUALIDADE. RASGOU FACILMENTE AO COLOCAR E NÃO ATENDE A GRAMATURA.

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria n.º 012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 26/07/2024
---	-------------------------

PARA: Setor de Licitações do CISAMREC

ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024

30	Compressa de Gaze Hidrófila Estéril 7,5 x 7,5 cm c/ 13 fios, pacote c/ 10 unidades. Características: confeccionada com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechada e 15x30 quando aberta. Cor branca, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Inodoras e insípidas. Dobradas para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento, isento de quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita utilização, embaladas em pacote com 10 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência e demais características conforme ABNT 13843:2009. Esterilizados por irradiação gama ou por óxido de etileno, sem o filamento radiopaco. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Pacote com 10 unidades (pedido por pacote)	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AMED - HÉRIKA 13 FIOS	APROVADA	PRODUTO ATENDE O DESCRIPTIVO.
----	---	--	---	--------------------------------------	-----------------	--

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria n.º 012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 26/07/2024
---	-------------------------

PARA: Setor de Licitações do CISAMREC

ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024

31	Compressa de gaze Hidrófila 7,5 X 7,5 com 13 fios, pacote com 500und. Características: confeccionadas em fios 100%, algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras, com dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15x30 cm quando abertas. Cor branca, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alveiantes ópticos. Inodoras e insípidas. Dobradas para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento, isento de quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita utilização, embaladas em pacote plástico com 500 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência, sem fios radiopacos e demais características conforme ABNT 13843:2009. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Pacote com 500 unidades (pedido por pacote)	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	DESCLASSIFI- CADA	DESCLASSIFICADA	EMPRESA NÃO APRESENTOU AMOSTRA.
-----------	--	---	---	----------------------	-----------------	------------------------------------

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria n.º 012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.

DATA: 26/07/2024

PARA: Setor de Licitações do CISAMREC

ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024

91	Detector de batimento cardíaco fetal digital portátil. Indicado para detectar e auscultar os batimentos cardíaco – fetal, a partir da 10ª semana de gestação, por Doppler de ultrassonografia, detectando movimentos e fluxos em frequências próximas de 2 MHz. Alto-falante embuído. Características técnicas: Painel frontal com display LCD - cristal líquido tes, capa protetora, fone de ouvido. Alimentação: bateria 9V. Ritmo e Frequência Cardíaca e Iluminação do display: frequência dos batimentos cardíacos: 30~240 bpm, precisão da FCF: $\pm 2\%$ da faixa~; Frequência do ultra-som: 2 MHz Intensidade do ultra-som: <10 mW/cm2. Potência de saída do alto-falante: 1,2 W (alto-falante embuído). Botão - Liga/desliga com ajuste de volume. Acessórios Inclusos: 01 Transdutor de ultra-som Transdutor BCF, 01 Fone de ouvido, 01 Bolsa para transporte, Frasco de gel, 01 Manual operacional em português. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto/catálogo e registro na ANVISA/MS.	Unid	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	DESCLASSIFI- CADA	DESCLASSIFICADA	EMPRESA NÃO APRESENTOU AMOSTRA.
186	Lanceta P/coleta de sangue capilar, lam, ret.1.6 a 2.0mm, indicada para “Teste do Pezinho”. Lanceta auto-retrátil acionada por gatilho, estéril, descartável, confeccionada em plástico rígido, com design ergonômico, sistema de ativação por botão que proporcione aderência estável durante o manuseio (acionamento do dispositivo com o polegar) para a segurança do profissional de saúde no ato da punção, e melhor desempenho no procedimento, evitando recoleta. Deve atender às especificações de segurança do trabalho conforme NR n.º 32. O dispositivo perfuro cortante deve conter o formato de lâmina protegida por capa plástica, com design ergonômico e deve atingir a profundidade de 1,6mm a 2,0mm, e largura entre 1,5mm e 2,00mm na punção cutânea do calcâneo (Teste do Pezinho). Considerando o Manual Técnico do Ministério da Saúde/Triagem	Caixa com 200 unidades (pedido por caixa)	BRAZDI IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	PONTURA	REPROVADA	O PRODUTO NÃO ATENDE NEM AO DESCRITIVO NEM A UNIDADE. TRATA-SE DE ÁGULHA E O SOLICITADO É LÂMINA.

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria n.º 012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.

DATA: 26/07/2024

PARA: Setor de Licitações do CISAMREC

ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024

	Neonatal Biológica, essa especificação garante a obtenção de alto fluxo de sangue com volume mínimo de 260 microlitros até 500 microlitros, permitindo assim o preenchimento adequado de todos os campos de coleta do papel-filtro com uma única punção. As lancetas deverão ser de uso único com validade de 60 meses. Caixa com 200 unidades. Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.					
201	Otoscópio com Iluminação halógena por Fibra Ótica. Iluminação halógena; Possuir engate com sistema de rosca, cabo em metal cromado para duas pilhas C (médias) comuns, recoberto por capa antiderrapante. Ter cabecote com lâmpada halógena, regulador de alta e baixa luminosidade. Alimentação através de duas pilhas C. Deverá acompanhar: 05 espêculos sendo: 01 jogo com 04 espêculos reutilizáveis nos tamanhos 2,5mm - 3mm - 4mm e 5mm (Esterilizáveis em autoclave ou solução para esterilização) + 01 espéculo padrão de 04mm; 01 lâmpada halógena reserva. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto/catálogo e registro na ANVISA/MS.	Unid	CIRURGICA CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA - ME	DESCLASSIFI- CADA	DESCLASSIFICADA	EMPRESA NÃO APRESENTOU AMOSTRA.

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria n.º 012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 26/07/2024
---	-------------------------

PARA: Setor de Licitações do CISAMREC

ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024
--

203	Ataduras de Crepom 8cm. Características: Confeccionadas com tecido 100% algodão cru ou misto, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm² , possuindo elasticidade longitudinal mínima de 50%. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. Tamanho: 08 cm de largura 1.80 m de comprimento (em repouso). De acordo com a NBR 14056. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Unid	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	DESCLASSIFI- CADA	DESCLASSIFICADA	EMPRESA NÃO APRESENTOU AMOSTRA.
204	Ataduras de Crepom 10cm. Características: Confeccionadas com tecido 100% algodão cru ou misto, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm² , possuindo elasticidade longitudinal mínima de 50%. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. Tamanho: 10 cm de largura 1.80 m de comprimento (em repouso). De acordo com a NBR 14056. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Unid	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	DESCLASSIFI- CADA	DESCLASSIFICADA	EMPRESA NÃO APRESENTOU AMOSTRA.

PARA: Setor de Licitações do CISAMREC

ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024

206	Ataduras de Crepom 15cm. Características: Confeccionadas com tecido 100% algodão cru ou misto, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm² , possuindo elasticidade longitudinal mínima de 50%. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. Tamanho: 15 cm de largura 1.80 m de comprimento (em repouso). De acordo com a NBR 14056. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Unid	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	DESCLASSIFI- CADA	DESCLASSIFICADA	EMPRESA NÃO APRESENTOU AMOSTRA.
207	Ataduras de Crepom 20cm. Características: Confeccionadas com tecido 100% algodão cru ou misto, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm² , possuindo elasticidade horizontal mínima de 50%. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. Tamanho: 20 cm de largura 1.80 m de comprimento (em repouso). De acordo com a NBR 14056. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Unid	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	DESCLASSIFI- CADA	DESCLASSIFICADA	EMPRESA NÃO APRESENTOU AMOSTRA.

PARA: Setor de Licitações do CISAMREC

ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024

217	Compressa de Gaze em Rolo Tipo Queijo, confeccionada com 13 fios por cm2, medindo 91cm X 91m. Não estéril. Tecido 100% algodão com 04 dobras e 08 camadas, cor branca, baixa densidade de fios por cm, ligamento tafetá. Isenta de manchas, falhas, impureza e imperfeições, altamente absorvente. Acondicionada individualmente em embalagem plástica contendo número de lote, dados de identificação, procedência, validade e demais informações conforme NBR 14108:2017. Peso mínimo de 1900g por rolo. Apresentar registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	Unid	ALPHMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	ALPHMED - LINHA PRIME 13 FIOS	APROVADO	PRODUTO ATENDE O DESCRIPTIVO.
-----	--	------	--	-------------------------------------	----------	----------------------------------

Durante a realização da análise técnica do material, foram avaliados todos os requisitos obrigatórios, conforme especificações editalícias, bem como a qualidade, segurança e eficácia dos materiais.

Deste modo, como membros da comissão técnica, no uso das atribuições que nos conferem, nos posicionamos pela **aprovação** dos itens 30 e 217, vez que atende ao solicitado em edital, e **reprovação** dos itens 3 e 186, uma vez que não atende (diverge) ao solicitado conforme motivo já explicado a cima e os itens 31, 91, 201, 203, 204, 206, 207 foram **desclassificados**, por não encaminharem os produtos para análise.

Segundo resultado da análise acima para cada item, o Setor de Licitações do CISAMREC pode dar prosseguimento ao PE.007/2024 com a habilitação para os itens aprovados e desclassificação para os itens que formam reprovados.

Criciúma, 26 de julho de 2024.


ALINE NEVES BONETTI
Farmacêutica do Município de Criciúma

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria n.º 012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 26/07/2024
---	-------------------------

PARA: Setor de Licitações do CISAMREC

ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024


RAVENA PAVEL JACINTO
Enfermeira do Município de Treviso



TUANI SCHWANCK PEREIRA
Assistente de Logística do CISAMREC, graduanda em Enfermagem

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 26/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ANEXO I

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 26/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ITEM 3 –



DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 26/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ITEM 186 -

