

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00340/2023-004 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Indicador Químico Componentes Adicionais: Alerta E Indicador De Processo , Classe: Classe Ii , Tipo: Bowie Dick , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor , Apresentação: Pacote Para Teste , Tipo Uso: Interno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 91056 **Quantidade Mínima Cotada:** 91056

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 182112

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (91056)

2 - Indicador biológico

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Indicador Biológico Espécie: Bacillus Stearothermophillus , Aplicação: Para Esterilização A Vapor , Componentes Adicionais: Com Indicador Químico E Controle De Processo , Adicionais: Pacote Para Teste , Tipo: Terceira Geração , Características Adicionais: Resposta Em 48 Horas , Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7728 **Quantidade Mínima Cotada:** 7728

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (7728)

3 - Indicador biológico

Descrição Detalhada: Indicador Biológico Espécie: Bacillus Stearothermophillus , Aplicação: Para Esterilização A Vapor , Tipo: Terceira Geração , Características Adicionais: Resposta Em 3 Horas , Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1350468 **Quantidade Mínima Cotada:** 1350468

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2700936

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1350468)