

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00803/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Sonda trato digestivo			
Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia , Modelo: Nível De Pele , Material: Silicone , Calibre: 16 FRENCH, Comprimento: Cerca 1,5 CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa , Componentes: Sistema Para Fixação , Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		120	Quantidade Mínima Cotada: 120
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 240
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (120)			

2 - Sonda trato digestivo			
Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia , Modelo: Nível De Pele , Material: Silicone , Calibre: 18 FRENCH, Comprimento: Cerca 2 CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa , Componentes: Sistema Para Fixação , Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		144	Quantidade Mínima Cotada: 144
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 288
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (144)			

3 - Sonda trato digestivo			
Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia , Modelo: Nível De Pele , Material: Silicone , Calibre: 20 FRENCH, Comprimento: Cerca 3 CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa , Componentes: Sistema Para Fixação , Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		180	Quantidade Mínima Cotada: 180
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 360
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (180)			