

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90735/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente , Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 3 MM, Comprimento Balão: Acima De 201 MM, Marcador: Radiopaco , Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035?? , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (14)

2 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente , Diâmetro Balão: Cerca De 6,5 Até 10 MM, Comprimento Balão: Acima De 201 MM, Marcador: Radiopaco , Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035?? , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (6)

3 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Tipo Função: Stent C/ Enxerto , Tipo: Ilíaco , Modelo: Expansível Por Balão , Formato: Tubular , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Revestimento: Revestido Em Poliéster , Sistema De Liberação: Montado Em Cateter Balão , Diâmetro: 5 A 30 MM, Comprimento: 100 A 150 MM, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035" , Características Adicionais: Alta Resistência Radial , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)

4 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Tipo Função: Stent C/ Enxerto , Tipo: Ilíaco , Modelo: Expansível Por Balão , Formato: Tubular , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Revestimento: Revestido Em Poliéster , Sistema De Liberação: Montado Em Cateter Balão , Diâmetro: 5 A 30 MM, Comprimento: 100 A 150 MM, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035" , Características Adicionais: Alta Resistência Radial , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)

5 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Tipo Função: Stent C/ Enxerto , Tipo: Ilíaco , Modelo: Expansível Por Balão , Formato: Tubular , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Revestimento: Revestido Em Poliéster , Sistema De Liberação: Montado Em Cateter Balão , Diâmetro: 5 A 30 MM, Comprimento: 100 A 150 MM, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035" , Características Adicionais: Alta Resistência Radial , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)

6 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent , Tipo Uso: Biliar , Aplicação: Endoscópica , Modelo: Autoexpansível , Estrutura: Metálica Não Recoberta , Material Estrutura: Platina , Revestimento: Revestido Em Nitinol , Sistema De Implante: Montado Em Introdutor De 8fr, Pré-Carregado , Diâmetro: 10 MM, Comprimento: 10 CM, Componente Ii: Marcas Radiopacas Em Platina E Iridium , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)

7 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent , Tipo Uso: Biliar , Aplicação: Endoscópica , Modelo: Autoexpansível , Estrutura: Metálica Não Recoberta , Material Estrutura: Platina , Revestimento: Revestido Em Nitinol , Sistema De Implante: Montado Em Introdutor De 8fr, Pré-Carregado , Diâmetro: 10 MM, Comprimento: 10 CM, Componente Ii: Marcas Radiopacas Em Platina E Iridium , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (24)

8 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent , Tipo Uso: Biliar , Aplicação: Endoscópica , Modelo: Autoexpansível , Estrutura: Metálica Não Recoberta , Material Estrutura: Platina , Revestimento: Revestido Em Nitinol , Sistema De Implante: Montado Em Introdutor De 8fr, Pré-Carregado , Diâmetro: 10 MM, Comprimento: 10 CM, Componente Ii: Marcas Radiopacas Em Platina E Iridium , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)

9 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent , Tipo Uso: Biliar , Aplicação: Endoscópica , Modelo: Autoexpansível , Estrutura: Metálica Não Recoberta , Material Estrutura: Platina , Revestimento: Revestido Em Nitinol , Sistema De Implante: Montado Em Introdutor De 8fr, Pré-Carregado , Diâmetro: 10 MM, Comprimento: 10 CM, Componente li: Marcas Radiopacas Em Platina E Iridium , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)