

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90050/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Oftalmoscópio			
Descrição Detalhada: Oftalmoscópio Tipo: Binocular Indireto Para Cabeça , Tipo Luz: Luz Led , Intensidade Luminosa: 1.800 LX, Cor Filtros: Filtro De Cor Azul E/Ou Verde , Componentes: Controlador Microprocessado, Capacete Regulável , Adicionais: Bateria Recarregável, Carregador, Maleta			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (1)		

2 - Otoscópio			
Descrição Detalhada: Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Fibra Ótica, Portátil , Alimentação: Pilhas , Características Adicionais: Lâmpada Halógena, Jogo De Espéculos Reutilizáveis , Zoom Óptico: Aumento Em Cerca De 3,5 Vezes , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	5		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (5)		

3 - Doppler			
Descrição Detalhada: Doppler Tipo: Mini, Vascular, Unidirecional, Tipo Caneta , Modelo: Portátil , Componentes: Regulador Volume,Saída P/ Fone Ouvido , Tensão Alimentação: Com Bateria De 9 V, Frequência: 8,2 MH			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (1)		

4 - Monitor multiparâmetro			
Descrição Detalhada: Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado/Modular , Parâmetros: Ecg, Pni, Spo2, Temp, Resp , Tipo De Tela: Tela Lcd Cerca 8", Alta Resolução , Componentes: Alarmes/Bateria , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	São Paulo/SP (2)		