

1 - Itens da Licitação

1 - Maca Clínica

Descrição Detalhada: Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Carro Maca Elevação Hidráulica , Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi , Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica , Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio , Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Suporte Para Cilindro De O2 , Características Adicionais: Radiotransparente , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acessórios: Bandeja Apoio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (15)