

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90178/2024-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Sistema De Derivação

Descrição Detalhada: Sistema De Derivação Modelo: Ventrículo-Peritoneal - Dvp , Adicionais: Radiopaco , Tipo Cateter: Cateter Ventricular E Peritoneal De Silicone , Componente 1: Válvula Unidirecional De Média Pressão , Componente 2: Reservatório De Coleta De Liquor , Tamanho: Adulto , Opcionais: Conjunto Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 155 **Quantidade Mínima Cotada:** 155

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 310

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (155)

Grupo: G1

2 - Sistema De Derivação

Descrição Detalhada: Sistema De Derivação Modelo: Ventrículo-Peritoneal - Dvp , Adicionais: Radiopaco , Tipo Cateter: Cateter Ventricular E Peritoneal De Silicone , Componente 1: Válvula Unidirecional De Média Pressão , Componente 2: Reservatório De Coleta De Liquor , Tamanho: Adulto , Opcionais: Conjunto Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 155 **Quantidade Mínima Cotada:** 155

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 310

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (155)

Grupo: G1

3 - Sistema De Derivação

Descrição Detalhada: Sistema De Derivação Modelo: Ventrículo-Peritoneal - Dvp , Adicionais: C/ Cateter Pressão Intracraniana , Tipo Cateter: Equipo C/ Sensor P/ Regulagem , Componente 1: Sistema Fechado C/ Conectores , Componente 2: Bolsa Coletora , Tamanho: Adulto , Opcionais: Compatível C/ Equipamento De Drenagem , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 155 **Quantidade Mínima Cotada:** 155

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 310

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (155)

Grupo: G1

4 - Barreira anti-adesão

Descrição Detalhada: Barreira Anti-Adesão Uso Médico Composição: Polietileno Glicol (Peg) Associado Com Amina , Forma Farmacêutica: Pó Tópico + Diluente , Características Adicionais: Com Conjunto De Aplicação , Esterilidade 1: Estéril, Apirrogênico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1530 **Quantidade Mínima Cotada:** 1530

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Seringa **Quantidade Máxima para Adesões:** 3060

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1530)

5 - Membrana substituição dura-máter

Descrição Detalhada: Membrana Substituição Dura-Máter Composição: Colágeno Tp I,Purificado,Derivado De Tendão Bovino , Espessura: Máxima De 1 MM, Comprimento: 5 CM, Largura: 5 CM, Características Adicionais: Ph Neutro, Cor Branca,Apirogênica , Tipo: Descartável, Estéril,Embalagem Dupla

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 530 **Quantidade Mínima Cotada:** 530

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1060

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (530)

Grupo: G2

6 - Membrana substituição dura-máter

Descrição Detalhada: Membrana Substituição Dura-Máter Composição: Colágeno Tp I,Purificado,Derivado De Tendão Bovino , Espessura: Máxima De 1 MM, Comprimento: 7,5 CM, Largura: 7,5 CM, Características Adicionais: Ph Neutro, Cor Branca,Apirogênica , Tipo: Descartável,Estéril,Embalagem Dupla

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 680 **Quantidade Mínima Cotada:** 680

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (680)

Grupo: G2

7 - Membrana substituição dura-máter

Descrição Detalhada: Membrana Substituição Dura-Máter Composição: Colágeno Tp I,Purificado,Derivado De Tendão Bovino , Espessura: Máxima De 1 MM, Comprimento: 10 CM, Largura: 12,5 CM, Características Adicionais: Ph Neutro, Cor Branca,Apirogênica , Tipo: Descartável,Estéril,Embalagem Dupla

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 680 **Quantidade Mínima Cotada:** 530

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (680)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Sistema De Derivação	155	Unidade
2	Sistema De Derivação	155	Unidade
3	Sistema De Derivação	155	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Membrana substituição dura-máter	530	Unidade
6	Membrana substituição dura-máter	680	Unidade
7	Membrana substituição dura-máter	680	Unidade