

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90191/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Lâmina shaver

Descrição Detalhada: Lâmina Shaver Tipo: Broca Afilada , Haste: Reta , Diâmetro Externo: Cerca De 3,0 MM, Compatibilidade: Compatível C/ Microdebridador , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330 **Quantidade Mínima Cotada:** 330

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 660

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (330)

Grupo: G1

2 - Âncora de sutura ortopédica

Descrição Detalhada: Âncora De Sutura Ortopédica Material: Ácido Polilático Plla , Diâmetro: Cerca De 3,5 MM, Componente: 2 Fios Sutura , Material Do Fio: Polietileno , Componente 2: Sistema De Aplicação , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (60)

Grupo: G1

3 - Âncora de sutura ortopédica

Descrição Detalhada: Âncora De Sutura Ortopédica Material: Ácido Polilático Plla , Diâmetro: Cerca De 5,0 MM, Componente: 2 Fios Sutura , Material Do Fio: Polietileno , Componente 2: Sistema De Aplicação , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

Grupo: G1

4 - Âncora de sutura ortopédica

Descrição Detalhada: Âncora De Sutura Ortopédica Material: Titânio , Diâmetro: Cerca De 2,0 MM, Componente: 1 Fio Sutura , Material Do Fio: Polietileno , Componente 1: Agulhado , Componente 2: Sistema De Aplicação , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 420 **Quantidade Mínima Cotada:** 420

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 840

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (420)

Grupo: G1

5 - Âncora de sutura ortopédica

Descrição Detalhada: Âncora De Sutura Ortopédica Material: Titânio , Diâmetro: Cerca De 2,7 MM, Componente: 2 Fios Sutura , Material Do Fio: Polietileno , Componente 2: Sistema De Aplicação , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (120)

Grupo: G1

6 - Trocarte

Descrição Detalhada: Trocarte Aplicação: Para Artroscopia , Apresentação: Conjunto , Material*: Polímero, Isento Látex Natural , Tipo Cânula: Cânula Rosqueada , Válvula: Vedante Em Silicone , Componente 1: Torneira P/ Insuflação , Componente 2: Obturador Ponta Distal Cônica Não Cortante , Dimensões: Cerca 5 X 70 MM, Tipo Uso: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 165 **Quantidade Mínima Cotada:** 165

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 330

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (165)

Grupo: G1

7 - Eletrodo

Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Rizotomia Percutânea Por Radiofrequência , Material Sensor: Aço Inoxidável , Adicional 2: Uso Agulha C/ Isolante Térmico , Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 165 **Quantidade Mínima Cotada:** 165

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 330

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (165)

Grupo: G1

8 - Equipo especial

Descrição Detalhada: Equipo De Infusão De Contraste Aplicação: P/ Contraste Radiológico , Material: Pvc , Comprimento: Cerca De 180 CM, Tipo Ponteira: 3 Pontas Perfurantes , Tipo Conector: Conector Luer Lock Macho C/ Tampa , Tipo Filtro: Filtros De Ar E Partícula , Características Adicionais: Sensor Pressão , Esterilidade: Estéril, Descartável , Compatibilidade: Compatível C/ Bomba Injetora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 165 **Quantidade Mínima Cotada:** 165

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 330

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (165)

Grupo: G1

9 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Introdutora P/ Fio Guia Até 0,038" , Tipo Ponta Agulha: Trocar , Dimensões: Cerca De 18 G X 7 CM, Tipo Uso: Descartável, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (80)

Grupo: G1

10 - Parafuso de interferência

Descrição Detalhada: Parafuso De Interferência Tipo: Para Reconstrução Ligamentar , Material: Ácido Polilático , Modelo: Rosca Total, Com Cabeça , Diâmetro*: 8 MM, Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (18)

Grupo: G2

11 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Ortopédico , Material: Nitinol , Diâmetro: Cerca De 1,2 Mm , Comprimento: Cerca De 45 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta , Características Adicionais: Graduado, Radiopaco , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (18)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Lâmina shaver	330	Unidade
2	Ancora de sutura ortopédica	60	Unidade
3	Ancora de sutura ortopédica	75	Unidade
4	Ancora de sutura ortopédica	420	Unidade
5	Ancora de sutura ortopédica	120	Unidade
6	Trocarte	165	Unidade
7	Eletrodo	165	Unidade
8	Equipo especial	165	Unidade
9	Agulha	80	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Parafuso de interferência	18	Unidade
11	Fio guia	18	Unidade