



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA LAPA

Rua Jaraguá, 858, 3º e 4º andares - Bairro Bom Retiro - São Paulo/SP - CEP 01129-000

Telefone: (11) 3021-9677

FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Processo nº 6018.2026/0074598-1

Órgão interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Unidade interessada: LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA LAPA

Unidade requisitante:	SMS/CRSO/Laboratório Municipal Lapa
Servidor responsável pela requisição:	Fábio dos Santos Schlottfeldt, RF 806069-0, Gestor de Equipamento Público I
Telefone:	11 5239-0412/ 11 5239-0420/ 11 5239-0411
E-mail:	fschlottfeldt@prefeitura.sp.gov.br

1. OBJETO

<input type="checkbox"/> Material de Consumo	<input checked="" type="checkbox"/> Material Permanente
Aquisição de balança eletrônica digital tipo plataforma com capacidade mínima de 300 kg para o Laboratório Municipal Lapa, unidade pertencente a Coordenadoria Regional de Saúde Oeste.	

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A balança eletrônica digital tipo plataforma, com capacidade mínima de 300 kg será destinada a pesagem de resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados no Laboratório Municipal Lapa. A aquisição encontra respaldo nas exigências da RDC ANVISA nº 222/2018, que regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, bem como na Lei Municipal nº 13.478/2002, que trata da organização dos serviços de limpeza urbana no Município de São Paulo, e no Plano de Gerenciamento de Resíduos de serviços de Saúde - PGRSS do Laboratório Lapa (doc. SEI nº 160022999).

3. ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA ADESÃO?

Item 1	(X) Não Sim	()	Qual o Nº?	
Item 2	() Não Sim	()	Qual o Nº?	
Item 3	() Não Sim	()	Qual o Nº?	
Item 4	() Não Sim	()	Qual o Nº?	
Item 5	() Não Sim	()	Qual o Nº?	
Item 6	() Não Sim	()	Qual o Nº?	
Item 7	() Não Sim	()	Qual o Nº?	
Item 8	() Não Sim	()	Qual o Nº?	
Item 9	() Não Sim	()	Qual o Nº?	
Item 10	() Não Sim	()	Qual o Nº?	

4. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO MATERIAL

<p>Item 1</p>	<p>Balança eletrônica digital tipo plataforma com capacidade mínima de 300 kg</p> <p>Capacidade mínima: 300 kg</p> <p>Resolução / Divisão: 100 g</p> <p>Tipo de Estrutura: Plataforma de piso, sem coluna ou com coluna articulada/removível.</p> <p>Material da Plataforma: Chapa de aço inoxidável ou aço carbono com tratamento anticorrosivo de alta resistência.</p> <p>Dimensões Mínimas da Plataforma: 500 mm x 500 mm (aproximadamente)</p> <p>Indicador Digital (Display): Remoto (com cabo extensor mínimo de 2 metros) ou fixado em suporte de parede; composto por tela de LED ou LCD com backlight; leitura mínima de 5 dígitos.</p> <p>Funções do Teclado: Comando de Zero, Liga/Desliga e Tara manual/sucessiva (essencial para descontar o peso do carrinho ou do recipiente de transporte do RSS).</p> <p>Alimentação Elétrica: Fonte de alimentação automática Bivolt (110/220V), com frequência de 50/60 Hz.</p> <p>Autonomia de Energia: Presença de bateria interna recarregável com autonomia mínima de 8 horas.</p>	<p>Código SUPRI:</p>	<p>CATMAT: 317176</p>
<p>Item 2</p>		<p>Código SUPRI:</p>	
<p>Item 3</p>		<p>Código SUPRI:</p>	
<p>Item 4</p>		<p>Código SUPRI:</p>	
<p>Item 5</p>		<p>Código SUPRI:</p>	
<p>Item 6</p>		<p>Código SUPRI:</p>	
<p>Item 7</p>		<p>Código SUPRI:</p>	
<p>Item 8</p>		<p>Código SUPRI:</p>	

Item 9		Código SUPRI:	
Item 10		Código SUPRI:	

5. QUANTIDADE REQUISITADA

	Quantidade	Unidade de medida	Embalagem	Capacidade da Embalagem
Item 1	01	unidade	conforme praxe do fabricante	conforme praxe do fabricante
Item 2				
Item 3				
Item 4				
Item 5				
Item 6				
Item 7				
Item 8				
Item 9				
Item 10				

6. AMOSTRA

	É necessário enviar amostra?	Prazo para entrega da amostra	Prazo para unidade requisitante testar amostra	Agendar entrega pelo telefone	Contato
Item 1	não	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica
Item 2					
Item 3					
Item 4					
Item 5					
Item 6					
Item 7					
Item 8					
Item 9					
Item 10					

7. PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA DO MATERIAL

	Número de Parcelas	Em um mesmo endereço ou diversos?	Endereços	Telefones	E-mail
Item 1	única	único	Rua Jaraguá, nº 858, 4º andar, Bom Retiro, São Paulo, CEP 01129-000.	5239-0412	labsmslapa@prefeitura.sp.gov.
Item 2					
Item 3					
Item 4					
Item 5					
Item 6					
Item 7					
Item 8					
Item 9					
Item 10					

8. INFORMAÇÕES SOBRE O CONSUMO

	Estoque atual:	Consumo médio mensal:	Previsão de Consumo anual:
Item 1	inexistente	material permanente	material permanente
Item 2			
Item 3			
Item 4			
Item 5			
Item 6			
Item 7			
Item 8			
Item 9			
Item 10			

9. INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA AQUISIÇÃO

	Data da última aquisição	Preço unitário	Quantidade	Fornecedor
Item 1	não foram encontrados registros anteriores			
Item 2				
Item 3				
Item 4				
Item 5				
Item 6				
Item 7				
Item 8				
Item 9				
Item 10				

10. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

Nome:	Franciene Barros Silva		
Telefone:		RF:	789.820.7-V1
E-mail	fbarros@prefeitura.sp.gov.br	Unidade:	Laboratório Municipal Lapa

Nome Fiscal:	Fábio dos Santos Schlottfeldt		
Cargo do Servidor:	Gestor de Equipamento Público I		
Telefone:	11 5239-0412	RF:	806.069.0/1
E-mail	fschlottfeldt@prefeitura.sp.gov.br	Unidade:	Laboratório Municipal Lapa

Nome Suplente:	Andrea Ayumi Goya		
Cargo do Servidor:	AAG		
Telefone Suplente:	11 5239-0411	RF Suplente:	781.974-9/1
E-mail Suplente	andreagoya@prefeitura.sp.gov.br	Unidade Suplente:	Laboratório Municipal Lapa

11. TITULAR DA UNIDADE REQUISITANTE

Nome:	Regiane de Santana Piva		
E-mail	regianepiva@prefeitura.sp.gov.br	Telefone:	11 3073-1347

12. OBSERVAÇÕES

- Os códigos CATMAT são meramente informativos, devendo as licitantes seguirem os descritivos técnicos contidos no item 4.
- A empresa melhor classificada deverá apresentar sua proposta com catálogo dos produtos ofertados para análise das especificações.
- Prazo de entrega: 20 (vinte) dias corridos, a partir da data da confirmação de recebimento da Nota de Empenho.

Produtos similares no mercado:



<https://www.lojanetlab.com.br/produto/balanca-digital-plataforma-inox-capacidade-300kg-lsplus300-165138?srsIid=AfmBOorG1EBRzSlrKnZ55p7tmUbgDhsSCMKwjGDu4mD7WJTzVzC-DmSv>

13. ENCAMINHAMENTO

CRS-O/DAF
Sra. Diretora

Encaminho o presente processo para análise, e caso aprovado, para seguimento da aquisição.



Fábio dos Santos Schlottfelt
Coordenador(a) I
Em 25/06/2026, às 12:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **159466192** e o código CRC **7783619E**.

Referência: Processo nº 6018.2026/0074598-1

SEI nº 159466192