

1 - Itens da Licitação

1 - Locação Equipamento / Instrumento / Peça / Componente - Médico / Odontológico / Oftalmológico

Descrição Detalhada: Bomba de infusão contínua para seringa, para infusão de soluções parenterais para uso em UTI pediátrica e neonatal e centro cirúrgico. Deve permitir fluxo estável, dispor de visor de leitura de informações de velocidade, seringas e alertas; cálculo automático dos parâmetros de infusão a partir de software de biblioteca de drogas mcg-mgl/h e mL/h (dosagem, fluxo ou volume / tempo); sensor e alarme visual ou sonoro para detecção de seringa, oclusão de fluxo, carga de bateria, alteração de pressão; administração de bolus; deverá apresentar conexão para interligação com central de monitoramento através de rede WIFI, IrDA ou cabo. Caso a conexão seja por WIFI o fornecedor deverá suprir toda e qualquer necessidade de sinal do WIFI para o perfeito funcionamento do sistema. sistema de fixação horizontal ou vertical; baterias recarregáveis com autonomia de no mínimo 3 horas; sistema de bivoltagem 110/220V - 50/60 Hz e manual de instruções em português. Tela ampla de fácil visualização e sensível ao toque (comandos diretos na tela). O equipamento deve estar de acordo com a NBR-IEC 60 60 1-2-24 – equipamento eletromédico, ABNT/CB-26 e SBS- Risco II e III.

CARACTERISTICAS NO EDITAL

VAI OR ANUAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)