

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90176/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Manipulador uterino

Descrição Detalhada: Manipulador Uterino Tipo: Descartável, Estéril, Retrator-Elevador, Tubo Em Abs., Tipo Sistema: Canal Interno P/Contraste 48cm X 0,5 Mm., Características Adicionais: Cúpula Vaginal Regulável E Conexões Luer Lock., Componentes: Balão Piloto Insuflador Em Pvc Na Ponta, Outros Componentes: Capacidade Máxima 10cm³ Mínima 0,7cm³, Modelo: Tipo Cone, 14,7 Cm³ De Volume P/Elevação Do Colo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Quantidade Mínima Cotada: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (900)

2 - Material para sistema pneumático

Descrição Detalhada: Material Para Sistema Pneumático Tipo: Perneira 7/8, Compatível: Para Sistema De Compressão Intermitente, Tamanho: Adulto, Tipo Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1400

Quantidade Mínima Cotada: 1400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 2800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1400)

3 - Instrumental cirúrgico

Descrição Detalhada: Instrumental Cirúrgico Modelo: Morcelador - Peça De Mão, Componente 1: C/ Cabo, Material: Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (240)

4 - Sistema p, correção da incontinência urinária

Descrição Detalhada: Sistema P/ Correção Da Incontinência Urinária Uso: Feminina, Modelo: Suporte Suburetral, Via: Transvaginal, Material: Faixa De Polipropileno Monofilamentar, Componente: Sistema Completo Para Implantação, Tipo Uso: Uso Único, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (36)