

## **1 - Itens da Licitação**

**1 - Locação Equipamento / Instrumento / Peça / Componente - Médico / Odontológico / Oftalmológico**

Umificador aquecido com gerador de fluxo integrado em bloco único. Sistema para umidificação e aquecimento dos gases destinado à terapia de oxigênio de alto fluxo. Especificações técnicas mínimas: Equipamento com display digital colorido, por sistema de toque e botões físicos, com leitura mínima de temperatura, fluxo, fração inspirada de oxigênio, saturação de oxigênio e frequência de pulso, sendo a apresentação mínima em tela simultaneamente e em tempo real do fluxo, fração inspirada de oxigênio, temperatura, índice rox ou tecnologia compatível com a função e tempo de terapia. Temperatura ajustável diretamente na escala mínima de 31 a 37°C. Entrada para fornecimento de oxigênio de alta pressão e fonte própria de ar através de turbina que dispensa o uso do ar comprimido. Atende no mínimo, pacientes pediátricos e adultos, faixa de ajuste direta de 2 a 70 lpm, sem a necessidade de troca de qualquer dispositivo interno para a definição da escala disponível. O sistema deve permitir o uso do circuito o aquecido (...) **DEMAIS DESCRIÇÕES NO EDITAL**  
**VALOR ANUAL**

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)