

TERMO DE REFERÊNCIA – MATERIAIS DE REABILITAÇÃO – Eletrodos 3 x 5

Objetivo

Aquisição de materiais de consumo utilizados nos processos de Reabilitação, na Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência da Coordenadoria Regional de Saúde Oeste.

Justificativa área Saúde da Pessoa com Deficiência e outras AT: CRST, Atenção Básica e CR Dor

O item solicitado é utilizado nos processos de reabilitação de pessoas usuárias da rede de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência na CRS Oeste, após avaliação multiprofissional e construção de Projeto Terapêutico Singular nos Centros Especializados em Reabilitação - CER, Centro de Referência em Dor – CR Dor, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CRST) e Atenção Básica da Coordenadoria Regional de Saúde Oeste (CRS Oeste).

Os materiais de consumo solicitados são utilizados pelos profissionais técnicos nos atendimentos em reabilitação das unidades de Especialidade e da Atenção Básica e são os seguintes: eletrodos para equipamentos de eletroterapia.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE EMBALAGEM

1- Eletrodo para Fisioterapia **3 x 5** - Eletrodo, aplicação: para eletroestimulação, fisioterapia, modelo: de superfície, tipo: adesivo, material sensor: com gel condutor, dimensões aproximadas 3 cm x 5 cm, acessório: com cabo compatível com equipamento Tensmed IV, esterilidade: reutilizável CATMAT: 609947 - pacote com 4 eletrodos – Quantidade: 200 pacotes com 4 eletrodos

ESPECIFICAÇÕES:

- Os **Eletrodos para Fisioterapia 3 x 5** - são necessários para utilização dos equipamentos de eletroterapia, cuja técnica auxilia nos processos de reabilitação. A eletroterapia apresenta como objetivos terapêuticos: controlar dores, fortalecer os músculos, prevenir o atrofiamento, diminuir espasmos musculares e edemas e auxiliar na cicatrização. Os eletrodos são pequenos dispositivos de transmissão que são posicionados de forma rente à pele para criar uma superfície de detecção (ou troca) de energias por meio da sua interface.

O eletrodo descartável é o acessório responsável pela conexão entre o corpo e o sistema de coleta utilizado em um tratamento, exame ou avaliação, na utilização de equipamentos de eletroterapia. CATMAT: 609947

Os equipamentos de eletroterapia são utilizados nos tratamentos oferecidos no nível da Especialidade pelos CER, CR Dor, CRST e algumas unidades da Atenção Básica.

EMBALAGEM: Os produtos ofertados deverão ser acondicionados garantindo a integridade dos mesmos durante o transporte, armazenamento, até o seu uso de acordo com a praxe do fabricante e rotulados conforme a legislação em vigor. Cada material deve estar em embalagem individual e resistente de modo a assegurar a proteção do produto até o momento de sua utilização. Deve conter de forma legível e indelével as seguintes informações sobre o produto: dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e garantia.

CONDIÇÕES GERAIS: O item deverá estar de acordo com as normas da ABNT e as legislações em vigor de acordo com sua especialidade. Devem estar registrados nos órgãos de controle nacional como ANVISA e INMETRO ou qualquer outro que esteja descrito no manual de Normas Regulamentadoras específicas para o produto e de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência.

Qualquer divergência entre as especificações contidas no Termo de Referência deste Edital e as constantes no CATMAT (catálogo de materiais) do Comprasnet, prevalecerão para todos os efeitos as do Termo de Referência.

Características e acabamento: Os produtos deverão ter acabamento perfeito, isentos de qualquer defeito.

A qualidade do material entregue deve corresponder às especificações do objeto descrito neste Termo de Referência – Especificações Técnicas caso contrário o material será devolvido, aplicando – se as penalidades cabíveis.

No certame, a empresa deverá apresentar CATÁLOGO ou FICHA TÉCNICA, em português para comprovação do objeto licitado, a ser analisado pela Unidade Requisitante (com imagens compatíveis com o material, especificando modelo e fabricante);

O item deverá ser original, em embalagem original do fabricante e com todos os dados da etiqueta da embalagem correspondente ao apresentado no catálogo ou ficha técnica, em português;

Se o material entregue pelo licitante não estiver de acordo com o apresentado no catálogo/ficha técnica e etiqueta/identificação na embalagem, o mesmo poderá ser rejeitado na entrega;

No caso de constatação de irregularidade no produto ofertado, a empresa vencedora do certame deverá substituir, às suas expensas, o produto ofertado conforme artigo 69º da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993.

Os produtos devem seguir a legislação vigente, com registro em ANVISA e, aqueles que possuem prazo de validade, deverão ser entregues com no mínimo 2/3 do seu prazo de validade total.



Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste

PRAZO DE ENTREGA/CONDIÇÕES: A entrega deverá ser realizada em parcela única no prazo máximo de até 20 (vinte) úteis, contados do recebimento pela contratada da Nota de Empenho.

LOCAL E HORÁRIOS DE ENTREGA: O local de entrega será na Coordenadoria Regional de Saúde Oeste – Rua Dr Virgilio de Carvalho Pinto,519 - 1ºandar-Bairro: Pinheiros

CEP: 05415-030

Telefone Setor de Suprimentos: 5128-1466

E-mail: supricrsoeste@prefeitura.sp.gov.br, segunda a sexta-feira das 7:00 às 16:00hs.

FRETE: O valor referente ao frete deverá vir incluso no valor da proposta.