

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90573/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Incubadora neonatal

Descrição Detalhada: Incubadora Neonatal Tipo: Transporte, Material Cúpula: Cúpula De Acrílico, Tipo Cúpula: Dupla Parede, Painei Controle: Painei De Controle Digital, Fixo, Módulo I: Servo Controle De Temperatura, Módulo Ii: C/ Fototerapia Led, Componentes: C/ Mínimo 2 Portinholas, Acessórios 01: Suporte Soro, Prateleiras, Fonte Alimentação: Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 14
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (14)
Quantidade Mínima Cotada: 14
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 28

2 - Incubadora neonatal

Descrição Detalhada: Incubadora Neonatal Material Cúpula: Cúpula De Acrílico, Tipo Cúpula: Dupla Parede, Painei Controle: Painei De Controle Digital, Módulo I: Servo Controle De Temperatura, Umidade, Oxigênio, Componentes: C/ Mínimo 5 Portinholas, Manga Íris, Tipo Uso: Radiotransparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 82
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (82)
Quantidade Mínima Cotada: 82
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 164

3 - Berço hospitalar

Descrição Detalhada: Berço Hospitalar Tipo: Aquecido, Material Da Estrutura: Aço Carbono, Pintura Eletrostática, Componentes: Sistema Calor Irradiante, Painei Controle: Ajuste Digital, Visor Iluminado, Base Do Leito: Leito Mesa Acrílico, Elétrico, Sensor: Sensores Temperatura, Pés: Pés Rodízios, Componentes 2: Colchão, Acessórios: Suporte Soro, Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 54
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 21.114,80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (54)
Quantidade Mínima Cotada: 54
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 108

4 - Aparelho fototerapia

Descrição Detalhada: Aparelho Fototerapia Fonte Iluminação: C/ No Mínimo 15 Leds, Painei Controle: Painei De Controle Digital, Visor Iluminado, Suporte: Haste Articulada, C/ Altura Regulável, Pés: Rodízios C/ Travas, Aplicação: P/ Recém-Nascido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 57
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (57)
Quantidade Mínima Cotada: 57
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 114

5 - Berço hospitalar

Descrição Detalhada: Berço Hospitalar Tipo: P/ Fototerapia Led, Material Da Estrutura: Aço Carbono, Pintura Eletrostática, Componentes: Arco Refletivo, Pannel Controle: Ajuste Digital, Visor Iluminado, Base Do Leito: Leito Acrílico, Sensor: Sensores Temperatura, Componentes 2: Colchão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

6 - Equipamento função pulmonar

Descrição Detalhada: Equipamento Função Pulmonar Tipo: Pletismógrafo, Modelo: Câmara Pressão, Características Adicionais: Sistema Operacional, Componentes: Saída De Gases, Sucção De Gases, Parâmetros: Parâmetros: Espirometria, Volume Pulmonar, Outros Parâmetros: Limite Tidal, Mecânica Passiva, Volume Container De Pressão: Cerca De 83.5L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (29)

7 - Analisador parâmetros equipamento saúde

Descrição Detalhada: Analisador Parâmetros Equipamento Saúde Funções: Incubadora Neonatal, Parâmetros: Temperatura, Som, Umidade, Fluxo De Ar, Adicional 2: Portátil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (12)

8 - Medidor

Descrição Detalhada: Medidor Uso Médico Tipo: Bilirrubinômetro, Tipo Medição: Transcutâneo Não Invasivo, Características Adicionais: Digital, Medidas Em Mg/Dl E Umol/L, Acessórios: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (7)