

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90617/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Equipo De Diálise Peritoneal

Descrição Detalhada: Equipo De Diálise Peritoneal Material: Sem Pvc E Dehp, Transparente, Tipo: Infusão Gravitacional Pediátrica, Número Total De Vias: 4 Vias, C/ Derivação Em Y, Tipo Conector Solução: 2 Pontas Perfurantes C/ Respiro E Filtro, Via Infusora: 2 Buretas 150 ML, Microgotas, Via Drenagem: 1 Bolsa Coletora 2l E 1 Bureta 150 ML, Tipo Bureta: Graduada, C/ Alça, Respiro, Injetor E Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete Em Todas As Vias, Conector Paciente: Luer, Adicional: C/ Torneirinha 3 Vias, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1116	Quantidade Mínima Cotada:	1116
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2232
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1116)

2 - Equipo especial - uso médico

Descrição Detalhada: Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Medir Pvc - Pressão Venosa Central, Material: Pvc Transparente, Conector Solução: Ponta Perfurante, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete E Clamp, Comprimento Total Do Tubo: Até 180 Cm, C/ Derivação Em Y, Conector Distal: Luer, Adicional: C/ Escala Graduada Em Cm, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	3420	Quantidade Mínima Cotada:	3420
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6840
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (3420)