

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 11.227.2024.0069

Em 12/06/2024

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 11.227.2024.0069

Órgão/Entidade : 11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade Gestora : 227 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA VIDA - CAMPUS I

Período Oficial da Disputa : das :14:30 às 16:30h de 25/06/2024

Dia da semana : Terça-Feira

Início : 14:30 horas.

Término : 16:30 horas.

Objeto : Equipamentos laboratorios e clinicos DCV UNEB Campus I

Conforme especificação abaixo :

Descrição : BANHO Maria Digital com Circulacao interna conta com controlador microprocessado com sistema PID com display digital de 4 dígitos e resolucao de 0,1°C e ainda sensor de temperatura tipo PT 100. nox 304 fácil substituação; Termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. CARACTERISTICAS DO PRODUTO: Gabinete externo: Chapa de aço carbono SAE 1020 ou qualidade superior, tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epoxi texturizada; Pes de borracha; Porta fusível de segurança; Entrada e saída de água dreno; Cuba em Aço inox AISI 304 ou qualidade superior, estampado e polido (sem emendas ou soldas); Grade interna em aço inox para proteção da resistência; Pannel com indicações de função em policarbonato; Chave liga/desliga; Teclado softtouch; Sistema PID. ESPECIFICACOES TECNICAS: Temperatura de trabalho faixa mínima de +5°C a 100°C; Capacidade mínima de 10 litros (permite estante/galeria plástica de 105 tubos de 13x100 mm - Opcional sob consulta não incluso no preço); Controlador digital microprocessado com sistema PID; Duplo display de 4 dígitos ou qualidade superior; Precisão mínima de +/- 0,5°C; Resolução mínima de 0,1°C; Homogeneidade mínima de +/- 0,3°C; Circulação Interna do Líquido: Bomba de Demanda; Vazão mínima de 10L / minuto; Sensor de temperatura: PT 100. ACESSORIOS: Potência: 1000W / 220v; Tampa pingadeira ou tampa lisa em aço inox; Cabo de alimentação: Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra NBR14136; Sistema de aquecimento: Resistência tubular blindada em aço inox 304 fácil substituição; Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de operação, em português. ALIMENTACAO ELETRICA Tensão de alimentação do equipamento: BiVolt ou de acordo com tensão da unidade contemplada. GARANTIA Deve ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duração mínima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitação do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço, comprovando que o equipamento está operando dentro de suas condições de normalidade. UF : UNIDADE Qtde : 1

Descrição : BANHO ultrassônico digital microprocessado, para limpeza e desoxidação pelo processo de cavitação de peças em geral, capacidade mínima de 3,8 Litros. CARACTERISTICAS DO PRODUTO: Frequência mínima de operação de 40kHz; Capacidade volumétrica mínima de 3,8 litros; Temperatura mínima de operação de 35°C; Potência mínima de 100W; Pannel em policarbonato com indicação de funções, chave liga/desliga e chave de acionamento para aquecimento, com indicador luminoso; Controle de tempo de trabalho indicado por LED para facilitar o monitoramento do processo, com função Pause que permite pausar a operação sem perder o tempo decorrido; Temporizador microprocessado digital com display de no mínimo 02 dígitos; Ciclo de trabalho automático com temporizador mínimo de 60 minutos e alarme sonoro de final de ciclo; Sistema de aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox AISI 304, localizada dentro da cuba permitindo a facilidade na limpeza; Entrada e saída de água por meio de dreno lateral, com conexão para mangueira de silicone; Cuba interna em aço inox AISI 304, estampada e polida (sem emendas ou soldas); Cesto removível em aço inox perfurado proporciona maior durabilidade; Gabinete externo em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epoxi texturizado eletrostático; Porta fusível de segurança; Montado sob pes de borracha. ACESSORIOS 1 - Tampa lisa em aço inox, compatível com a capacidade do banho; 1 - Fusível de proteção; 1 - Cabo alimentação e plug com três pinos, duas fases e um terra; Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado. ALIMENTACAO ELETRICA Tensão de alimentação do equipamento: BiVolt ou de acordo com tensão da unidade contemplada. GARANTIA Deve ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duração mínima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitação do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço, comprovando que o equipamento está operando dentro de suas condições de normalidade. UF : UNIDADE Qtde : 1

Descrição : BANHO Ultratermostático -10°C até 100°C promove o aquecimento de amostras que não podem ser colocadas diretamente no fogo, sejam elas sólidas, líquidas ou gasosas. CARACTERISTICAS DO PRODUTO: Controlador digital microprocessado com sistema PID,

autotuning e duplo display de 4 dígitos; Precisão: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$; Resolução: $0,1^{\circ}\text{C}$; Homogeneidade: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$; Sensor de Temperatura: PT 100; Sistema de Circulação: interno e externo; Circulação Interna do Líquido: bomba de demanda; Vazão: 10L/minuto; Sistema de Aquecimento: resistência tubular blindada em aço inox AISI 304 - fácil substituição; Cabo de Alimentação: com plug de 3 pinos, duas fases e um terra - NBR14136; Regulação de Fluxo: válvula tipo esfera; Alimentação: 110V ou 220V (bifásico); Compressor de Refrigeração: selado - hermetico de 1/4Hp; GAs: 134-A - livre de CFC.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : CAMARA, de UV, escura com lampada ultravioleta (UV), encaixada em gabinete de observação com visor, para visualização de fluorescência emitida pela *Escherichia coli* em amostras de água. Voltagem 110V. Componentes: Gabinete de observação - construído em placa metálica, pintura eletrostática preta, abertura lateral com cortina de borracha para introdução do material em teste, seguintes dimensões: 25cm de altura X 20cm de largura X 50cm de comprimento; Lampada UV - lampada de luz negra ultravioleta com comprimento de onda de 365nm, potência 15W, funcionamento por cabo de força, acionada por interruptor com lampada piloto indicadora, e sistema de acendimento eletrônico por reator de partida rápida. Manual de instrução em português. Garantia mínima de 01 ano.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Descrição : CENTRIFUGA, de bancada, para laboratório, com no mínimo as seguintes características: estrutura em plástico injetado de alto impacto, com proteção interna em chapa de aço com tratamento anticorrosivo em toda extensão; trava de segurança dupla e eletrônica na tampa superior; motor tipo brushless "sem escovas", com sistema de inversor de frequência que proporcione alta estabilidade da rotação e baixo nível de ruído; controle microprocessado, com painel frontal elevado, display touch com indicação da rotação em RPM, força G e tempo de processo, permitindo uma operação rápida e segura; tecla para rotação rápida; painel contendo teclado com teclas de acréscimo, decréscimo, início e parada do processo, abertura de tampa e tecla para seleção de programas; medição da rotação para aferição técnica, através de visor na tampa; ajuste de aceleração e frenagem totalmente independentes com variação de no mínimo de 10 a 240 segundos; rotação mínima de 3.600 RPM na cruzeta horizontal; base com pés de borracha antiderrapante. Deve acompanhar: cruzeta horizontal, construída em alumínio com alta resistência e capacidade para 28 tubos de 10ml. Alimentação elétrica bivolt (127/220v). Equipamento certificado em conformidade com as normas NBR IEC 61010-1, NBR IEC 61010-2-020 e NBR IEC 61326. Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Certificado de garantia mínima de 1 (um) ano. Manual de operação e de serviço em português. Apresentar Registro/Cadastramento no Ministério da Saúde.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : ESPECTROFOTOMETRO UV visível, duplo feixe operando de 190 a 1100nm, fenda fixa de 1,5nm, ótica totalmente reflexiva, selada contra poeira e vapores, espelhos recobertos com quartzo e calibração automática, velocidade de varredura de até 7000nm/min., exatidão de comprimento de onda de $\pm 0,2\text{nm}$, reprodutibilidade de comprimento de onda de $\pm 0,04\text{nm}$, exatidão fotométrica de $\pm 0,002\text{ABS}$ (a 01 ABS), linearidade fotométrica melhor que 1% (a 3 ABS), ruído fotométrico $<0,00005\text{ A RMS}$ a 0 A e $<0,0001\text{ A RMS}$ a 1A, luz espúria menor que 0,01% T (a 340nm), possibilidade de controlar uma série de acessórios para operação com reflectância, amostragem automática, troca automática de cubetas e controle de temperatura, todos através da conexão a interface pre-existente no comprimento de amostras (150 x 125 x 280mm), sem necessidade de extensão do compartimento ou inclusão de placas adicionais, suporte para duas cubetas quadradas de 10mm, detector fotodiodo de silicone, análise multicomponente, análise de cor - DNA - MELT e compilação para GLP/GMP, alimentação 110 ou 220 Vac, 60hz, acompanhada microcomputador externo com a seguinte configuração mínima: pentium 200MHz, 32 MB de memória RAM, 3,0 MB HDD, 2 interfaces seriais, monitor SVGA 14", mouse e windows 98. Deve acompanhar também software que opere em ambiente windows, com programação e controle total do equipamento e seus acessórios e automação de qualquer rotina de operação, aplicações para medidas de absorbância, varredura, cinética e concentração.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : EVAPORADOR, rotativo a vácuo com visor de LCD. Coluna de condensação vertical com serpentina dupla, sistema de realimentação contínua e quebra vácuo. Capacidade : Balões volumétricos até 1000mL. Capacidade de aquecimento : 1,0Kw (1000w). Controle digital da temperatura. Taxa de circulação : 0 ~ 150rpm ou maior (ajustável). Potência mínima: 40w Tensão : 110V ou 220V.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Cotação : em moeda nacional, o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 30 dias corridos

Local de entrega : 112270001 - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA VIDA

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço “Fale Conosco”, no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608