

QUINTO TERMO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS

PARECER TÉCNICO

PROCESSO LICITATÓRIO:032/2024

PREGÃO ELETRÔNICO: 015/2024

OBJETO: “Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material hospitalar permanente e de resgate para atender as necessidades de **abastecimento** do CISSUL pelo período de 12 meses”

Foi solicitado catálogos para todos os itens do processo em epígrafe, o qual passaremos a analisar:

DA ANÁLISE DOS CATÁLOGOS:

Lote 18: APROVADO

Fornecedor: F61

Lote 111: REPROVADO

Fornecedor: F62

Motivo: a máscara deve poder ser ajustada através da insuflação de oxigênio, em válvula específica, ou seja, o bojo deve ser inflável.

Lote 112: REPROVADO

Fornecedor: F62

Motivo: a máscara deve poder ser ajustada através da insuflação de oxigênio, em válvula específica, ou seja, o bojo deve ser inflável.

Lote 113: REPROVADO

Fornecedor: F40

Motivo: a máscara deve poder ser ajustada através da insuflação de oxigênio, em válvula específica, ou seja, o bojo deve ser inflável.

Lote 138: REPROVADO

Fornecedor: F17

Motivo:No edital solicita que o ventilador acompanhe deverá acompanhar suporte de parede e bancada de ambulancia (suportefixo para utilização em ambulâncias, helicópteros ou paredes/alimentaçãoelétrica integrada no próprio suporte), e no manual apresentado não consta.

Atenciosamente,



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRORREGIÃO DO SUL DE MINAS

CNPJ 13.985.869/0001-84 – Rua João Urbano Figueiredo, 177

Parque Boa Vista – Varginha (MG) – CEP: 37.014-510



Varginha/MG, 21 de junho de 2024.