



PARECER TÉCNICO

PROCESSO LICITATÓRIO: 058/2024

PREGÃO ELETRÔNICO: 025/2024

O CISSUL – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS – gerencia o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência SAMU 192, na sua região de abrangência. Vem, por meio deste, reponder impugnação referente ao processo identificado acima, da empresa INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA, referente ao presente edital que tem objeto registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material médico hospitalar permanente e de resgate para atender as necessidades de abastecimento do CISSUL pelo período de 12 meses, onde analisamos todos os apontamentos expostos pelo participante.

Quanto a análise do edital, revisamos novamente, e é possível identificar ao menos 03 marcas no mercado que atendem a risca, ao descritivo do edital de licitação, onde todas as solicitações não são exigências excepcionais, e sim configurações e acessórios que são comuns a utilização deste tipo de equipamento, onde segue abaixo as considerações apontadas(em destaque na impugnação), bem como a importância da solicitação:

- *Foi questionado referente a PNI,SPO2,ETCO2 e marca passo, onde não existe fundamento nos questionamentos, pois diversas marcas no mercado oferecem equipamento com esse itens, que são essenciais ao atendimento básico do paciente, e dessa maneira esse item não implica no questionamento apontado;*
- *Foi questionado quanto a entrega de choque até 360J, onde também é facilmente encontrado na maioria das marcas do mercado;*
- *O questionamento sobre cumprir requisitos de transporte terrestre e aéreo, se faz pela natureza dos serviços prestados pelo CISSUL, onde todos os transporte que são realizados são através de ambulâncias ou através de helicóptero, o que faz que seja obrigatório esse quesito em nosso edital de licitação, e ainda é importante salientar, que existe hoje no mercado ao menos 03 marcas diferente que atende esse quesitos;*
- *O questionamento sobre possuir tempo de carga máxima com valor menor ou igual à 8s, também se faz de extrema necessidade, pois todos os atendimentos realizados em nossa unidades, são fora de unidades hospitalares, o que implica na importância da*

equipe que está em carga ter rapidez no atendimento e no tratamento aplicado no paciente. Também nesse questionamento foi analisado marcas que atendem esse critério;

- Quanto ao questionamento do comando de descarga através das pás, o mesmo se faz infundado, pois na maioria dos equipamentos disponível no mercado, essa função é comum, onde todas as marcas oferecem esse recurso;*
- O apontamento referente a “possuir indicação e contato nas pás e na tela do equipamento”, esse item se faz de extrema necessidade para a segurança da utilização do equipamento, onde somente através dele a equipe que está em campo utilizando o equipamento, tem certeza que o mesmo está em condições de utilização e de aplicação ao paciente, uma vez que é um item básico, que na maioria das marcas do mercado é encontrado com facilidade;*
- Quanto ao questionamento referente ao LCD colorido, 7”, sensível ao toque e com no mínimo 4 formas de visualização, essas são as configurações mínimas de um equipamento que consegue fornecer dados precisos na tela com qualidade e fácil leitura dos dados exibidos, além de que é possível identificar várias marcas e modelos no mercado que oferecem equipamento com esse tipo de tela;*
- Quanto ao sensor de auxílio a RCP, e característico a exigência deste item , uma vez que a nossa utilização para esse equipamento se faz em unidades de atendimento móveis (ambulâncias e aeronaves, o que implica na importância em realmente ter uma RCP com eficiência, o que pode fazer a diferença no tratamento aplicado ao paciente, se tornando item indispensável durante uma PCR;*
- Quanto ao peso do equipamento, me surpreende o questionamento, pois na maioria dos modelos ofertados no mercado, temos aproximação do peso solicitado no edital;*
- Quanto a bateria de fácil troca e indicação de carga, também pode se observar em várias marcas do mercado, inclusive da própria INSTRAMED, que são comuns de encontrar, pois ficam na parte externa do equipamento e na maioria das vezes são somente de encaixe com trava, não havendo a necessidade de qualquer ferramenta para troca;*
- Quanto a capacidade de armazenamento, também podemos encontrar em várias marcas do mercado, essa função, pois o tempo mínimo de armazenamento é indispensável para que se*

possa avaliar situações em que se faz necessária a discussão sobre atendimentos recentes realizados dentro das ambulâncias;

- Quanto a monitorização, é importante salientar, que não prestamos um serviço básico, e sim como o próprio nome do SAMU diz, trabalhamos com urgências e emergências, e na maioria das vezes quando se faz necessário a utilização desta função, o paciente se encontra com um quadro de gravidade, onde é necessário a avaliação de um eletro bem elaborado com a maioria de dados possível, para que se possa haver uma intervenção imediata, onde os dados analisados serão de extrema importância para a decisão sobre o tratamento do paciente, bem como saber para onde será encaminhado o mesmo, onde a quantidade de derivações, com a maioria de dados fornecidos, se torna indispensável. Além dos apontamentos por nós apresentados, ainda é possível considerar, que esses itens é facilmente encontrado em várias marcas de equipamentos fornecidos no mercado;*
- Quanto a análise do segmento ST, QT e Qtc, essa função se pode encontrar em ao menos 03 marcas oferecidas no mercado;*
- Para o questionamento sobre a monitorização de respiração, são comuns em equipamentos que dispõe sobre essas funções, não havendo nada diferente nas marcas ofertadas no mercado;*
- Quanto ao questionamento sobre as medidas da ff, da monitorização de oxímetria, também são exigências comuns, que vem em praticamente todos os equipamentos;*
- Quanto aos questionamentos sobre a PNI, não existe nada no mercado diferente do apontado no edital, uma vez que diversos aparelhos ofertados no mercado, oferecem a opção de utilização de PNI, e na maioria utilizam esse padrão para o funcionamento;*
- Quanto aos questionamentos sobre a CAPNOGRAFIA, existem várias marcas no mercado que oferecem equipamentos com essa função além de utilizarem esse tipo de tecnologia;*
- Quanto ao questionamento da função DEA, essa se faz indispensável ao equipamento, uma vez que existem várias situações durante o atendimento primário em vias públicas, que se faz necessário a utilização, além do que é bem comum encontrar esse tipo de especificação em várias marcas do mercado, inclusive para o apontamento pediátrico que é destacado no documento de impugnação;*
- Quanto aos acessórios que devem acompanhar o equipamento, não se pode dispensar nenhum item descrito em nosso edital, pois*



são itens básicos e de extrema necessidade para que se consiga atender os paciente com qualidade e precisão nos diagnósticos e monitorização, uma vez que os sensores de oxímetria de todos os tamanhos são essenciais, os manguitos PNI, infantil, neonatal e obeso, e o kit capnografia são comuns em todos os equipamentos e marcas fornecidos no mercado que dispõe desse recurso, onde com certeza, bem mais que três marcas oferecem esse tipo de equipamento;

- *Quanto ao suporte de fixação veicular para ambulância, é indispensável, pois como já descrito anteriormente, é utilizado em ambulâncias que prestam serviços ao CISSUL, e a segurança para que todos os equipamentos não se danifiquem ou até mesmo venham a atingir pacientes e colaboradores, só se dará através da fixação através de suportes para os equipamentos. É importante salientar que existem aos menos 03 marcas no mercado que oferecem esses acessórios;*
- *Quanto ao papel termossensível, esse é o modelo comum utilizado em quase todas as marcas do mercado, e com certeza encontraremos o mesmo em mais de 03 marcas;*
- *Quanto ao 01 ano de Garantia, é o prazo mínimo em que todas as marcas oferecem no mercado, e poderemos encontrar em mais de 03 marcas.*

Finalizando, após análise de todos os itens, entendemos que é possível encontrar no mercado ao menos 03 marcas, que conseguem atender a totalidade exigida no edital hora exposto.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Varginha/MG, 13 de Setembro de 2024.

Júlio César Reis
Gerente de Logística

Elaine da Silva Oliveira
Coordenadora de Enfermagem/ Coordenador do NEP