



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRORREGIÃO DO SUL DE MINAS

CNPJ 13.985.869/0001-84 – Rua João Urbano Figueiredo, 177

Parque Boa Vista – Varginha (MG) – CEP: 37.014-510



ANÁLISE DE CATÁLOGOS
SEGUNDA RODADA

PROCESSO LICITATÓRIO: 058/2024

PREGÃO ELETRÔNICO: 025/2024

O CISSUL – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS – gerencia o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência SAMU 192, na sua região de abrangência. Vem, por meio deste, informar sobre a análise dos catálogos encaminhados referente aos lotes 01 e 02, DA segunda rodada, do processo de material permanente deserto, onde segue abaixo o parecer dos itens:

LOTE 01 – APROVADO

FORNECEDOR - AT VARGINHA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

- *Foi analisado o catálogo apresentado, e o descritivo do cabo atende as exigências descritas no edital de licitação;*

LOTE 02 – REPROVADO

FORNECEDOR - BH LABORATORIOS LTDA

- *Foi analisado o catálogo apresentado e não encontramos informações que atendam o edital referente a 04 questões:*
 - 1 - *Não possui sistema de alarmes audiovisuais para todos os parâmetros vitais monitorizados que ultrapassam os limites ajustados, assim como para os alarmes funcionais do equipamento, como sensor desconectado, bateria fraca, etc. Também não possui alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de SPO2 e FC (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador.*
 - 2- *não possui base/suporte de fixação para ambulância.*
 - 3- *Não tem Possibilidade de sensor para auxílio de RCP, com informações sobre a taxa de compressão, o tempo de interrupção, o gráfico de barras de compressão, a profundidade de compressão e a CCF (fração de compressão de RCP).*
 - 4- *Não possui Grau de proteção mínimo IP44 ou superior;*

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Varginha/MG, 19 de Setembro de 2024.

Júlio César Reis
Gerente de Logística

Elaine da Silva Oliveira
Coordenadora de Enfermagem/
Coordenador do NEP