



CISSUL SAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO
MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS



CNPJ 13.985.869/0001-84
Rua João Urbano Figueiredo, 177
Parque Boa Vista – Varginha (MG) – CEP: 37.014-510
www.cissul.saude.mg.gov.br

De: Chefe do Setor Farmacêutico – CISSUL/SAMU

Para: Pregoeira – CISSUL/SAMU

Assunto: Parecer Técnico

Data: 08/10/2025

Senhora Kelly Cristina da Silva,

Segue a resposta referente a solicitação de impugnação, apresentada pela empresa SMARTMED REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

I – ITEM 55 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO – DEA

O termo “*feedback de RCP: desejável, com indicação em tempo real de frequência e/ou profundidade das compressões*” foi utilizado de forma intencional, uma vez que tal funcionalidade não é requisito obrigatório para a execução da atividade-fim do equipamento, mas sim uma característica adicional que pode agregar valor ao processo de reanimação cardiopulmonar. Assim, a sua presença é considerada desejável, porém não obrigatória, não constituindo fator de desclassificação.

Ressalta-se, contudo, que o edital já exige, de forma expressa, que o Desfibrilador Externo Automático (DEA) possua “orientações ao socorrista por mensagens de texto e voz em português”, funcionalidade esta indispensável para o uso adequado do equipamento e que visa garantir a correta condução do atendimento pelo operador, mesmo que leigo.

Dessa forma, o edital assegura que todos os equipamentos ofertados atenderão aos requisitos mínimos de segurança, eficácia e usabilidade, sendo a presença do sensor de *feedback* de RCP um diferencial técnico opcional, que não compromete a competitividade do certame nem restringe a participação de fornecedores.

Portanto, mantém-se inalterado o descritivo técnico do item, uma vez que este atende aos princípios da isonomia, da ampla competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa à Administração.

Item 67 e 68

O cabo de conexão da pá do DEA do nosso aparelho é o que possui conector azul e branco.

Atenciosamente,


Fernanda Vilas Boas Costa
Chefe do Setor Farmacêutico