



CISSUL SAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS



CNPJ 13.985.869/0001-84
Rua João Urbano Figueiredo, 177
Parque Boa Vista – Varginha (MG) – CEP: 37.014-510
www.cissul.saude.mg.gov.br

De: Chefe do Setor Farmacêutico – CISSUL/SAMU

Para: Pregoeira – CISSUL/SAMU

Assunto: Análise de Catálogo

Data: 09/10/2025

Senhora Kelly Cristina da Silva,

Segue a resposta referente a minha análise técnica.

Item 11, 12 e 13

Em análise técnica realizada sobre os itens 11, 12 e 13 do processo licitatório, informo que os produtos ofertados atendem plenamente às especificações previstas no edital, desde que considerados os seguintes códigos internos do fabricante/fornecedor:

- Item 11 – Código PC002
- Item 12 – Código PSU002
- Item 13 – Código PP002

Esclareço que os códigos acima correspondem exatamente às características técnicas exigidas no Termo de Referência, contemplando todas as funcionalidades, dimensões e padrões de desempenho solicitados.

Item 34 e 35

Item 34 do processo licitatório, possui todas as características solicitadas no Termo de Referência, correspondendo fielmente às funcionalidades, padrões de qualidade e requisitos técnicos estabelecidos.

Item 35 do processo licitatório não atende o Termo de Referência.

Solicitado no termo de referência: funcionamento mínimo de 45 minutos em sucção máxima ou superior, após carga completa da bateria.
Catálogo enviado:

- Autonomia da bateria aproximada de 40 minutos de sucção.

Item 40

O item 40 atende integralmente às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, bem como são compatíveis com o aparelho indicado no processo licitatório.

O produto ofertado para esse item corresponde às características funcionais, dimensões, padrões de conexão e requisitos operacionais descritos no edital, garantindo total compatibilidade com o equipamento mencionado, sem necessidade de adaptações ou aquisição de acessórios adicionais.



CISSUL SAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS



CNPJ 13.985.869/0001-84
Rua João Urbano Figueiredo, 177
Parque Boa Vista – Varginha (MG) – CEP: 37.014-510
www.cissul.saude.mg.gov.br

Item 41 e 42

Em análise técnica realizada sobre os itens 41 e 42 do processo licitatório, eles são compatíveis com o item 61 (catálogo apresentado).

Item 43

O item 43 atende integralmente às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, bem como sendo compatível com o modelo de oxímetro portátil ofertado no item 61,

O produto ofertado para esse item corresponde às características funcionais, dimensões, padrões de conexão e requisitos operacionais descritos no edital, garantindo total compatibilidade com o equipamento mencionado, sem necessidade de adaptações ou aquisição de acessórios adicionais.

Item 44

Informo que o item 44 não atende às especificações técnicas exigidas no edital, tendo em vista que o conector do cabo de oxímetro apresentado no catálogo não é compatível com o modelo de oxímetro portátil ALFAMED SENSE 10, atualmente disponível e em uso pelas unidades de atendimento móvel.

Ressalto que a compatibilidade do conector é requisito indispensável para o pleno funcionamento do equipamento, conforme previsto no Termo de Referência. A oferta de cabos com conectores diferentes comprometeria a padronização, a usabilidade e a segurança operacional, além de gerar necessidade de adaptação ou aquisição de acessórios adicionais, o que não é aceitável do ponto de vista técnico e administrativo.

Item 45 e 46

Os itens 45 e 46 atendem integralmente às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, são compatíveis com o modelo de oxímetro portátil ALFAMED SENSE 10, atualmente disponível e em uso pelas unidades de atendimento móvel.

Os produtos ofertados para esses itens correspondem às características funcionais, dimensões, padrões de conexão e requisitos operacionais descritos no edital, garantindo total compatibilidade com o equipamento mencionado, sem necessidade de adaptações ou aquisição de acessórios adicionais.

Item 47, 48 e 49

Informo que os itens 47, 48 e 49 não atendem às especificações técnicas exigidas no edital, tendo em vista que o conector do cabo de oxímetro apresentado nos catálogos não é compatível com o modelo de oxímetro portátil NONIM, atualmente disponível e em uso pelas unidades de atendimento móvel.

Ressalto que a compatibilidade do conector é requisito indispensável para o pleno funcionamento do equipamento, conforme previsto no Termo de Referência. A oferta de cabos com conectores diferentes comprometeria a



CISSUL SAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS



CNPJ 13.985.869/0001-84
Rua João Urbano Figueiredo, 177
Parque Boa Vista – Varginha (MG) – CEP: 37.014-510
www.cissul.saude.mg.gov.br

padronização, a usabilidade e a segurança operacional, além de gerar necessidade de adaptação ou aquisição de acessórios adicionais, o que não é aceitável do ponto de vista técnico e administrativo.

Item 50, 51 e 52

Informo que os itens 50, 51 e 52 não atendem às especificações técnicas exigidas no edital, tendo em vista que o conector do cabo de oxímetro apresentado nos catálogos não é compatível com o modelo de oxímetro portátil HANDYSAT, atualmente disponível e em uso pelas unidades de atendimento móvel.

Ressalto que a compatibilidade do conector é requisito indispensável para o pleno funcionamento do equipamento, conforme previsto no Termo de Referência. A oferta de cabos com conectores diferentes comprometeria a padronização, a usabilidade e a segurança operacional, além de gerar necessidade de adaptação ou aquisição de acessórios adicionais, o que não é aceitável do ponto de vista técnico e administrativo.

Item 55

O item 55 atende integralmente às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.

O produto ofertado para esse item corresponde às características funcionais, dimensões, padrões de conexão e requisitos operacionais descritos no edital, garantindo total compatibilidade com o equipamento mencionado, sem necessidade de adaptações ou aquisição de acessórios adicionais.

Item 56

O item 56 atende integralmente às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.

O produto ofertado para esse item corresponde às características funcionais, dimensões, padrões de conexão e requisitos operacionais descritos no edital, garantindo total compatibilidade com o equipamento mencionado, sem necessidade de adaptações ou aquisição de acessórios adicionais.

Item 60

O item 60 atende integralmente às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.

O produto ofertado para esse item corresponde às características funcionais, dimensões, padrões de conexão e requisitos operacionais descritos no edital, garantindo total compatibilidade com o equipamento mencionado, sem necessidade de adaptações ou aquisição de acessórios adicionais.

Item 61

O item 61 atende integralmente às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.



CISSUL SAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS



CNPJ 13.985.869/0001-84

Rua João Urbano Figueiredo, 177

Parque Boa Vista – Varginha (MG) – CEP: 37.014-510

www.cissul.saude.mg.gov.br

O produto ofertado para esse item corresponde às características funcionais, dimensões, padrões de conexão e requisitos operacionais descritos no edital, garantindo total compatibilidade com o equipamento mencionado, sem necessidade de adaptações ou aquisição de acessórios adicionais.

Item 77 e 78

Os itens 77 e 78 atendem integralmente às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, são compatíveis com o modelo de DEA ZOLL, atualmente disponível e em uso pelas unidades de atendimento móvel. Os produtos ofertados para esses itens correspondem às características funcionais, dimensões, padrões de conexão e requisitos operacionais descritos no edital, garantindo total compatibilidade com o equipamento mencionado, sem necessidade de adaptações ou aquisição de acessórios adicionais.

Atenciosamente,

Fernanda Vilas Boas Costa
Coordenadora de Farmácia
Farmacêutica – CRFMG 15959