



CISSUL SAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS



CNPJ 13.985.869/0001-84
Rua João Urbano Figueiredo, 177
Parque Boa Vista – Varginha (MG) – CEP: 37.014-510
www.cissul.saude.mg.gov.br

De: Chefe do Setor Farmacêutico – CISSUL/SAMU

Para: Pregoeira – CISSUL/SAMU

Assunto: Análise de Catálogo

Data: 09/10/2025

Senhora Kelly Cristina da Silva,

Segue a resposta referente a minha análise técnica.

Item 44

Informo que o item 44 não atende às especificações técnicas exigidas no edital, tendo em vista que o conector do cabo de oxímetro apresentado no catálogo não é compatível com o modelo de oxímetro portátil ALFAMED SENSE 10, atualmente disponível e em uso pelas unidades de atendimento móvel.

Ressalto que a compatibilidade do conector é requisito indispensável para o pleno funcionamento do equipamento, conforme previsto no Termo de Referência. A oferta de cabos com conectores diferentes comprometeria a padronização, a usabilidade e a segurança operacional, além de gerar necessidade de adaptação ou aquisição de acessórios adicionais, o que não é aceitável do ponto de vista técnico e administrativo.

Item 47, 48 e 49

Informo que os itens 47, 48 e 49 atendem às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.

O produto ofertado para esse item corresponde às características funcionais, dimensões, padrões de conexão e requisitos operacionais descritos no edital, garantindo total compatibilidade com o equipamento mencionado (NONIM), sem necessidade de adaptações ou aquisição de acessórios adicionais.

Item 50, 51 e 52

Informo que os itens 50, 51 e 52 não atendem às especificações técnicas exigidas no edital, tendo em vista que o conector do cabo de oxímetro apresentado nos catálogos não é compatível com o modelo de oxímetro portátil HANDYSAT, atualmente disponível e em uso pelas unidades de atendimento móvel.

Ressalto que a compatibilidade do conector é requisito indispensável para o pleno funcionamento do equipamento, conforme previsto no Termo de Referência. A oferta de cabos com conectores diferentes comprometeria a padronização, a usabilidade e a segurança operacional, além de gerar necessidade de adaptação ou aquisição de acessórios adicionais, o que não é aceitável do ponto de vista técnico e administrativo.

Atenciosamente,

Fernanda Vilas Boas Costa
Coordenadora de Farmácia
Farmacêutica – CRFMG 15959