ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO

Protocolo Digital Nº: 10301/2026.

Objeto da Contratação: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material médico hospitalar permanente, para atender aos serviços de saúde desta municipalidade.

1. JUSTIFICATIVA PARA O ETP SIMPLIFICADO

1.1. Para esta contratação foi realizado um Estudo Técnico Preliminar simplificado, tendo em vista não se vislumbrar outras alternativas para atender a demanda em questão.

1.2. A única solução viável é a eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de material médico hospitalar permanente, através de Sistema de Registro de Preços, conforme descrição, condições, quantidades, exigências e estimativas mencionadas, na qual a contratada deverá atender as expectativas da Administração e atender os requisitos estabelecidos no Edital.

1.3. Dessa forma, não é necessário um estudo aprofundado demonstrando avaliação com relação à viabilidade técnica e econômica do melhor tipo de solução a contratar, visto não haver outra solução possível.

1.4. Portanto, justifica-se a utilização de apenas os elementos constantes neste ETP simplificado, conforme permitido pelo §2º do art. 18 da Lei 14.133/2021.

2. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. Segue a justificativa apresentada pela Unidade Requisitante em seu DFD para a fundamentação da necessidade da contratação:

> *"Considerando a necessidade de aquisição de materiais permanentes médico-hospitalares para a manutenção dos serviços de saúde desta municipalidade, faz-se imprescindível assegurar o abastecimento adequado das unidades de atendimento.*

Protocolo: 10301/2026
Documento digital, verifique em: https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 60ba2c772346442d7764a257fcb05d24

Diante dessa demanda, foi instaurado o Processo Administrativo nº 20.325/2025, em 06 de agosto de 2025, cujo objeto consistiu na aquisição de materiais médico-hospitalares destinados à manutenção dos serviços de saúde do Município de Anchieta/ES. O referido processo foi conduzido por meio do Pregão Eletrônico nº 011/2025, em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 6.396/2023. Contudo, após a conclusão do certame licitatório, foi emitido relatório indicando a existência de itens não cotados, os quais foram declarados fracassados ou desertos.

Resta evidente que tais insumos são indispensáveis para garantir a continuidade e a regularidade dos serviços de saúde do município, especialmente no Pronto Atendimento Municipal e nas Estratégias de Saúde da Família. Dessa forma, após ciência do quadro de itens não cotados, solicita-se autorização para a aquisição dos referidos materiais, a fim de assegurar a manutenção dos serviços de saúde, uma vez que se tratam de itens com funções específicas e essenciais à adequada realização dos atendimentos pelos profissionais de saúde."

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

3.1. A contratação está prevista no Cronograma de Compras da Prefeitura de Anchieta, instituído através do Decreto Municipal nº 6.721 de 16 de dezembro de 2025.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Os itens demandados são considerados de bens comuns, utilizados usualmente no mercado.

4.2. As especificações dos produtos a serem fornecidos, tem como base os Documentos de Formalização de Demanda - DFDs encaminhado pela Unidade Requisitante, anexado ao Protocolo Digital nº 10301/2026, são:

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN
01	60756	**ASPIRADOR CIRÚRGICO** Aspirador Cirúrgico C/ Sensor de Nível - Fluxo de aspiração: 60 litros por minuto. Bivolt 110v/220. Dimensões (C x L x A mm) 500 x 370 x 950. Vácuo máximo (mmHg) 533,4 + 76,2. Vácuo máximo (pol.Hg) 21 + 3. Vacuômetro Escala 0 a 76 cm.hg 0 a 30 pol.hg. Potente bomba de vácuo com sistema	UN

Protocolo: 10301/2026
Documento digital, verifique em: https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 60ba2c772346442d7764a257fcb05d24

		linear de aspiração. Baixo ruído. Sistema eletrônico com função de modo contínuo ou intermitente. Gabinete confeccionado em termoplástico injetado (ABS) – Material não corrosivo. Sistema eletrônico anti-transbordamento – Monitora o fluxo de aspiração e interrompe a sucção, assim que os frascos atingem sua capacidade máxima. Acompanham dois frascos confeccionados em polissulfona totalmente resistentes a quedas, com capacidade de 5 litros cada. Rodízios para melhor deslocamento. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.	
02	57210	**AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, 75 LITROS, CONFORME SEGUE :** Câmara de esterilização em aço inoxidável com capacidade para 75 litros, 22 dispositivos de segurança, Painel digital com dois displays independentes, inteiramente em teclado de membrana e com avisos que permitem o controle simultâneo dos parâmetros do ciclo, Controle do ciclo totalmente automático através de microprocessador eletrônico, com milhares de ciclos programáveis e que permite ajustes de tempo segundo a segundo e de temperatura grau a grau. Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial. Secagem do material com ajustes de temperatura grau a grau e de tempo segundo a segundo. Com opção de ciclos extras. Sistema de porta com coara melhor qualidade de vapor. Sistemas de segurança automáticos, com mensagens de erro visuais e sonoras. Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção. Registrados na Agência Nacionalde Vigilância Sanitária. Assistência técnica em todo o Brasil. Garantia de no minimo um (01) ano. Itens: cabo de energia, suporte de alumínio, bandeja de alumínio, copo medidor de plástico, mangueira de drenagem, manual de instruções.	U N
03	61254	**SELADORA DE GRAU CIRÚRGICO MANUAL COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL, AREA DE SELAGEM DE 60 CM** Seladora hospitalar de Grau Cirúrgico; Com guilhotina; Com suporte para rolo; Selar e cortar embalagem de papel grau cirúrgico e plástico/plástico; Acionamento através de pedal; Possuir controle de temperatura; Bivolt 110V/220V 50/60Hz; Área de selagem mínima de 60 cm; Confeccionado em aço; Pintura epóxi eletrostática; Apresentar: Catálogo técnico contendo foto e descrição completa do equipamento, certificado de aprovação pelo INMETRO.	U N
04	61252	**LAVADORA ULTRASSÔNICA 40 LITROS** Lavadora Ultrassônica 40 Litros, para limpeza de acessórios e instrumentais médicos e odontológicos. A limpeza ocorre por meio de cavitação, atingindo uniformemente todo o material a ser limpo, inclusive em locais de difícil acesso. Protetor térmico automático contra superaquecimento. Display digital e teclado membrana: prático, moderno e de fácil operação. Temporizador com no mínimo 5 ciclos pré-programados (90s – 180s – 280s – 380s – 480s). Sistema de aquecimento do líquido. Tampa removível e transparente, para uma melhor visualização. Cuba em aço inox. Método de limpeza: Direta e Indireta. Regular, Avançada e Especial. Dimensão aproximada de 34cm, largura: 25,5cm e altura: 22,5cm. Deve possuir registro na ANVISA.	UN

Protocolo: 10301/2026
Documento digital, verifique em: https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 60ba2c772346442d7764a257fcb05d24

05	61303	**TRANSDUTOR ANATÔMICO 5CM², 01 MHZ** Transdutor anatômico 5cm², 01 MHZ para ultrassom terapêutico Sonomed IV CARCI, a prova de água.	U N
06	60761	**VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO** Ventilador Pulmonar eletrônico micro processado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguimentos modos de ventilação ou modo ventiladores compatíveis: Ventilação com volume controlado; ventilação com pressão controlada; ventilação mandatória intermitente sincronizada; ventilação com suporte de pressão; ventilação com fluxo continuo, ciclado a tempo e com pressão limitado ou modo volume garantido para pacientes neonatais; ventilação em dois níveis, ventilação não invasiva; Pressão positiva continua nas vias aéreas- CPAP; ventilação de Back UP no mínimo nos modos espontâneos; sistema de controles: possuir controle ajuste para pelo menos os parâmetros, com as faixas: pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60 cm H20, volume corrente de no mínimo entre 10 a 2000ml; frequência respiratória de no mínimo até 100 rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40 cm H20; Sensibilidade inspiratória no fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 IPM; FI02 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de Monitoração: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen; Monitoração de volume por sensor proximal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos, sendo obrigatoriamente autoclavável para os pacientes neonatais - deverá ser fornecido dois sensores de fluxo para cada categoria de paciente; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FIO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico, relação I:E, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e apresentação de gráficos com as tendências no mínimo para PEEP, complacência, frequência respiratória, volume expiratório e resistência das vias aéreas. Sistema de alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FIO2, apneia, pressão de O2 baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento sem alteração da DIO2 ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. Armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos; o ventilador deverá continuar ventilando paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: umidificador aquecido, jarra térmica, braço articulado, pedestal com rodízios, dois circuitos paciente pediátrico/adulto, dois circuitos paciente neonatal/pediátrico, duas válvulas de exalação, mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido, alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Garantia mínima de 12	U N

Protocolo: 10301/2026
Documento digital, verifique em: https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 60ba2c772346442d7764a257fcb05d24

		meses. OBS: Serão aceitos equipamentos com especificações superiores às descritas acima, desde que isso não gere ônus ao município.	
07	56230	**MANÔMETRO/FLUXÔMETRO PARA OXIGENOTERAPIA:** Manômetro/fluxômetro para oxigenoterapia válvula reguladora para cilindro com fluxômetro para oxigênio. Confeccionada em metal cromado, rosca de entrada universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 kg/cm2, pressão fixa de 3, 5 kg/ cm2 e rosca de saída padrão ABNT com válvula de segurança.	U N
08	61214	**DETECTOR DE VEIAS PORTÁTIL** Detector infravermelho possui uma bateria de lítio de grande capacidade minima de 3400mAh integrada, que pode ser usada por cerca de 3 horas, equipada com um cabo de dados USB; CARACTERÍSTICAS 5 níveis de brilho: ajuste a imagem de projeção para o brilho mais confortável. Inversão: Reduz a interferência dos pelos do braço e torna os vasos sanguíneos mais claros. Modo de aprimoramento: Melhore a clareza da detecção de vasos sanguíneos. Modo de suspensão: entre no modo de baixo consumo de energia quando o usuário precisar de intervalos curtos e puder ser acordado rapidamente. Capacidade de armazenamento de imagens: tire uma foto da veia exibida e salve-a em um cartão de memória PARÂMETRO TÉCNICO Profundidade de detecção: 8mm Melhor distância de detecção: 15-25cm Precisão da posição dos vasos sanguíneos: ±0,5 mm Precisão da resolução dos vasos sanguíneos: ±0,5 mm Baixo ruído de trabalho: <40Bp A carga da bateria pode ser exibida na parte superior da imagem projetada. Bateria de lítio recarregável de 3400mA, duração minima de 3 horas. Fonte de alimentação de carregamento: 5V 2,0A, 100-240V 50-60Hz Peso aproximado: 280g Tamanho aproximado: 20×6×6,5cm.	U N
09	62985	**Laser DMC Terapêutico sem fio (wireless)** Laser DMC Terapêutico sem fio (wireless), para uso em saúde. Aparelho laser duo portátil com pulseira MMO; comprimento de onda vermelha: 660 NM (LASER VERMELHO) E 808 NM (LASER INFRAVERMELHO) na potência mínima de 100 mw. Especificações mínimas: Bateria de LI-ION, tensão de alimentação: 90 - 240v/650 MA, duração da bateria: 02 horas com aplicação ininterrupta. Diâmetro da Fibra: 600 um Comprimento de onda laser vermelho:660 nm (+/-) 10 nm Potencia útil emissor laser vermelho: 100 mW (+/-) 20% Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm (+/-) 10 nm. Potencia útil emissor laser infravermelho: 100mW (+/-) 20%. ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE BATERIA: VE: 127-220V~/50-60HZ/ VS: 9V/1,2A; EMISSOR DE LUZ: LASER SEMICONDUTOR (GAA1AS E INGAAIP); Área do feixe laser de saída no bico da caneta laser: 3MM². Itens adicionais inclusos: 02 óculos de proteção para o profissional, 01 óculos de proteção para o paciente, 01 fonte carregadora, 01 Pulseira ILIB. 01 maleta pata transporte 01 suporte para peça de mão. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	U N

Protocolo: 10301/2026
Documento digital, verifique em: https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 60ba2c772346442d7764a257fcb05d24

4.3. Indicação de marca e/ou modelo:

4.3.1.Para esta contratação há indicação de marca referente ao **TRANSDUTOR ANATÔMICO**, onde a Unidade Requisitante justificou a compatibilidade com o aparelho de ultrassom terapêutico Sonomed IV CARCI, necessitando apenas da aquisição do transdutor correspondente para acoplamento ao equipamento e viabilização do seu pleno funcionamento.

4.4. Garantia:

4.4.1.Para todos os equipamentos a garantia mínima será de 12 meses.

4.5. Registro da ANVISA:

4.5.1. Para todos os itens, é necessária a apresentação do Registro na ANVISA.

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

5.1. A estimativa das quantidades foi realizada com base nas informações enviadas pela Unidade Requisitante em seu DFD, a saber:

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO SUCINTA	MÍN.	MÁX.
01	60756	**ASPIRADOR CIRÚRGICO**	04	06
02	57210	**AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, 75 LITROS**	11	22
03	61254	**SELADORA DE GRAU CIRÚRGICO MANUAL COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL, AREA DE SELAGEM DE 60 CM**	10	24
04	61252	**LAVADORA ULTRASSÔNICA 40 LITROS**	12	24
05	61303	**TRANSDUTOR ANATÔMICO 5CM², 01 MHZ**	10	20
06	60761	**VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO**	06	10
07	56230	**MANÔMETRO/FLUXÔMETRO PARA OXIGENOTERAPIA**	45	50
08	61214	**DETECTOR DE VEIAS PORTÁTIL**	15	20
09	62985	**LASER DMC TERAPÊUTICO SEM FIO (WIRELESS)**	18	25

Protocolo: 10301/2026
Documento digital, verifique em: https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 60ba2c772346442d7764a257fcb05d24

6. ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS

6.1. Para a composição da estimativa de preços, a Unidade Requisitante informou em seu DFD que realizou pesquisa em sítios eletrônicos.

6.2.Os valores abaixo são somente uma estimativa. Caberá à Coordenação de Compras verificar o valor real de mercado para ser utilizado como base na licitação.

6.3.Os licitantes devem se basear nos valores que constarão no Termo de Referência e no Modelo da Proposta.

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO SUCINTA	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	60756	**ASPIRADOR CIRÚRGICO**	06	5.745,60	34.473,60
02	57210	**AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, 75 LITROS**	22	10.520,00	231.440,00
03	61254	**SELADORA DE GRAU CIRÚRGICO MANUAL COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL, AREA DE SELAGEM DE 60 CM**	24	2.776,99	66.647,76
04	61252	**LAVADORA ULTRASSÔNICA 40 LITROS**	24	13.717,00	329.208,00
05	61303	**TRANSDUTOR ANATÔMICO 5CM², 01 MHZ**	20	2.588,30	51.766,00
06	60761	**VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO**	10	64.598,05	645.980,50
07	56230	**MANÔMETRO/FLUXÔMETRO PARA OXIGENOTERAPIA**	50	342,22	17.111,00
08	61214	**DETECTOR DE VEIAS PORTÁTIL**	20	1.900,00	38.000,00
09	62985	**LASER DMC TERAPÊUTICO SEM FIO (WIRELESS)**	25	6.826,30	170.657,50
VALOR TOTAL					**1.585.284,36**

6.4. Segue os sítios eletrônicos utilizados para pesquisa, com data, horário e valores, a saber:

Item 01 – pesquisa realizada no site: https://www.medsystemhospitalar.com.br/equipamentos- medicos/aspirador-cirurgico/aspirador-cirurgico-evolution-5000-c-fr-5-litros-biv-pedestal-protec?parceiro=7129&gad_source=1&gad_campaignid=22855158452&gbraid=0AAAAAqw-6CgSTANF6FhLvjh6kiJSudCj4&gclid=CjwKCAjwtIfPBhAzEiwAv9RTJoUtw2zB_qck5_F_t8sfOZ

Protocolo: 10301/2026
Documento digital, verifique em: https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 60ba2c772346442d7764a257fcb05d24

VIJPDAoCPuIuqJ2RPe5BRlKojKumFe6RoCvRgQAvD_BwE , valor encontrado R$ 5.475,60. Data: 17/04/2026 as 10 hs 00 mm.

Item 02 - pesquisa realizada no site: https://www.cirurgicasalutar.com.br/kgbac24gd-/autoclave-digitale-30-litros-bivolt-digitale?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&utm_campaign=APARELHOS&gad_source=1&gad_campaignid=23693078041&gbraid=0AAAADEA62iukDO3XbmcJUi4LalaD0_D_&gclid=CjwKCAjwtIfPBhAzEiwAv9RTJskrC3dRRw2xUxfFJUY8c_azNq3_nlzBJNidM55uBxSWj_n2ZMeQuBoCxVIQAvD_BwE, valor R$ 10.520,00.Data: 17/04/2026 as 10 hs 02 mm.

Item 03 - pesquisa realizada no site: https://www.ultrafeu.com.br/seladora-pedal-3582-r-baiao-1/p?idsku=4944&srsltid=AfmBOoqgLY72hFlQZuMxNFTEArUmSmz8Cw3zo2-MkGrmw4KzG6_r2UF07xA, valor encontrado R$ 2.776,99. Data: 17/04/2026 as 10 hs 03 mm.

Item 04 - https://www.sumlab.com.br/banhos/banho-ultrassonico-conjugado/banho-ultrassonico- conjugado-40-litros-solidsteel?variant_id=1579&parceiro=2&gad_source=1&gad_campaignid=22433268392&gbraid=0AAAAAow1m9Y2iXk1tPntcSza8ljrqUIdr&gclid=CjwKCAjwtIfPBhAzEiwAv9RTJhuYOvQJxu2G Ua5XEfHp63E7jPzjE8wklua0mWXMpzbWQkk8dN9gbRoCPdUQAvD_BwE, valor encontrado R$ 13.717,00. Data: 17/04/2026 as 10 hs 05 mm.

Item 05- pesquisa em site: https://adcenter.med.br/produto/34979/ultrassom-pfisioterapia---digital-1- mhz---sonomed-iv-4144-us, valor encontrado R$ 2.588,30. Data: 17/04/2026 as 10 hs 06 mm.

Item 06 - pesquisa em site: https://www.dormed.com.br/ventilador-pulmonar-r55-siriusmed/p?srsltid=AfmBOoopv3dP88Z7qiH5gU7T7gcPDCGIeNNZgaCNfINBTfDA-8sx8NJIH6M, valor encontrado R$ 64.598,05. Data: 17/04/2026 as 10 hs 10 mm.

Item 07 – pesquisa em site: https://www.medsystemhospitalar.com.br/equipamentos-

Protocolo: 10301/2026
Documento digital, verifique em: https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 60ba2c772346442d7764a257fcb05d24

medicos/gasoterapia/valvula-redutora-c-fluxometro-de-oxigenio-protec?parceiro=7129&gad_source=1&gad_campaignid=22155172746&gbraid=0AAAAAqw-6CjHN5VB4MDxthMuDBXXMGUjx&gclid=CjwKCAjwtIfPBhAzEiwAv9RTJjQG8N3pgvbbCFZ 6wcjgaHkiXAcz232OD9Y54I-744zxx-X4P1hILBoC5sMQAvD_BwE , valor encontrado R$ 342,22. Data: 17/04/2026 as 10 hs 12 mm.

Item 08 – pesquisa em site: https://shop.bioskin.it/pt/detectores-de-veias/921-detector-de-veia- port%C3%A1til-profissional-qv-500-8023279234565.html?SubmitCurrency=1&id_currency=1&srsltid=AfmBOoprJ2MyFIh3FgMiqN9L 61NygN2EBSKGlWVJkZlE3EvqBvSDL7fewV4, valor encontrado R$ 1.900,00. Data: 17/04/2026 as 10 hs 20 mm.

Item 09 – pesquisa em site: https://www.dentalomni.com.br/laser-therapy-ec-dmc.html, valor encontrado R$ 6.826,30. Data: 17/04/2026 as 11 hs 21 mm.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

7.1. A licitação deve preferencialmente ocorrer por item, conforme inciso II do art. 47 da Lei n 14.133, de 2021, que dispõe que deve ser realizado o parcelamento do objeto, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso.

7.2. Caso a Unidade Requisitante entenda ser necessário a contratação em lote único ou com itens agrupados em lotes, deve esta motivar e justificar a alocação em lote(s) para fins de elaboração do Termo de Referência.

8. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

8.1 Em virtude dos aspectos técnicos e econômicos explicitados nos itens deste documento e havendo dotação orçamentária, declaramos a viabilidade da contratação do objeto deste Estudo Preliminar, desde que atendidas as considerações realizadas neste instrumento.

Protocolo: 10301/2026
Documento digital, verifique em: https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 60ba2c772346442d7764a257fcb05d24

Anchieta, 30 de Abril de 2026.

Silvana de Azevedo Alpohim Henrique
Membro do NPCG
Responsável pela elaboração do ETP

Prisciane da Silva Campos Tavares
Gerente Estratégica de Atenção Primária em Saúde
Portaria N°. 603/2025

Protocolo: 10301/2026
Documento digital, verifique em: https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/
Identificador: 60ba2c772346442d7764a257fcb05d24

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 60ba2c772346442d7764a257fcb05d24

Documento assinado por:

Silvana de Azevedo Alpohim Henrique

CPF: ***.717.787-**

Email Verificado:
silvanaalpohim@hotmail.com



IP: 191.241.72.190

Data: 16/09/2026 14:41:16

Prisciane da Silva Campos Tavares

CPF: ***.324.527-**

Email Verificado:
goaps.saudeanchieta@gmail.com



IP: 191.241.72.190

Data: 16/09/2026 14:46:10

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 16/09/2026 14:46:46