

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 11.234.2026.0098

Em 30/06/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 11.234.2026.0098

Órgão/Entidade : 11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade Gestora : 234 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS - CAMPUS IV

Período Oficial da Disputa : das :13:30 às 15:30h de 07/07/2026

Dia da semana : Terça-Feira

Início : 13:30 horas.

Término : 15:30 horas.

Objeto : MATERIAIS HOSPITALARES

Conforme especificação abaixo :

Descrição : ESTETOSCOPIO, neo, utilizado para ausculta cardiaca e pulmonar e auxiliar para medida da pressao arterial em paciente neo, aparelho dotado de campanula metalica, duo-sonic, dois tubos condutores separados em material flexivel sem emendas, moldado para produzir efeito condutor efetivo, com conjunto bi-auricular, metalico, ajustado por mola laminar externa, resistente, com olivas (protetor auricular) de formato anatomico, de borracha macia (silicone), sem redobras, ajuste confortável com perfeita vedacao contra ruidos ambientais, registro no Ministerio da Saude.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : GLICOSIMETRO, portatil, digital e microprocessado, marca Accu Check, modelo Guide. Alimentacao por meio bateria/pilha recarregais e carregador com cabo; Acompanhar todos os acessórios para o perfeito funcionamento do item; Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e registro no Ministerio da Saude; Codigo exclusivo para atender Acao judicial.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : MEDIDOR, de pressao arterial, de pulso, digital, automatico. Com as seguintes caracteristicas: - Digital, modelo de pulso, - Automatico - Tela de cristal liquido - Memoria minima de 30 leituras - Desligamento automatico - Aprovado pelo INMETRO, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e pela Sociedade Brasileira de Hipertensao. - Acompanha estojo para acomodacao e transporte - Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e registro no Ministerio da Saude.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Descrição : OXIMETRO, de pulso, do tipo portatil, com sensor de dedo destascavel, alimentacao a pilha ou bateria recarregavel, com no minimo 02 sensores adulto, deve possuir display digital para apresentacao de pelo menos saturacao de oxigenio, frequencia cardiaca e plestimoograma; com tela tipo display de LCD matriz ativa, retroiluminado, TFT ou outro de facil visibilidade; saturacao de Oxigenio apresentada de forma a abranger a faixa de 30% a 100%; saturacao de Oxigenio com precisao de mais ou menos 2%, ou melhor, dentro da faixa de 80% a 100%; deve possuir um tempo de resposta de no maximo 10 segundos. Deve acompanhar o produto pilhas recarregaveis, ou bateria, suficientes para o pleno funcionamento do produto, bem como carregador de parede compativel. Deve acompanhar no minimo 02 (dois) sensores de oximetria destacaveis, reutilizaveis, de afericao por meio do dedo do paciente, para uso em pacientes adultos. Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessarios ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de operacao, em portugues. ACESSORIOS Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessarios ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de operacao, em portugues. ALIMENTACAO ELETRICA Tensao de alimentacao do equipamento: BiVolt automatico ou de acordo com tensao da unidade contemplada. GARANTIA Deve ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duracao minima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitacao do equipamento, entendendo-se por aceitacao a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realizacao dos testes preconizados nos manuais de operacao e de servico, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condicoes de normalidade. COPIA DO REGISTRO ANVISA Deve ser apresentada copia do Registro do equipamento emitido pela Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA / Ministerio da Saude ou comprovacao de que o mesmo e isento de registro/cadastro, quando for o caso.

UF : UNIDADE

Qtde : 2

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 20 dias corridos

Local de entrega : 112340019 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS - CAMPUS IV/UNEB

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço “Fale Conosco”, no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608