

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 11.247.2026.0008

Em 18/03/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 11.247.2026.0008

Órgão/Entidade : 11 - SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade Gestora : 247 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXATAS E DA TERRA

Período Oficial da Disputa : das :13:30 às 15:30h de 24/03/2026

Dia da semana : Terça-Feira

Início : 13:30 horas.

Término : 15:30 horas.

Objeto : EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE QUÍMICA

Conforme especificação abaixo :

Descrição : DOSIMETRO, de ruído, com display de cristal líquido (LCD) de 3 1/2 dígitos faixa de medição em 04 faixas com medição de 35 db /130 db, resolução de 01 db, ponderação A e C precisão de ± 3 , db, bateria recarregável NICD 9v com manual em português e certificado de calibração.

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : LUXIMETRO, display de cristal líquido (LCD), 3 1/2 dígitos ou mais; Escala de medição (mínima): Lux: 0 a 200.000 / Fc: 0 a 20.000. Faixas de medição: no mínimo 4; Precisão: $\pm 3\% + 0,5\%f.c.$ ($<10,000Lux$), $\pm 4\% + 10díg.$ ($>10,000Lux$), ou mais preciso; Resolução: 1 Lux / 0,1 Fc, ou melhor; Resposta Espectral: CIE fotópico (Curva de resposta do olho humano CIE); Precisão Espectral: Função VI CIE $f^1 f^2$ 6%; Taxa de Amostragem: 1,3 tempos/vezes por segundo, pelo menos; Sonda foto-sensora separada do aparelho, construída em Foto Diodo de Silício; Filtro de correção de cor (espectral); Armazenamento dos valores máximo e mínimo; Congelamento de dados (Data Hold); Acompanha: estojo ou maleta de transporte, pilhas, Manual de instruções e Certificado de calibração; Garantia: mínima de 3 meses

UF : UNIDADE

Qtde : 1

Descrição : MULTIMETRO, com Display Digital, apresentando escalas para tensão em CC (200 mV a 1,0 kV), tensão em CA (200 a 750 V), intensidade de corrente em CC (200 microA a 200 mA; 10A), resistência elétrica (200 Ohms a 20 kOhms), teste para diodos e transistores. possibilitar a troca de bateria e fusível, possibilitar escolha de fundo de escala; possibilitar efeito termoeletrico; possibilitar princípio do polígrafo; possibilitar realização de medidas utilizando as seguintes funções: -tensão e intensidade CC em circuitos capacitivos e resistivos - série e paralelo; tensão CA; teste de continuidade e uso da função Hfe Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s). Garantia mínima de 01 ano a partir da data de entrega

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Cotação : em moeda nacional, o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 10 dias corridos

Local de entrega : 112470013 - DCET - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608