

FAPEX	UFBA
PROJETO/SUBPROJETO/RUBRICA	230016 / 01/ 01.0030
C.CONTÁBIL	01.0030
CONVÊNIO/CONTRATO	387/2022

TERMO DE REFERÊNCIA

1. PROJETO DEMANDANTE	
Código	230016
Contrato/Convênio	Projeto de Desenvolvimento Institucional Visando Ações na Qualidade e Segurança Microbiológicas de Alimentos e Águas Comercializados na Mesorregião Metropolitana da Bahia
Coordenadora	Profa. Mariana Nougalli Roselino
Endereço de execução/entrega	LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS, localizado na Rua Barão de Jeremoabo, s/nº, Campus Universitário de Ondina, Faculdade de Farmácia, Sala 317, CEP.: 40.170.115, Salvador-Bahia.

2. FISCALIZAÇÃO TÉCNICA:

Será responsável pela fiscalização técnica do contrato/recebimento do bem: Profa. Mariana Nougalli Roselino (Coordenadora do Laboratório / projeto 230016). A mesma ficará responsável pelas informações técnicas necessárias para fiel cumprimento do objeto desta contratação e fiscalização.

Telefone de contato: 71 3283-6965

E-mail: mariana.roselino@ufba.br ou microali@ufba.br (secretaria administrativa).

3. OBJETO:

3.1 - É objeto da presente licitação a aquisição de vidrarias para uso do LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS, de acordo com as especificações e quantidades constantes no presente termo de referência.

4. LOTE 04:

VIDRARIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCAS	QUANTIDADE	VALIDADE MÍNIMA
01	ALÇA DE DRIGALSKY 35x150 / FORMATO TRIANGULAR / EM VIDRO BOROSSILICATO	----	50 UNID.	----
02	BÉQUER 100mL / EM VIDRO BOROSSILICATO	----	50 UNID.	----
03	BÉQUER 2000mL / EM VIDRO BOROSSILICATO	----	50 UNID.	----
04	BÉQUER 500mL / EM VIDRO BOROSSILICATO	----	50 UNID.	----
05	FRASCO P/ REAGENTE 250mL ÂMBAR – COM ROSCA - / EM VIDRO BOROSSILICATO	PHOX ou PIREX	30 UNID.	----

06	FRASCO P/ REAGENTE 500mL ÂMBAR – COM ROSCA / EM VIDRO BOROSSILICATO	PHOX ou PIREX	30 UNID.	----
07	FRASCO REAGENTE BORO INCOLOR C/ TAMPA COM ROSCA (TAMPA ROSCA AZUL GL45, CONFORME DIN EN ISO 4796-1; TAMPA RESISTENTE ATÉ 140°C) / CAPACIDADE 250mL; ALTURA 143mm; DIÂMETRO DO FRASCO 70mm / EM VIDRO BOROSSILICATO	PHOX ou PIREX	200 UNID.	----
08	FRASCO REAGENTE INCOLOR C/ TAMPA COM ROSCA/ GRADUADO / 1L / EM VIDRO BOROSSILICATO	PHOX ou PIREX	50 UNID.	----
09	FRASCO REAGENTE INCOLOR C/ TAMPA COM ROSCA/ GRADUADO / 2L / EM VIDRO BOROSSILICATO	PHOX ou PIREX	50 UNID.	----
10	FRASCO REAGENTE INCOLOR C/ TAMPA COM ROSCA/ GRADUADO / 3L / EM VIDRO BOROSSILICATO	PHOX ou PIREX	30 UNID.	----
11	FRASCO REAGENTE INCOLOR C/ TAMPA COM ROSCA/ GRADUADO / 500mL / EM VIDRO BOROSSILICATO	PHOX ou PIREX	30 UNID.	----
12	PIPETA SOROLOGICA GRADUADA 10mL / EM VIDRO	----	1.000 UNID.	----
13	PIPETA SOROLOGICA GRADUADA 1mL / EM VIDRO	----	1.000 UNID.	----
14	PIPETA SOROLOGICA GRADUADA 2mL / EM VIDRO	----	1.000 UNID.	----
15	PIPETA SOROLOGICA GRADUADA 5mL / EM VIDRO	----	1.000 UNID.	----
16	PLACA DE PETRI 100X15mm / EM VIDRO BOROSSILICATO	PHOX ou PIREX	5.000 UNID.	----
17	PLACA DE PETRI 60X16mm / EM VIDRO BOROSSILICATO	PHOX ou PIREX	2.000 UNID.	----
18	PLACA DE PETRI 80X15mm / EM VIDRO BOROSSILICATO	PHOX ou PIREX	2.000 UNID.	----
19	PROVETA 250mL / EM VIDRO BOROSSILICATO	----	30 UNID.	----
20	PROVETA 500mL / EM VIDRO BOROSSILICATO	----	30 UNID.	----
21	TUBO DE DURAN 4X30mm / EM VIDRO BOROSSILICATO	----	1.000 UNID.	----
22	TUBO DE DURAN 7X45mm / EM VIDRO BOROSSILICATO	----	1.000 UNID.	----
23	TUBO DE ENSAIO COM ROSCA 15X100mm / EM VIDRO BOROSSILICATO	PHOX ou PIREX	2.000	----
24	TUBO DE ENSAIO S/ BORDA 15X100mm / EM VIDRO BOROSSILICATO	PHOX ou PIREX	2.000	----
25	TUBO DE ENSAIO S/ BORDA 18X180mm 32mL / EM VIDRO BOROSSILICATO	PHOX ou PIREX	10.000 UNID.	----

JUSTIFICATIVA DAS MARCAS:

A escolha das vidrarias das marcas **PHOX ou PYREX** para uso em nosso laboratório é fundamentada em critérios de durabilidade, segurança e eficiência operacional, que são essenciais para a realização de nossas atividades diárias.

1. **Durabilidade:** As vidrarias **PHOX e PYREX** são conhecidas mundialmente por sua alta qualidade e resistência. A composição especial do vidro borossilicato utilizado por essas marcas garante uma vida útil prolongada, reduzindo a necessidade de reposição frequente. Essa durabilidade não apenas otimiza nossos recursos financeiros, mas também assegura a continuidade das atividades laboratoriais sem interrupções.
2. **Segurança:** A segurança dos nossos técnicos é uma prioridade absoluta. Vidrarias de baixa qualidade apresentam um risco maior de quebra durante o uso, o que pode resultar em acidentes graves. As marcas **PHOX e PYREX**, por serem fabricadas com vidro de alta resistência, minimizam significativamente o risco de quebra, mesmo sob condições de uso intensivo e variações térmicas. Isso proporciona um ambiente de trabalho mais seguro, reduzindo o risco de lesões.
3. **Eficiência Operacional:** Vidrarias de alta qualidade, como as das marcas PHOX e PYREX, são projetadas para suportar condições adversas sem comprometer a integridade estrutural. Isso se traduz em menos tempo gasto lidando com quebras e mais tempo focado em atividades produtivas e na obtenção de resultados.

Em suma, a escolha das vidrarias **PHOX ou PYREX** é justificada pela necessidade de assegurar um ambiente de trabalho seguro e eficiente, proporcionando ferramentas confiáveis que atendam aos altos padrões de qualidade exigidos pelas nossas operações laboratoriais.

Condições específicas:

- As vidrarias são de fundamental importância para garantir o cumprimento de diversas atividades do Laboratório;
- Efetuar a entrega das vidrarias em perfeitas condições, conforme especificações, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, quando aplicável;
- A entrega, dos produtos dar-se-á de forma parcelada diretamente nas dependências do LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS, localizado na Rua Barão de Jeremoabo, s/nº, Campus Universitário de Ondina, Faculdade de Farmácia, Sala 317, CEP.: 40.170.115, Salvador-Bahia;
- O transporte das vidrarias ficará a cargo da empresa vencedora;

- As despesas com frete/embalagem estão inclusas no preço proposto;
- Os produtos serão RECUSADOS:
 - a) Quando entregue com especificações diferentes das contidas no Termo de Referência;
 - b) Quando apresentar qualquer irregularidade durante a verificação de conformidade, quebrado, rachado, fora da embalagem original, divergente do solicitado na descrição do bem;
- Em caso de falta no mercado dos produtos, o fato deve ser comunicado imediatamente à Contratante que poderá autorizar a prorrogação do prazo de entrega.

5. **INFORMAÇÕES GERAIS:**

- A empresa interessada deverá informar na sua proposta a **marca e modelo** do produto ofertado, sob pena de desclassificação da proposta;
- Todos os produtos desta contratação deverão ser entregues no local indicado;
- Prazo de entrega: Os produtos deverão ser entregues em até **15 dias úteis**, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento e de maneira parcial (sob demanda do laboratório);
- Prazo de validade dos materiais: A validade dos materiais será igual ou superior a 85% do seu período total a contar da data de entrega;
- Prazo de validade da proposta: A proposta deverá ter validade de no mínimo 90 dias;
- Não conformidades com os produtos entregues serão de inteira responsabilidade do fornecedor, cabendo-lhe custear todas as despesas de remessa do novo produto em substituição ao produto rejeitado;
- A proposta deverá contemplar todos os custos inerentes à execução do objeto, tais como: impostos, taxas, fretes, entre outros;
- A empresa vencedora poderá ser diligenciada para fornecer catálogo do produto ofertado para fins de aprovação definitiva de sua proposta comercial.

6. **PAGAMENTO:**

- O pagamento será feito sob condições determinadas pela FAPEX;
- O pagamento ocorrerá após a apresentação da nota fiscal referente ao objeto, após atesto do coordenador do projeto.

Cordialmente,

Mariana Nougalli Roselino

Profª Mariana N. Roselino
Coordenadora do Laboratório
CRF-BA - 15306

Profa. Mariana Nougalli Roselino
Coordenadora do Laboratório