

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Objeto em análise: A presente contratação tem como objetivo a aquisição, por inexigibilidade de licitação, de materiais classificados no grupo MATERIAL HOSPITALAR, para atendimento das demandas assistenciais da Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó Mocinha (Fungota), conforme descrito no Pedido nº 132/2025. A contratação atenderá a um fornecimento pontual, com entrega imediata e por prazo indeterminado.

Urgência: Alta.

A necessidade de reposição do item tem natureza assistencial, uma vez que se trata de um material padronizado de baixo consumo, porém essencial para procedimentos obstétricos específicos. A proximidade da data de validade do lote atual (16/08/2025) torna a aquisição oportuna para garantir disponibilidade em estoque.

I. Do objeto da contratação:

- a. A contratação visa adquirir copos extratores obstétricos tipo sino com borda de silicone e boca alargada, compatíveis com válvula de vácuo extrator Mityvac, conforme especificações técnicas do Termo de Referência. O material deverá ser entregue pronto para uso, devidamente registrado ou regularizado junto à ANVISA.

II. Da justificativa da necessidade de contratação:

- a. O material é padronizado e de uso automatizado em setores específicos da unidade, sendo imprescindível à condução de partos assistidos que demandem uso de vácuo extrator. Sua ausência pode comprometer a execução segura e eficaz de procedimentos obstétricos. Além disso, trata-se de reposição para estoque prestes a vencer.

III. Estimativa das quantidades a serem contratadas:

- a. A estimativa das quantidades necessárias foi realizada com base nos parâmetros de estoques. O item a ser adquirido e suas respectivas quantidades estão descritos na tabela abaixo:

It.	Setor Requisitante	Cód.	Descrição Simples	Descrição Completa	Características	Qtde.	U.M.	PRAZO
1	ALMOXARIFADO	3388	COPO EXTRATOR TIPO SINO	Copo M-Soft Sino com borda de silicone com boca alargada que ajude a minimizar o traumatismo e danos infantis do escalpe ao tecido materno. Recomendado para partos cujo feto encontra-se na posição occípito anterior que acompanhe mangueira e filtro. Deve ser compatível com válvula de vácuo extrator Mityvac.		10	UN	Indeterminado

IV. Prazo de entrega:

- a. O prazo de entrega será acordado durante o procedimento de compra e registrado em Ordem de Fornecimento. A entrega deverá ocorrer no setor de Almoarifado da FUNGOTA, de segunda a sexta-feira, das 08h às 14h, acompanhado da Nota Fiscal.

V. Descrição da solução como um todo:

- a. A contratação via inexigibilidade de licitação se justifica pela necessidade de adquirir item compatível com sistema já em uso (vácuo extrator Mityvac), cujo fabricante ou distribuidor é único. O processo garante padronização, segurança clínica e continuidade assistencial. O produto deve atender integralmente aos critérios técnicos e sanitários exigidos.

VI. Benefícios a serem alcançados com a contratação:

- Continuidade dos procedimentos obstétricos assistidos por vácuo;
- Evita desabastecimento em procedimentos críticos;
- Atendimento às exigências técnicas do equipamento utilizado (compatibilidade com Mityvac);
- Garantia de integridade e segurança à mãe e ao recém-nascido;
- Redução de riscos e intercorrências durante partos operatórios.

VII. Contratações correlatas e/ou interdependentes:

- a. Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes neste departamento para a viabilidade e contratação desta demanda.

VIII. Declaração de inviabilidade da contratação:

- a. A não aquisição do copo extrator tipo sino poderá comprometer partos que necessitem de assistência com sistema de vácuo, podendo resultar em:
- Prejuízos diretos à saúde materna e neonatal;
 - Atraso ou cancelamento de procedimentos obstétricos planejados;
 - Riscos à regularidade das atividades clínicas da maternidade;
 - Impacto negativo na segurança do paciente e na qualidade da assistência prestada.

Araraquara, 22 de julho de 2025.

Vinicius Branco
Encarregado de Almoxarifado