



Ao:
Departamento de Licitações e Contratos
Prefeitura Municipal de Colider-MT

PARECER TÉCNICO Nº 003/2025

Assunto: Análise da proposta da empresa LONDRIMEDI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, apresentada no âmbito do Pregão Eletrônico nº 012/2025.

1. OBJETO DA ANÁLISE:

O presente parecer técnico tem por objetivo avaliar a conformidade técnica dos equipamentos ofertados da proposta apresentada pela empresa LONDRIMEDI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 012/2025, com as especificações mínimas exigidas no Termo de Referência do edital.

A análise visa verificar se os modelos ofertados atendem integralmente aos critérios técnicos obrigatórios estabelecidos, especialmente no que se refere às características funcionais, estruturais e operacionais dos equipamentos, conforme previsto no edital, bem como à adequada comprovação documental das informações declaradas, por meio de catálogos/folders técnicos.

2. DA ANÁLISE TÉCNICA:

A análise técnica dos itens 1 e 3 teve como base as especificações mínimas exigidas no Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 012/2025, confrontadas com as informações contidas na proposta comercial, catálogos e documentos técnicos apresentados pela empresa.

A avaliação considerou os seguintes critérios:

- Atendimento pleno às exigências funcionais e operacionais descritas no edital;
- Existência de comprovação documental clara e objetiva (catálogo, folder ou manual técnico) das características declaradas;
- Ausência de omissões, contradições ou insuficiências de informação que comprometam a análise de conformidade técnica;
- Atendimento aos parâmetros de desempenho, segurança e compatibilidade elétrica, conforme aplicável;

Cada item foi analisado de forma individual, conforme a seguir:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 15.023.930/0001-38



• **Item 1 – Aspirador de Secreções Elétrico Móvel**

Modelo Ofertado: MRM-300C

Marca: ASPIRAVIDA

Exigência do Edital:

- Frasco coletor de no mínimo 800 ml;
- Bateria integrada recarregável, com autonomia maior que 40 minutos;
- Fluxo de aspiração de 14 litros por minuto;
- Visor analógico de fácil leitura da pressão (vacuômetro);
- Grau de proteção contra poeira e umidade IP22;

Análise Técnica:

O catálogo do modelo MRM-300C (arquivo: CATÁLOGO MRM) apresenta:

- Vazão de 24 l/min, acima do mínimo exigido;
- Vacuômetro presente;
- Compressor isento de óleo e frasco em polivinil;
- Não há menção explícita à capacidade do frasco (em ml ou litros);
- Não há informação sobre bateria integrada ou autonomia, sendo essa uma exigência obrigatória no edital;

Conclusão do Item 1:

O modelo MRM-300C, ofertado pela empresa, não apresentou comprovação quanto à existência de bateria integrada recarregável com autonomia superior a 40 minutos, conforme expressamente exigido no edital. Além disso, o material técnico disponibilizado não especifica a capacidade do frasco coletor, item igualmente obrigatório.

Dessa forma, a ausência de comprovação documental dessas características técnicas mínimas inviabiliza a validação da proposta, configurando descumprimento dos critérios estabelecidos no Termo de Referência.

Recomenda-se, portanto, a desclassificação do item 1 da proposta, nos termos do subitem 10.12 do edital e do art. 59, §1º da Lei nº 14.133/2021.

• **Item 3 – Monitor Multiparâmetro**

Modelo Ofertado: CMOS DRAKE / BÁSICO (Modelo DAVID)

Marca: CMOS DRAKE

Exigência do Edital:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 15.023.930/0001-38



- Display colorido de no mínimo 15" (touch screen);
- Resolução mínima de 1024 x 768;
- Bateria interna de lítio com autonomia mínima para 4 (quatro) horas de uso;
- Diversos parâmetros vitais com monitorização e alarmes;
- Compatível com transporte sem perda de monitorização;

Análise Técnica:

No catálogo do modelo DAVID (arquivo: CATÁLOGO CMOS DRAKE DAVID), constam as seguintes informações:

- Tamanho da tela indicado: 12,1", inferior aos 15" exigidos;
- Não consta menção a tecnologia touch screen;
- Apresenta "bateria interna de longa duração", mas sem especificações da autonomia (em horas);
- Resolução da tela não informada no material;

Conclusão do Item 3:

O modelo CMOS DRAKE -- DAVID, ofertado pela empresa, não atende aos requisitos mínimos exigidos no edital, quanto ao tamanho mínimo da tela (15"), não há comprovação de que o display possui tecnologia touch screen, a autonomia da bateria interna não está especificada no catálogo apresentado, a resolução da tela não é informada.

Dessa forma, a ausência de comprovação documental dessas características técnicas mínimas inviabiliza a validação da proposta, configurando descumprimento dos critérios estabelecidos no Termo de Referência.

Recomenda-se, portanto, a desclassificação do item 3 da proposta, nos termos do subitem 10.12 do edital e do art. 59, §1º da Lei nº 14.133/2021.

3. CONCLUSÃO GERAL:

Com base na análise técnica dos documentos apresentados pela empresa LONDRIMEDI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, constata-se que os itens 1 e 3 da proposta não atendem integralmente às especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 012/2025.

As inconformidades referem-se, principalmente, à ausência de comprovação documental quanto a características obrigatórias, tais como: autonomia de bateria, capacidade mínima do frasco coletor, tamanho e tecnologia da tela, bem como resolução mínima exigida. Tais falhas



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 15.023.930/0001-38



impedem a validação técnica da proposta e comprometem a observância ao princípio do julgamento objetivo previsto na legislação.

Diante do exposto, esta equipe técnica recomenda a desclassificação dos itens 1 e 3, com fundamento no subitem 10.12 do edital e no art. 59, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021, por não atendimento às exigências técnicas essenciais à habilitação dos equipamentos ofertados.

Colider-MT, 21 de maio de 2025.


Gleice Bertani Pavoni
Coord. MAC - Média e
Alta Complexidade
Portaria 116/2025 - SMS Colider/MT

GLEICE FRANCIANE BERTANI PAVONI
Coordenação da Média e Alta Complexidade
Responsável Técnico



MARA LEMOS MARTINS
Sec. Mun. De Saúde e Saneamento Básico
Portaria 01/2025
Colider-MT

Odilce Piloneto
Secretária Adj. de Saúde
Port. nº 116/2025
CPF: 769.893.309-10