

Ofício 154/2025 CER II-Sinop/SMS

Sinop/MT, 17 de setembro de 2025.

A Senhora
JUCELENE APARECIDA DE BRITO
Coordenadora do Departamento de Finanças, Orçamento, Licitação e
Compras, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Sinop

Assunto: Análise Técnica Pregão Eletrônico nº 49/2025

Senhora Coordenadora,

A par de cumprimentá-la servimo-nos do presente para apresentar análise técnica dos produtos apresentados para o certame do pregão eletrônico 49/2025, Aquisição de Cadeiras de Rodas, Andadores..., consoante segue:

I. Quanto aos itens licitados pela empresa **A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**, o produto apresentado para os itens 3 e 4 BENGALA CANADENSE REGULÁVEL EM ALTURA (PAR)..., atendem as exigências do edital, já o produto ofertado para os itens 5 e 6 CADEIRA DE RODAS TIPO PADRÃO (ADULTO) CONFECCIONADA EM TUBOS....AS DIMENSÕES DA CADEIRA SERÃO FORNECIDAS POR MEIO DE DESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL..., não atendem quanto as variações de tamanho, serão necessários tamanhos menores que 44.

II. Quanto aos itens licitados pela empresa **DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** o produto

ofertado para os itens 1 e 2 ANDADOR FIXO / ARTICULADO EM ALUMÍNIO, atende as exigências do edital, quanto ao produto ofertado para os itens 10 e 11 CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITÁRIO... **RODAS TRASEIRAS DE 20" OU 24" COM ARO DE PROPULSÃO...**, não atende quanto ao tamanho das rodas traseiras e aro de propulsão”.

III. Quanto aos itens licitados pela empresa **GNOSE INDUSTRIA COMERCIO LTDA** os produtos apresentados para os itens 16 CADEIRA DE RODAS TIPO PADRÃO (INFANTIL)..., atende as exigências do edital; para o item 19 CADEIRA DE RODAS TIPO PADRÃO (INFANTIL/JUVENIL/ADULTO) ... foi ofertado dois modelos, “LIFE KIDS” e “LIFE PREMIUM”, sendo assim, tendo os 2 modelos disponível para o item 19, então atende ao edital quanto a exigência de tamanhos para (INFANTIL/JUVENIL/ADULTO).

IV. Quanto aos itens licitados pela empresa **PAUHER TECHNOLOGY INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA** o produto ofertado para os itens 17 e 18 MULETA AXILAR TUBULAR EM ALUMÍNIO, atendem as exigências do edital.

V. Quanto aos itens licitados pela empresa **SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA** o produto de modelo **STANDARD AC02**, apresentado para os itens 7 e 8 CADEIRA DE RODAS CONFECCIONADA SOB MEDIDA, EM TUBOS DE... atende as exigências do edital.

VI. Quanto aos itens licitados pela empresa **TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA** o produto apresentado para os itens 12 e 13 CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ARO DE PROPULSAO... não

atende as exigências do edital, quanto ao tamanho das rodas traseiras e aro de propulsão; para o item 14 CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA **SOB MEDIDA...**, o modelo ofertado não atende as exigências de variação de tamanhos, apresenta apenas um tamanho, e há divergência quanto a capacidade de peso, pois no folder apresenta até 135 kg, enquanto no site do fabricante o mesmo modelo é apresentado suportando somente até 120 kg.

VII. Quanto aos itens licitados pela empresa **VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA** os produtos apresentados para os itens 9 CADEIRA DE RODAS CONFECCIONADA SOB MEDIDA... e 15 CADEIRA DE RODAS PARA TETRAPLÉGICO INFANTIL, SOB MEDIDA... atendem as exigências do edital.

VIII. Quanto aos itens licitados pela empresa **Vs Costa & Cia Ltda** o produto, apresentado para o item 21 CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM... atende as exigências do edital.

Sem mais, reiteramos votos de elevada estima.

Paulo Cesar Sestari
Apoio Coordenadoria
CER II Sinop

Leandro de Souza Reina
Fisioterapeuta
CER II Sinop