



Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Laboratório Municipal de Análises Clínicas- LAMAC

Memorando 84 N° /LAMAC/202

Sinop, 28 de Abril de 2025.

Ilma Sra.
Edna Maciel Escobar
Pregoeira – Prefeitura Municipal de Sinop

Cumprimento cordialmente e venho por meio deste, encaminhar a análises técnicas das empresas vencedoras dos itens de acordo com o EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2025. Aquisição de insumos para microbiologia, covid/influenza, insumos gerais para uso em laboratório de análises clínicas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. segue a análise da empresa :

A.C.L ASSISTENCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA EPP
| Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 22.627.453/0001-85 - Endereço: AV. CERRO AZUL contato@aclmaringa.com.br - CEP: 87010055 - UF: PR - Município: Maringá - Telefone: (44) 3029-3222

Após a análises técnicas dos catálogo apresentada para o ITEM 09, informo que a proposta apresentada não está de atende o descritivo solicitado no edital, pois não apresenta bico de aço inoxidável.

Justificativa

Considerando o ITEM 1.4 do edital do PE. 11/2025 deixa bem esclarecido que A licitante deverá ficar atenta às especificações dos itens, **especialmente quando indicar marcas como referência de qualidade, necessidade de padronização, necessidade de manter a compatibilidade com plataformas padrões ou única capaz de atender**, assim como eventuais vedações de marcas ou produtos que não atendam as expectativas da Administração, conforme art. 42 da Lei Federal n.º 14.133/2021. Conforme o Item 8.15. Quanto aos itens **8 e 9 - referente as micropipetas solicitamos que seja das marcas: KASVI ou KACIL- MICROPIPET** . As marcas dos pipetadores citadas são modelos que possuem a extremidade do bico em aço inoxidável, permitindo maior precisão e exatidão nos mais diversos volumes ajustado para uso laboratorial. Outras marcas não apresentam



Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Laboratório Municipal de Análises Clínicas- LAMAC
os bicos de aço inoxidáveis, diminuindo a vida útil dos pipetadores, ocasionando mais custos com as aquisições, desses itens.

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos a inteira disposição.
Atenciosamente

Documento assinado digitalmente
gov.br NEOCIMAR SARAIVA CORREIA
Data: 28/04/2025 19:08:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Neocimar S. Correia
Coord^a. LAMAC