



Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Laboratório Municipal de Análises Clínicas- LAMAC

Memorando 86 N° /LAMAC/2025

Sinop, 28 de Abril de 2025.

Ilma Sra.
Edna Maciel Escobar
Pregoeira – Prefeitura Municipal de Sinop

Cumprimento cordialmente e venho por meio deste, encaminhar a análises técnicas das empresas vencedoras dos itens de acordo com o EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2025. Aquisição de insumos para microbiologia, covid/influenza, insumos gerais para uso em laboratório de análises clínicas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. segue a análise da empresa :

ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 19.026.964/0001-37 - Endereço: AV FRANCISCO NEGRAO DE LIMA - CEP: 31545000 - UF: MG - Município: Belo Horizonte - Telefone: (31) 3491- 7359

Após a análise técnica do catálogo e bula apresentada para o **ITEM 08 e 18** , informo que a proposta apresentada **não atende o descritivo** solicitado no edital. Uma vez que no **ITEM 1.4** do edital do PE. **11/2025** deixa bem esclarecido que a licitante deverá ficar atenta às especificações dos itens, **especialmente quando indicar marcas como referência de qualidade, necessidade de padronização, necessidade de manter a compatibilidade com plataformas padrões ou única capaz de atender**, assim como eventuais vedações de marcas ou produtos que não atendam as expectativas da Administração, conforme art. 42 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

JUSTIFICATIVA PARA DESCLASSIFICAÇÃO.

A marca apresentada na proposta não atende a marca solicitada no edital do pregão para o ITEM e 08 não apresenta bico de aço inoxidáveis. Conforme o item 8.15. Quanto aos itens 8 e 9 - referente as micropipetas solicitamos que seja das marcas: **KASVI ou KACIL- MICROPIPET**. As marcas dos pipetadores citadas são modelos que possuem a extremidade do bico em aço inoxidável, permitindo maior precisão e exatidão nos mais diversos volumes ajustado para uso laboratorial. Outras marcas não apresentam os bicos de aço inoxidáveis, diminuindo a vida útil dos pipetadores, ocasionando mais custos com as aquisições, desses itens.

Para o item 18. Após a análise técnica do catálogo apresentado para o item, informo que a proposta apresentada não atende o descritivo solicitado no edital, **não apresenta capa protetora cor roxa com anel amarelo.**

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos a inteira disposição.

Atenciosamente



Documento assinado digitalmente
NEOCIMAR SARAIVA CORREIA
Data: 28/04/2025 19:08:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Neocimar S. Correia
Coord^a. LAMAC