



Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Laboratório Municipal de Análises Clínicas- LAMAC

Memorando 049 N° /LAMAC/2024

Sinop, 01 de Abril de 2025.

Ilma Sra.
Edna Maciel Escobar
Pregoeira – Prefeitura Municipal de Sinop

Cumprimento cordialmente e venho por meio deste, encaminha a análises técnicas das empresas vencedoras dos itens de acordo com o EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2025. Aquisição de insumos para microbiologia, covid/influenza, insumos gerais para uso em laboratório de análises clínicas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. segue a análises da empresa :

A.C.L ASSISTENCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA
EPP | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 22.627.453/0001-85 -
Endereço: AV. CERRO AZUL contato@aclmaringa.com.br - CEP: 87010055 -
UF: PR - Município: Maringá - Telefone: (44) 3029-3222

Após a análises técnicas dos catálogos e bulas apresentadas para o **ITEM 18**, informo que a proposta apresentada **não atende o descritivo** solicitado no edital. Uma vez que no **ITEM 1.4** do edital do PE. 11/2025 deixa bem esclarecido que A licitante deverá ficar atenta às especificações dos itens, **especialmente quando indicar marcas como referência de qualidade, necessidade de padronização, necessidade de manter a compatibilidade com plataformas padrões ou única capaz de atender**, assim como eventuais vedações de marcas ou produtos que não atendam as expectativas da Administração, conforme art. 42 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

JUSTIFICATIVA PARA DESCLASSIFICAÇÃO.

A marca enviada na proposta pela empresa **não atende o descritivo do edital**, em relação as exigências como: TUBO A VACUO COM EDTA - EM PLASTICO OU VIDRO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM EDTA K2 E GEL SEPARADOR, VOLUME DE 5,0ML, DIMENSAO 13,00 X 100,00MM, COM:TAMPA PLASTICA PROTETORA COR ROXA COM ANEL AMARELO,ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO.

A marca VACUTUBE apresentada na proposta não possui a configuração exigida, após a análises do prospeto enviado, **INFORMO QUE não atende o descritivo solicitado NO EDITAL** " TUBO A VACUO COM EDTA - EM PLASTICO OU VIDRO, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM EDTA K2 E GEL SEPARADOR", o rol de tubos não são de 5 ml e não com tem o GEL separado e nem a capa protetora com o anel amarelo.

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos a inteira disposição.
Atenciosamente



Documento assinado digitalmente
NEOCIMAR SARANA CORREIA
Data: 01/04/2025 20:09:41-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Neocimar S. Correia
Coord^a. LAMAC