



Ofício nº 169/2026/GSMS

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de maio de 2026.

Ilmo. Sra.
AMANDA BARBOSA SICOTI
Chefe Departamento de Compras

Prezado Senhor,

Ao tempo que cordialmente o cumprimos, vimos por meio deste, **INFORMAR** a Vossa Senhoria, em resposta ao Pedido de Esclarecimento da K2 Industria, Comércio, Importação e Exportação LTDA, referente ao processo licitatório Dispensa nº 032/2026 que, em análise com o corpo técnico, salvo melhor juízo, o acolhimento dos apontamentos da empresa é imperativo para garantia da eficiência da contratação.

Segue as especificações Técnica referente ao Item 43 do certame:

Especificações Técnicas:

Rotação máxima: 25.000 rpm \pm 10%

Tipo de conexão: Borden (2 vias)

Sistema de refrigeração: Spray externo de água

Material da carcaça: Alumínio de alta resistência

Compatibilidade: Instrumentos ópticos e não ópticos

Esterilização: Autoclavável até 135 °C

Aplicações: Procedimentos de baixa rotação em consultórios odontológicos





Sendo o que tínhamos para o momento, desde já reitero protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

CÁSSIO FRANCISCO DOS SANTOS
Diretor do Fundo Municipal de Saúde
Portaria nº 221/2025

