



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Saúde

Memorando nº 021/2026 – Divisão Almoxarifado e Farmácia/BE

Juara - MT, 25 de Março de 2026.

Ao Senhor

Luis Carlos Correia

Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Juara

ASSUNTO: RESPOSTA RECURSAL Referente ao Pregão Eletrônico
Nº001/2026 - Item 324

Prezado Senhor,

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria, o parecer da tempestiva do item 324, desfavorável a empresa KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Pois a empresa declarada habilitada DORAMEL LTDA está dentro das especificações exigidas em edital.

EX; ITEM 324 – PROTETOR DE TIREOIDE.

Empresa arrematante; apresenta o Certificado de Aprovação (CA) Nº 52.163.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente

Bruna Eloyse Parazzi Borges

Farmacêutica Generalista CRF-MT 2981

Coordenadora da Divisão de Almoxarifado e Farmácia

Portaria nº 052/21

PREFEITURA MUN. DE JUARA
Protocolo nº 8847
Data: 26 / 03 / 26
Horário: 8:38



Protetor de Tireoide

From R\$ 177,17





Ministério do Trabalho e Emprego

Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT

CAEPI - Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção

quarta-feira, 25 de março de 2026

[Voltar](#) [Página Inicial](#) [Portal do MTE](#)

Consulta de CA

Consultar

Nº do CA: 52163

Equipamento: *****Selecione*****

Fabricante: *****Selecione*****

Tipo de Proteção: *****Selecione*****

Consultar

Limpar

Pesquisar

Resultado da Pesquisa

Nº. do CA	Nº. do Processo	Nº. do CNPJ	Razão Social	
52163	19966201596202540	07.959.982/0001-92	PLANIDEIA CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO LTDA	

Todos os direitos reservados MTE © 1997- 2026

Sobre o produto

phone=551

O Protetor de Tireóide é indispensável para exames com incidência de radiação na região cervical. Seu design anatômico cobre eficientemente a glândula tireóide, reduzindo o risco de exposição em exames radiológicos, odontológicos e tomográficos. Disponível nos tamanhos adulto e infantil, é confeccionado com chumbo ou tungstênio e revestido com materiais laváveis e confortáveis, incluindo acolchoamento em espuma na região do pescoço.

- Espessuras: 0,35 mmPb
- Composição: Chumbo (óxido de chumbo) ou Tungstênio e Bismuto (livre de chumbo)
- Atenuação conforme ABNT NBR IEC 61331-3:2020
- Registro ANVISA nº 80697670001
(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/253513942/2201137/?numeroRegistro=80697670001>)
- CA nº 52.163
(<https://caopi.mte.gov.br/internet/consultacainternet.aspx#&/wEXAQUFc3RhGUEJmNvbniIRhfGNhPTUyMTYzfGVxdWlwPXxjbniBqPXx0cFBYb3Q9DcwBURQMElnUTjpOM7HICTTXmi.WsKJMXaGZ9Acr+yCY=>)
- Garantia: 18 meses

> Qual a diferença entre o EPI de chumbo e o de tungstênio?

> Este modelo possui registro na ANVISA?

✓ Os produtos destinados a profissionais da saúde possuem CA (Certificado de Aprovação)?

Sim. Todos os modelos comercializados para uso profissional contam com CA válido emitido pelo Ministério do Trabalho, garantindo a legalidade e a segurança exigidas para Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

> Quais materiais compõem a camada de proteção contra radiação?

> Quais são as espessuras de proteção disponíveis?



(https://web

Tamanho

Adulto

Espessura

0,35mm Pb

Linha

Capa Elastomérica. Nylon Veterinária

Borracha Plumblífera

Chumbo Tungstênio

1

Comprar

Selecione o tamanho, espessura, linha e tipo de borracha plumblífera e cor antes de adicionar ao carrinho.

As opções com chumbo estão disponíveis apenas na cor azul

A opção com tungstênio está disponível apenas na linha Nylon de alta performance e espessura 0,50 mmPb.

Calcular Frete

Consulte o frete e o prazo de entrega

Digite seu CEP

Consultar

Não sei meu cep (<https://buscacepinter.correios.com.br/app/endereco/>)



(<https://web>