

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Equipo bomba infusora			
Descrição Detalhada: Equipo Bomba Infusora Material: Pvc Cristal , Tipo Gotejador: Gota Padrão , Tipo Pinça: Regulador De Fluxo E Corta Fluxo , Tipo Bomba: Bomba Volumétrica , Tipo Conector: Conector Luer Lock C/ Tampa , Característica Adicional: C/Filtro Partículas 15 Micras , Tipo Câmara: Câmara Flexível C/Filtro Ar , Esterilidade: Estéril,Descartável , Comprimento: Cerca De 200 CM, Tipo Injetor: Injetor Lateral"Y", Autocicatrizante , Tipo: P/ Infusão			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	18900	Quantidade Mínima Cotada:	null
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	37800
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Pelotas/RS (18900)		
Grupo: G1			

2 - Equipo bomba infusora			
Descrição Detalhada: Equipo Bomba Infusora Material: Pvc Cristal , Tipo Gotejador: Gota Padrão , Tipo Pinça: Regulador De Fluxo E Corta Fluxo , Tipo Bomba: Peristáltica Linear , Tipo Conector: Conector Escalonado P/ Sonda C/ Tampa , Tipo Câmara: Câmara Flexível C/Filtro Ar , Esterilidade: Estéril,Descartável , Tipo: P/ Nutrição Enteral			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	8009	Quantidade Mínima Cotada:	null
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16018
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Pelotas/RS (8009)		
Grupo: G1			

3 - Equipo bomba infusora			
Descrição Detalhada: Equipo Bomba Infusora Material: Pvc Cristal , Tipo Gotejador: Gota Padrão , Tipo Pinça: Regulador De Fluxo , Tipo Conector: Conector Escalonado P/ Sonda C/ Tampa , Tipo Câmara: Câmara Flexível S/Filtro Ar , Esterilidade: Estéril,Descartável , Tipo: P/ Nutrição Enteral			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	7270	Quantidade Mínima Cotada:	null
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	14540
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Pelotas/RS (7270)		
Grupo: G1			

4 - Equipo bomba infusora

Descrição Detalhada: Equipo Bomba Infusora Material: Pvc Cristal , Tipo Gotejador: Gota Padrão , Tipo Pinça: Regulador De Fluxo E Corta Fluxo , Tipo Bomba: Peristáltica Rotativa , Tipo Conector: Luer Rotativo C/Tampa E Filtro , Característica Adicional: Fotossensível , Tipo Câmara: Câmara Flexível C/Filtro Ar , Esterilidade: Estéril,Descartável , Tipo Injetor: Injetor Lateral"Y", Autocicatrizante , Tipo: Parenteral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4890

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 9780

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (4890)

Grupo: G1

5 - Equipo bomba infusora

Descrição Detalhada: Equipo Bomba Infusora Material: Isento De Pvc , Tipo Gotejador: Gota Padrão , Tipo Pinça: Regulador De Fluxo , Tipo Bomba: Peristáltica Linear , Tipo Conector: Luer Rotativo C/Tampa E Filtro , Característica Adicional: Filtro Linha 0,2 Micra , Tipo Câmara: Câmara Flexível C/Filtro Ar , Esterilidade: Estéril,Descartável , Tipo Injetor: Injetor Lateral"Y", Autocicatrizante , Tipo: Parenteral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2520

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5040

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (2520)

Grupo: G1

6 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 20 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Apresentação: Embalagem Individual , Compatibilidade: Compatível Com Bomba Infusora , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20000

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (20000)

7 - Equipo

Descrição Detalhada: Equipo Material: Pvc Cristal , Tipo Gotejador: Gota Padrão , Tipo Pinça: Regulador De Fluxo , Tipo Conector: Conector P/ Sonda Escalonado C/ Tampa , Tipo Câmara: Câmara Flexível C/Filtro Ar , Comprimento: Mín. 120 CM, Tipo De Equipo: P/Nutrição Enteral , Esterilidade: Estéril,Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18328

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36656

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (18328)

8 - Equipo

Descrição Detalhada: Equipo Material: Pvc Cristal , Tipo Gotejador: Gota Padrão , Tipo Pinça: Regulador De Fluxo , Tipo Conector: Luer C/ Tampa , Tipo Câmara: Câmara Flexível C/Filtro Ar , Comprimento: Mín. 120 CM, Tipo De Equipo: De Infusão , Tipo Injetor: C/Injetor Lateral"Y",Autocicatrizante , Esterilidade: Estéril,Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 109048

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 218096

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (109048)

9 - Equipo

Descrição Detalhada: Equipo Material: Pvc Cristal , Tipo Gotejador: Gota Padrão , Tipo Pinça: Regulador De Fluxo E Corta Fluxo , Tipo Conector: Conector Luer Fêmea E Lock Macho C/ Tampa. , Característica Adicional: C/ Escala Graduada 40cm , Tipo Câmara: Ponta Perfurante C/ Câmara C/ Tampa , Comprimento: Mín. 120 CM, Tipo De Equipo: Medidor De Pressão Venosa Central , Tipo Injetor: C/ Derivação Em Y , Esterilidade: Estéril,Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (60)

10 - Equipo especial

Descrição Detalhada: Equipo Especial Material: Pvc Cristal , Número Vias: Quatro Vias , Tipo Pinça: Clamp Todas Vias , Aplicação: P/ Diálise Peritoneal , Tipo Conector: Conector C/ Luer Rebaixado , Características Adicionais: Sistema Cassete, Baixo Volume , Esterilidade: Estéril, Descartável , Tipo Ponteira: Ponta Perfurante C/ Tampa Cada Via

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (100)

11 - Equipo

Descrição Detalhada: Equipo Material: Pvc Cristal , Tipo Gotejador: Microgotas , Tipo Pinça: Regulador De Fluxo E Corta Fluxo , Tipo Conector: Luer C/ Tampa , Tipo Câmara: Câmara Flexível C/Filtro Ar , Comprimento: Mín. 140 CM, Tipo De Equipo: De Infusão , Tipo Bureta: Bureta Rígida C/Alça, C/Injetor , Volume Bureta: Mín.100 ML, Tipo Injetor: C/Injetor Lateral"Y",Autocicatrizante , Esterilidade: Estéril,Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1632

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3264

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (1632)

12 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Material: Polímero , Componente Adicional: C/ Clamp , Comprimento: Cerca 60 CM, Vias: 1 Via , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Calibre: Cerca 8 FRENCH, Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6000

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (6000)

13 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Material: Polímero , Comprimento: Cerca 120 CM, Vias: 1 Via , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Calibre: Cerca 8 FRENCH, Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7000

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (7000)

14 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Material: Polímero , Características Adicionais: Fotossensível , Componente Adicional: C/ Clamp , Comprimento: Cerca 120 CM, Vias: 1 Via , Tipo: P/ Bomba Infusora , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Calibre: Cerca 6 FRENCH, Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1750

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (1750)

15 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Material: Polímero , Componente Adicional: C/ Clamp , Comprimento: Cerca 20 CM, Vias: 1 Via , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Calibre: Cerca 6 FRENCH, Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (5000)

16 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Material: Polímero , Componente Adicional: C/ Clamp , Comprimento: Cerca 60 CM, Vias: 1 Via , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Calibre: Cerca 12 FRENCH, Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3800

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 7600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (3800)

17 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Material: Polímero , Componente Adicional: C/ Clamp , Comprimento: Cerca 120 CM, Vias: 1 Via , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Calibre: Cerca 12 FRENCH, Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5737

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 11474

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (5737)

18 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Material: Polímero , Características Adicionais: Fotossensível , Componente Adicional: C/ Clamp , Comprimento: Cerca 120 CM, Vias: 1 Via , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Calibre: Cerca 12 FRENCH, Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (1500)

19 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Material: Polímero , Componente Adicional: C/ Clamp , Comprimento: Cerca 15 CM, Vias: 2 Vias , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Tipo Conexão: Luer Lock / Slip / Valvulado , Calibre: Cerca 12 FRENCH, Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (5000)

20 - Equipo infusão sanguínea

Descrição Detalhada: Equipo Infusão Sanguínea Material: Pvc Cristal , Tipo Gotejador: Gota Padrão , Tipo Pinça: Regulador De Fluxo , Aplicação: P/ Hemotransfusão , Tipo Filtro: Filtro Interno De 170m , Tipo Conector: Luer Macho C/Tampa , Tipo Ponta: Ponta Perfurante , Câmara: Câmara Dupla Flexível , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (2)

21 - Equipo

Descrição Detalhada: Equipo Material: Pvc Cristal , Tipo Gotejador: Microgotas , Tipo Pinça: Regulador De Fluxo , Tipo Conector: Luer C/ Tampa , Tipo Câmara: Câmara Flexível C/Filtro Ar , Comprimento: Mín. 140 CM, Tipo De Equipo: De Infusão , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 645

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1290

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (645)

22 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Material: Polímero , Componente Adicional: C/ Clamp , Comprimento: Cerca 20 CM, Vias: 1 Via , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Calibre: Cerca 6 FRENCH, Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: null

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (500)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Equipo bomba infusora	18900	Unidade
2	Equipo bomba infusora	8009	Unidade
3	Equipo bomba infusora	7270	Unidade
4	Equipo bomba infusora	4890	Unidade
5	Equipo bomba infusora	2520	Unidade