

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Aparelho ultrassonografia**

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Aplicação: Multifuncional , Componentes Adicionais: Ajuste Digital, C/ Painei De Controle , Outros Componentes: Monitor Alta Resolução , Características Adicionais: Doppler Colorido, Modo Contínuo E Pulsado , Material Gabinete: Unidade C/ Rodízio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2)

2 - Baropodômetro

Descrição Detalhada: Baropodômetro Modelo: Computadorizado , Tipo Plataforma: Plataforma Mínimo 4000 Sensores , Tipo De Análise: Análise De Pressão Plantar Estática E Dinâmica , Tipo Operação: Tempo Real, Centro De Força, Área De Contato , Tipo Sistema: Software, Imagens 3d, Usb

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (1)

3 - Maca clínica

Descrição Detalhada: Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Componentes: C/ Suporte Para Lençol Descartável , Altura: Cerca De 1,00 M, Comprimento: Até 2,00 M, Rodas: Sem Rodízios, Pés Fixo , Acabamento Da Superfície: Esmaltado , Capacidade De Carca: Até 250 KG, Largura: Cerca De 0,90 M, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5)

4 - Doppler

Descrição Detalhada: Doppler Componentes: 2 Cabeçotes, Transdutor De 10mhz , Modelo: Contínuo E Pulsado C/ 2 Frequências , Tipo: Vascular, De Mesa , Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5)

5 - Dermatoscópio

Descrição Detalhada: Dermatoscópio Componentes: C/ 2 Lentes, Estojo Próprio , Tipo: Portátil , Tensão: À Bateria , Acessórios: Ampliação De Até 10 X, Cabo Metal, Halógena

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2)

6 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Componentes: C/ Portas De Entrada E Saída De Laser , Outros Componentes: Até 5 Canais , Adicional: Compatível C/ Microscópios Invertidos E Verticais , Tipo De Análise: De Varredura , Aumento: Foco Diagonal De Até 25 Mm , Tipo: Sistema Confocal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2)

7 - Bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência , Outros Componentes: Alarme , Modo De Operação: Bipolar, Micro E Macro , Modo De Operação Monopolar: Monopolar , Potência Máxima Corte Monopolar: De 100 A 150 W, Tipo De Coagulação: Coagulação E Spray , Tipo De Corte: Corte Puro E No Mínimo 3 Mistos , Opcionais: Ajuste Mecânico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5)

8 - Bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência , Outros Componentes: Memória , Modo De Operação: Bipolar E Micro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3)

9 - Aparelho fototerapia

Descrição Detalhada: Aparelho Fototerapia Fonte Iluminação: Luz Policromática Pulsátil , Aplicação: Dermatologia , Componentes Adicionais: Óculos, Chaves, Cabo, Conjunto Filtro , Adicional 1: C/ Sistema De Resfriamento, Pedal , Painel Controle: Painel De Controle Digital, Visor Iluminado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2)

10 - Criostato

Descrição Detalhada: Criostato Componentes: C/ Micrótomo Rotativo , Faixa Temperatura: Até -40 °C, Tipo Ajuste: Ajuste Digital Microprocessado , Características Adicionais 1: C/ Sistema De Desinfecção , Espessura Corte: Corte Até 100 MICROM, Espessura Desbaste: Desbaste Até 500 MICROM, Outros Componentes 1: C/ Sistema De Descongelamento , Tipo: De Chão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2)

11 - Aspirador Cirúrgico

Descrição Detalhada: Aspirador Cirúrgico Modelo: Bomba Peristáltica Com Função Irrigação , Tipo Frasco: 1 Frasco De Vidro , Adicionais: Acionamento Por Pedal , Pressão De Vácuo: Cerca De 150 Mmhg , Fluxo De Aspiração: Até 1 Lpm , Volume: Cerca De 500 MI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5)

12 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Componentes: Iluminação Em Led , Adicional: Inclinação Até 45° , Rotação De 360° , Tipo De Análise: Ótico , Aumento: Objetivas Até 100x, Zoom Até 1600x , Tipo: Binocular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

13 - Bomba para sucção de leite materno

Descrição Detalhada: Bomba Para Sucção De Leite Materno Componente: Reservatório De Coleta , Característica Adicional: Tubo Sucção Silicone, Coletor Formato Anatômico , Tipo: Elétrica, À Vácuo Tipo Diafragma, Portátil, Bivolt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

14 - Monitor multiparâmetro

Descrição Detalhada: Monitor Multiparâmetro Componentes: Alarmes/Bateria , Parâmetros: Análise De Gases , Tipo De Tela: Tela Lcd, Alta Resolução , Tipo: Pré Configurado/Modular , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (30)

15 - Espirômetro

Descrição Detalhada: Espirômetro Modelo: Tela Em Lcd, Sensível Ao Toque , Interface: Usb, Transmissão S/ Fio , Dimensão: Cerca De 7 POL, Tipo De Análise: No Mínimo Fvc, Fev, Pef, Fef, Vc , Componente I: Sensor Fluxo/Volume Turbina Bidirecional , Componente II: Método Medição Interrupção Infravermelhos , Componente III: C/ Software , Volume: Máximo 10 L, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (5)

16 - Equipamentos de imagem uso médico

Descrição Detalhada: Equipamentos De Imagem Uso Médico Componentes Adicionais: C/ Cabos E Pedais , Sistema: Sistema De Navegação Eletroanatômico , Componente: Unidade De Interface , Características: Sinais De Superfície E Intracardíacos , Componente I: Dispositivo De Localização Magnética , Tipo: Mapeamento Cardíaco Tridimensional

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2)

17 - Acessório P/ Cme

Descrição Detalhada: Acessório P/ Cme Tipo 1: Pistola , Aplicação: P/ Limpeza E Secagem De Instrumental , Material: Liga Metálica E Silicone , Adicional 3: C/ Ponteiros Diversas , Compatibilidade: Compatível C/ Rede De Ar E Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (3)

18 - Desfibrilador

Descrição Detalhada: Desfibrilador Componentes Adicionais: Tela C/ Mensagem De Texto , Tempo Máximo Carga: Até 10 S, Componente: Pás Externas E Adesivas , Tipo Onda: Bifásica , Tipo Módulo: Portátil, C/ Alça Transporte, Maleta , Tipo: Externo Automático , Características Adicionais: Comando De Voz , Alimentação: Bateria Lítio , Memória: Gravação Ecg / Eventos / Rcp , Peso: Cerca De 3 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

19 - Descongelador de plasma e crioprecipitado

Descrição Detalhada: Descongelador De Plasma E Crioprecipitado Tipo Programação: Ajuste Digital Microprocessado , Capacidade: Até 5 Bolsas , Componentes 1: C/ Sistema De Alarme Visual E Sonoro , Volume: Cerca De 10 L, Faixa Trabalho: Até 50 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (2)

20 - Dispositivo P/ Medidas Antropométricas

Descrição Detalhada: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm, Cm E Polegadas , Adicional: Portátil , Tipo*: Estadiômetro Digital, Ultrassônico , Componente I: C/ Visor , Material*: Gabinete Plástico , Faixa Medição: Cerca De 2,3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (40)