

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00048/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Compressa Hospitalar

Descrição Detalhada: Compressa Hospitalar Embalagem: Embalagem Individual , Características Adicionais*: C/ Fio Radiopaco , Material*: 100% Algodão , Dimensões: Cerca De 45 X 50 CM, Tipo: Cirúrgica , Esterilidade: Uso Único , Acessórios: C/ Cordão Identificador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5050 **Quantidade Mínima Cotada:** 5050

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Pacote 50,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 10100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (5050)

2 - Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária

Descrição Detalhada: Dispositivo Externo P/ Incontinência Urinária Material: Látex Natural , Modelo: Masculino , Embalagem: Embalagem Individual , Característica: Autoadesivo , Diâmetro: Cerca De 30 MM, Tipo: Preservativo C/ Abertura P/ Drenagem , Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2876 **Quantidade Mínima Cotada:** 2876

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5752

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (2876)

3 - Bisturi descartável

Descrição Detalhada: Bisturi Descartável Características Adicionais: Sistema De Segurança Segundo Nr/32 , Material Cabo: Cabo De Plástico , Material Lâmina: Lâmina Aço Inoxidável , Tamanho Lâmina: 11 MM, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1773 **Quantidade Mínima Cotada:** 1773

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3546

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (1773)

4 - Frasco coletor

Descrição Detalhada: Frasco Coletor Material: Plástico Opaco , Capacidade: Cerca De 2000 ML, Tipo: Urina 24h , Graduação: Graduado , Tipo Uso: Descartável , Tipo Tampa: Tampa Rosqueável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200 **Quantidade Mínima Cotada:** 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (1200)

5 - Cateter aspiração traqueal

Descrição Detalhada: Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Tipo Embalagem: Estéril, Embalagem Individual , Espessura: Nº 16 , Características Adicionais: Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados , Tipo Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 475

Quantidade Mínima Cotada: 475

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 950

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (475)

6 - Sistema fechado aspiração traqueal

Descrição Detalhada: Sistema Fechado Aspiração Traqueal Aplicação: P/ Traqueostomia , Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança , Conector: Conectores Padrão , Embalagem: Embalagem Individual , Vias: Via Irrigação Antirrefluxo , Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida , Tamanho: 14 Fr , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 119

Quantidade Mínima Cotada: 119

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 238

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (119)

7 - Sistema P/ Estomia

Descrição Detalhada: Sistema P/ Estomia Componentes: Antirrefluxo, Válvula Drenagem , Modelo: Drenável , Aplicação: Urinária , Tipo Bolsa: Antiodor Transparente , Diâmetro: Flange Até 70 MM, Tipo: Bolsa , Tipo Uso: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 311

Quantidade Mínima Cotada: 311

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 622

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (311)

8 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Modelo: Longa , Embalagem: Embalagem Individual , Material*: Metal , Diâmetro: 12 MM, Acessórios: Mandril Com Guia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (65)

9 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Indicador Químico Aplicação: Uso Em Lavadora Ultrassônica , Apresentação: Lâmina Em Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 540

Quantidade Mínima Cotada: 540

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1080

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (540)

10 - Espécúlo uso médico

Descrição Detalhada: Espécúlo Uso Médico Material: Polímero , Modelo: Collin , Aplicação: Vaginal , Embalagem: Embalagem Individual , Tamanho: Médio , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Travamento: C/ Trava Tipo Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4588

Quantidade Mínima Cotada: 4588

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 9176

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (4588)

11 - Sonda trato urinário

Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Material: Pvc , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Modelo: Uretral , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Embalagem: Embalagem Individual , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Calibre: 12 FRENCH, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2840

Quantidade Mínima Cotada: 2840

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5680

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (2840)

12 - Garrote

Descrição Detalhada: Garrote Tipo*: Tipo Fita , Material*: Borracha Sintética, Isento De Látex Natural , Dimensões: Cerca De 2,5 X 35 CM, Apresentação: Em Rolo, Pré Cortada, Embalagem Dispensadora , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1100

Quantidade Mínima Cotada: 1100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (1100)

13 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Material: Polímero , Componente Adicional: C/ Clamp , Comprimento: Cerca 60 CM, Vias: 1 Via , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Calibre: Cerca 8 FRENCH, Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5525

Quantidade Mínima Cotada: 5525

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 11050

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (5525)

14 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso / Arterial , Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Implante: Umbilical , Vias: Mono Lúmen , Diâmetro: Cerca 3 Fr , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 71

Quantidade Mínima Cotada: 71

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 142

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (71)

15 - Equipo bomba infusora

Descrição Detalhada: Equipo Bomba Infusora Material: Isento De Pvc , Tipo Gotejador: Gota Padrão , Tipo Pinça: Regulador De Fluxo , Tipo Bomba: Peristáltica Linear , Tipo Conector: Luer Rotativo C/Tampa E Filtro , Característica Adicional: Filtro Linha 0,2 Micra , Tipo Câmara: Câmara Flexível C/Filtro Ar , Esterilidade: Estéril,Descartável , Tipo Injetor: Injetor Lateral"Y", Autocicatrizante , Tipo: Parenteral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4410

Quantidade Mínima Cotada: 4410

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8820

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (4410)

16 - Sonda trato urinário

Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Material: Pvc , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Modelo: Uretral , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Embalagem: Embalagem Individual , Comprimento: Cerca 20 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Calibre: 4 FRENCH, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1008

Quantidade Mínima Cotada: 1008

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2016

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (1008)

17 - Ácido peracético

Descrição Detalhada: Ácido Peracético Forma Física: Solução Aquosa , Dosagem: Mínimo De 0,2%

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (2000)

18 - Cateter oxigenoterapia

Descrição Detalhada: Cateter Oxigenoterapia Tipo Adaptador: Conector Universal , Tipo: Tipo Óculos,Pronga Silicone Contorno Arredondado , Tamanho: Infantil , Características Adicionais: A Prova De Deformação E Torção,2,10m , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Material Tubo: Pvc Flexível Grau Médico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 108

Quantidade Mínima Cotada: 108

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 216

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (108)

19 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso / Arterial , Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Implante: Umbilical , Vias: Mono Lúmen , Diâmetro: Cerca 4 Fr , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (55)

20 - Dosador oral

Descrição Detalhada: Dosador Oral Material: Polipropileno Atóxico , Característica Adicional: C/ Etiqueta De Identificação , Volume Total: 5 ML, Formato: Cilíndrico, Bico C/ Tampa De Encaixe E Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 864

Quantidade Mínima Cotada: 864

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1728

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (864)

21 - Sabonete Líquido

Descrição Detalhada: Sabonete Líquido Aspecto Físico: Líquido Viscoso Cremoso , Acidez: Ph Neutro , Características Adicionais: Sem Essência , Composição: Glicerina, Agentes Emolientes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1512

Quantidade Mínima Cotada: 1512

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 250,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 3024

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (1512)

22 - Álcool isopropílico

Descrição Detalhada: Álcool Isopropílico Apresentação: Em Lenço Umidecido , Concentração: 70% V/V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100000

Quantidade Mínima Cotada: 100000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Sachê

Quantidade Máxima para Adesões: 200000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (100000)

23 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Material: Polímero , Aplicação: P/ Estenoses Do Esôfago, Píloro E Colón , Adicionais: P/ Canal Endoscópico De 2,8mm , Dimensão Balão: 12 X 55 MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240 CM, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035" , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (5)

24 - Componente Reanimador Manual

Descrição Detalhada: Componente Reanimador Manual Material: Plástico , Adicional: C/ Conector , Tamanhos: Adulto , Tipo: Reservatório De O2 , Volume: Cerca De 3,0 L , Compatibilidade: Compatibilidade Específica , Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (10)

25 - Bisturi descartável

Descrição Detalhada: Bisturi Descartável Características Adicionais: Sistema De Segurança Segundo Nr/32 , Material Cabo: Cabo De Plástico , Material Lâmina: Lâmina Aço Inoxidável , Tamanho Lâmina: 21 MM, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 574

Quantidade Mínima Cotada: 574

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1148

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (574)