

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Banho maria			
Descrição Detalhada: Banho Maria Temperatura: Até 70 °C, Componentes: Com Tampa Cônica , Ajuste: Ajuste Digital Com Pannel De Controle , Volume: Cerca De 10			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2)			

2 - Seladora elétrica			
Descrição Detalhada: Seladora Elétrica Componentes: Carregador P/Bateria,Detector Curto-Circuito , Tipo Alarme: Alarme Vazamento E Necessidade De Resolda , Aplicação: P/ Tubos De Bolsas De Sangue , Capacidade: Solda Manual/Alta , Tipo: De Bancada, Montada Sobre Ventosas De Borracha , Características Adicionais: Cabeçote Removível P/Limpeza , Operação: Permite Solda Alternada De Tubos(3/4,5mm)S/ Ajuste , Voltagem: 110 E Ou 220v , Acessórios: Indicador Visual/Sonoro P/ Solda Defeituosa			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2)			

3 - Agitador mecânico			
Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Componentes: Com Tripé, Altura Regulável , Rotação: Até 20.000 RPM, Capacidade: Até 20 L, Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Visor Digital , Tipo: Tipo Homogeinizador			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1)			

4 - Seladora elétrica			
Descrição Detalhada: Seladora Elétrica Componentes: Carregador Baterias, Bolsa Para Transporte , Aplicação: P/ Tubos De Bolsas De Sangue , Capacidade: 1000 Selagens Por Carga , Tipo: Portátil, Manual, Com Bateria, Cabo Coaxial 1,90 M , Características Adicionais: Microprocessador, Led, Solda Picote, Grau 6,5 Mm , Operação: Proteção Superaquecimento, Eletrônica, Frequência , Voltagem: 110 E Ou 220v			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1)			

5 - Videoendoscópio

Descrição Detalhada: Videoendoscópio Componentes: P/ Tgi Superior , Outros Componentes: Micro Câmera, Fonte De Luz, À Bateria , Tipo: Descartável , Características Adicionais: Sistema S/ Fio Transmissor De Imagem , Composição: Tipo Cápsula Endoscópica Deglutível, Diagnóstica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1)

6 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Temperatura: Controle Temperatura Até 40 °C, Componentes: C/ Adaptadores Tubos 5, 10, 15, 50 MI , Rotação: Até 6000 RPM, Capacidade: Até 32 Unidades , Ajuste: Digital, Microprocessada , Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento , Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Tipo: Para Tubos , Volume: Até 100 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1)

7 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Espectrofotômetro Aplicação: Análise Química , Frequência: 60 HZ, Banda De Passagem: 2 NM, Tipo: Duplo Feixe Uv-Vis , Características Adicionais: Lâmpada Halógena E Deutério , Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 190 A 1100

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1)

8 - Termociclador

Descrição Detalhada: Termociclador Componentes: Visor Digital, C/ Tela Sensível Ao Toque , Capacidade: 96 Poços , Ajuste: C/ Gradiente , Outros Componentes: Tampa Aquecida, Aquecimento Até 6°C/Seg , Adicional: Controle Temperatura Até 100°C , Compatibilidade: Compatível C/ Microtubos, Microplacas E Tiras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1)

9 - Aparelho purificador de água

Descrição Detalhada: Aparelho Purificador De Água Vazão: 3 L/H, Tipo: Osmose Reversa/Eletrodeionização Ou Destilação , Voltagem: 110/220 V, Acessórios: Tanque Externo Para Armazenamento De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1)

10 - Aparelho raios x

Descrição Detalhada: Aparelho Raios X Componentes: Microprocessado, C/ Tela Sensível Ao Toque , Aplicação: Uso Odontológico , Tipo Aparelho: Panorâmico, De Parede , Potência Cabeçote: Tensão Do Tubo 90 KVA, Potência: Potência Tubo 1800 W, Amperagem: Corrente Até 12 MA, Acessórios: C/ Bloqueador Mordida E Suporte Têmporas E Testa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (2)

11 - Aparelho eletroestimulador neuromuscular

Descrição Detalhada: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Mín. 4 Canais, Controles Intensidade Independentes , Adicionais: Timer, Teclado Toque, Temporizador, Eletrodos , Acessórios 1: 5 Tubos Gel, 2 Fusíveis Sobressalentes , Características Adicionais: Tens, Fes, Russa, Interferencial , Alimentação: 110/220v , Operação: Rampa On, Off, Rise E Decay , Acessórios: Cabo Força, Cabos Conexão Paciente, Cabo C/ Caneta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1)

12 - Facoemulsificador

Descrição Detalhada: Facoemulsificador Componentes: Módulos Independentes, Configuração Personalizada , Outros Componentes: Sistema Vácuo Venturi, Pedal Duplo Linear , Características Adicionais: Vitrectomia Elétrica Posterior, 1500 Cortes , Composição: Vitrectomia Anterior E Posterior , Acessórios: Vitrectomia Pneumática, 750 Cortes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1)

13 - Microscópio cirúrgico

Descrição Detalhada: Microscópio Cirúrgico Componentes: Inversor Imagens(Vítreo/Retinianas) , Tipo Adaptador: Sistema Captação E Registro De Imagens , Outros Componentes: Câmera, Adaptador, Cabos, Sist. Registro/Docum.Vídeo , Acessórios: Sistema Ótico, Microfoco No Pedal, Movimentos X/Y

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1)