

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00134/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Afastador odontológico

Descrição Detalhada: Material: Silicone, Tipo: Abridor De Boca, Tamanho: Adulto E Infantil, Apresentação: Conjunto, Esterilidade: Autoclavável, Formato: Bloco,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (20)

2 - Afastador cirúrgico manual

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Desmarres, Dimensão Ponta: Cerca De 10 MM, Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Esterilidade: Esterilizável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

3 - Afastador cirúrgico manual

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Desmarres, Dimensão Ponta: Cerca De 14 MM, Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Esterilidade: Esterilizável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

4 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Hohmann, Dimensão Ponta: Cerca De 12 MM, Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Esterilidade: Esterilizável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

5 - Circuito integrado

Descrição Detalhada: Tecnologia: Ttl (Transistor-Transistor Logic), Encapsulamento: Dip, Referência 3: 7403, Tensão Saída: 5 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

6 - Afastador Cirúrgico Autoestático

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Gosset, Modelo Ponta: 1 X 1 Pás Fenestradas, Comprimento Total: Cerca De 30 CM, Esterilidade: Esterilizável, Travamento: C/ Trava,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

7 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Universal, Componente: C/ Fibra Ótica, Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

8 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Universal, Componente: C/ Fibra Ótica, Comprimento Total: Cerca De 10 CM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

9 - Cânula Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Frazier, Aplicação: P/ Aspiração, Componente: C/ Mandril, Haste: Angulada, Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Diâmetro: Cerca De 1,5 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (4)

10 - Cânula Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Frazier, Aplicação: P/ Aspiração, Componente: C/ Mandril, Haste: Reta, Comprimento Total: Cerca De 10 CM, Diâmetro: Cerca De 2,0 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (4)

11 - Cânula P/ Lipoaspiração

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: C/ 1 Furo, Conector: C/ Conector, Comprimento Total: Cerca De 15 CM, Diâmetro: Cerca De 2,0 MM, Tipo Ponta: Ponta Achatada, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (4)

12 - Cânula Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Fergusson, Aplicação: P/ Aspiração, Componente: C/ Mandril, Haste: Angulada, Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Diâmetro: Cerca De 1,5 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (4)

13 - Tubo laboratório

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Uso: Autoclavável, Tipo Fundo: Fundo Redondo, Capacidade: 50 ML, Tipo: Centrífuga, Acessórios: Tampa Rosqueável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

14 - Cesto p,esterilização

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Dimensões: Cerca De 45 X 25 X 5 CM, Características Adicionais: Aramado, Formato: Retangular,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

15 - Cesto p,esterilização

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Dimensões: Cerca De 35 X 25 X 5 CM, Características Adicionais: Aramado, Formato: Retangular,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

16 - Cureta Uso Médico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: House, Aplicação: P/ Otorrinolaringologia, Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Tipo: Fechadas, Esterilidade: Esterilizável, Tamanho Ponta: Cerca De 1,5 - 1,8 Mm, Formato: Ponta Dupla,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

17 - Descolador

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Sindesmótomo, Tipo Formato: Destaca Periósteeo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

18 - Cureta Uso Médico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: House, Aplicação: P/ Otorrinolaringologia, Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Tipo: Fechadas, Esterilidade: Esterilizável, Tamanho Ponta: Cerca De 1,0 - 1,2 Mm, Formato: Ponta Dupla,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

19 - Porta-Agulha Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Microvascular, Haste: Haste Reta, Adicional 1: Com Trava, Característica Ponta: C/ Videa, Comprimento Total: Cerca De 22 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

20 - Descolador uso médico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Tipo: Joseph, Tipo Ponta: Curva, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

21 - Descolador uso médico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Tipo: Joseph, Tipo Ponta: Curva, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

22 - Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Gancho, Haste: Haste Reta, Componente 1: S/ Empunhadura, Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Tipo: Estilete, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

23 - Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Afastador, Haste: Haste Reta, Componente 1: S/ Empunhadura, Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Tipo: Estilete, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

24 - Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Faca, Haste: Haste Reta, Componente 1: S/ Empunhadura, Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Tipo: Estilete, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

25 - Instrumental P/ Microcirurgia De Laringe

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Lanceta, Haste: Haste Reta, Componente 1: S/ Empunhadura, Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Tipo: Estilete, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

26 - Estilete Uso Médico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Biolivar, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

27 - Caixa p/ esterilização

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Característica: C/ Tampa, Furos E Trava, Dimensões 1: Cerca De 25 X 15 X 5 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

28 - Afastador Cirúrgico Autoestático

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Plester, Aplicação: Esquerda, Modelo Ponta: 1 Pá X 2 Dentes Agudos, Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Esterilidade: Esterilizável, Travamento: C/ Cremalheira,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

29 - Afastador Cirúrgico Autoestático

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Plester, Aplicação: Esquerda, Modelo Ponta: 1 Pá X 2 Dentes Agudos, Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Esterilidade: Esterilizável, Travamento: C/ Cremalheira,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

30 - Conjunto instrumental cirúrgico

Descrição Detalhada: Outros Componentes: Cânulas P/ Irrigação, Tipo Uso: P/ Otorrinolaringologia, Sinusite, Composição: Estéril, Uso Único, Acessórios: Cateter Balão, Com Sistema Introdutor,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

31 - Conjunto instrumental cirúrgico

Descrição Detalhada: Outros Componentes: Cânulas P/ Irrigação, Tipo Uso: P/ Otorrinolaringologia, Sinusite, Composição: Estéril, Uso Único, Acessórios: Cateter Balão, Com Sistema Introdutor,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

32 - Conjunto instrumental cirúrgico

Descrição Detalhada: Outros Componentes: Cânulas P/ Irrigação, Tipo Uso: P/ Otorrinolaringologia, Sinusite, Composição: Estéril, Uso Único, Acessórios: Cateter Balão, Com Sistema Introdutor,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

33 - Conjunto instrumental cirúrgico

Descrição Detalhada: Outros Componentes: Cânulas P/ Irrigação, Tipo Uso: P/ Otorrinolaringologia, Sinusite, Composição: Estéril, Uso Único, Acessórios: Cateter Balão, Com Sistema Introdutor,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

34 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Converse, Formato Ponta: Pontas Duplas, Modelo Ponta: 2 Dentes Rombos E 2 Agudos, Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

35 - Laringoscópio

Descrição Detalhada: Componentes: C/ 4 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Tamanho Cabo: Adulto, Embalagem*: C/ Estojo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tipo Lâmpada: De Fibra Ótica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1)

36 - Manipulador uterino

Descrição Detalhada: Componentes: Copo Cervical Com Calha, Para Eletrodo "L" Ou "J", Modelo: Tamanho Médio, Tipo: Formato Anatômico, Características Adicionais: Canal Para Contraste, Copo Vaginal, Esterilidade: Descartável E Estéril, Tipo Sistema: Fixação Uterina,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

37 - Descolador Uso Médico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Tipo: Hoen, Tipo Ponta: Angulada 90°, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

38 - Descolador Uso Médico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Tipo: Hoen, Tipo Ponta: Angulada 90°, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

39 - Descolador Uso Médico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Tipo: Hoen, Tipo Ponta: Angulada 90°, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

40 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Formato Ponta: Ponta Reta, Componente: S/ Cremalheira, Modelo 1: Debaquey, Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Tipo Ponta: Serrilhada, Diâmetro Ponta: Cerca De 1,5 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (30)

41 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Formato Ponta: Ponta Reta, Componente: S/ Cremalheira, Modelo 1: Debaquey, Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Tipo Ponta: Serrilhada, Diâmetro Ponta: Cerca De 1,5 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (30)

42 - Porta-Agulha Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Modelo: Castroviejo, Adicional 1: Com Trava, Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

43 - Porta-Agulha Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Modelo: Castroviejo, Adicional 1: Com Trava, Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

44 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Formato Ponta: Ponta Reta, Componente: S/ Cremalheira, Modelo 1: Debaquey, Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Tipo Ponta: Serrilhada, Diâmetro Ponta: Cerca De 2,0 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (8)

45 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Reta, Componente: S/ Cremalheira, Modelo 1: Debaquey, Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Tipo Ponta: Serrilhada, Diâmetro Ponta: Cerca De 2,0 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

46 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Reta, Componente: S/ Cremalheira, Modelo 1: Debaquey, Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Tipo Ponta: Serrilhada, Diâmetro Ponta: Cerca De 2,0 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

47 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Curva, Componente: S/ Cremalheira, Modelo 1: Debaquey, Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Tipo Ponta: Serrilhada, Diâmetro Ponta: Cerca De 2,0 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

48 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Curva, Componente: C/ Cremalheira, Modelo 1: Kocher / Rochester Ochsner, Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (20)

49 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Reta, Componente: C/ Cremalheira, Modelo 1: Kocher / Rochester Ochsner, Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (20)

50 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Debakey, Formato Ponta: Ponta Curva, Haste: Haste Curva, Característica Adicional: C/ Cremalheira, Característica Ponta: Serrilha Atraumática, Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

51 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Curva, Componente: S/ Cremalheira, Modelo 1: Debakey, Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Tipo Ponta: Serrilhada, Diâmetro Ponta: Cerca De 2,0 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

52 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Satinsky, Formato Ponta: Ponta Biangulada, Haste: Haste Curva, Característica Adicional: C/ Cremalheira, Característica Ponta: Serrilha Atraumática, Comprimento Total: Cerca De 28 CM, Esterilidade: Esterilizável, Comprimento Ponta: Cerca 75 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

53 - Pinça Articulada Cortante

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Love Gruenwald, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Tipo Ponta: Boca P/ Baixo, Diâmetro Ponta: Cerca De 4 X 10 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

54 - Pinça articulada cortante

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Love Gruenwald, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Tipo Ponta: Boca Reta, Diâmetro Ponta: Cerca De 4 X 10 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

55 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Reta, Componente: S/ Cremalheira, Modelo 1: Dissecção, Comprimento Total: Cerca De 30 CM, Tipo Ponta: C/ Videa, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

56 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Reta, Componente: S/ Cremalheira, Modelo 1: Dietrich, Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Tipo Ponta: Serrilhada, Diâmetro Ponta: Cerca De 1,5 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

57 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação: Dissecção, Componente: Manopla S/ Cremalheira, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 30 Cm, Modelo 1: Mixer, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (20)

58 - Pinça Cirúrgica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Reta, Componente: S/ Cremalheira, Haste: Haste Angulada, Modelo 2: Back Biter, Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Tipo Ponta: Retrógrada, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

59 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Curva, Componente: S/ Cremalheira, Haste: Haste Angulada, Adicional: P/ Esquerda, Modelo 2: Rowe, Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Tipo Ponta: Lisa, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

60 - Pinça Cirúrgica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Reta, Componente: S/ Cremalheira, Haste: Haste Angulada, Modelo 2: Struycken, Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Tipo Ponta: Concha, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

61 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Curva, Componente: S/ Cremalheira, Haste: Haste Angulada, Adicional: P/ Direita, Modelo 2: Rowe, Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Tipo Ponta: Lisa, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

62 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Reta, Componente: S/ Cremalheira, Modelo 1: Debaquey, Comprimento Total: Cerca De 30 CM, Tipo Ponta: Serrilhada, Diâmetro Ponta: Cerca De 3,5 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

63 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Reta, Componente: C/ Cremalheira, Modelo 1: Duval, Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Tipo Ponta: C/ Vídea, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

64 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Reta, Componente: C/ Cremalheira, Modelo 1: Duval, Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Tipo Ponta: C/ Vídea, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

65 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Reta, Componente: C/ Cremalheira, Modelo 1: Duval, Comprimento Total: Cerca De 22 CM, Tipo Ponta: C/ Vídea, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

66 - Clamp instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Satinsky, Formato Ponta: Ponta Biangulada, Haste: Haste Curva, Característica Adicional: C/ Cremalheira, Característica Ponta: Serrilha Atraumática, Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Esterilidade: Esterilizável, Comprimento Ponta: Cerca 40 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (4)

67 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Satinsky, Formato Ponta: Ponta Biangulada, Haste: Haste Curva, Característica Adicional: C/ Cremalheira, Característica Ponta: Serrilha Atraumática, Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Esterilidade: Esterilizável, Comprimento Ponta: Cerca 45 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

68 - Clamp Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Satinsky, Formato Ponta: Ponta Biangulada, Haste: Haste Curva, Característica Adicional: C/ Cremalheira, Característica Ponta: Serrilha Atraumática, Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Esterilidade: Esterilizável, Comprimento Ponta: Cerca 45 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

69 - Equipo especial

Descrição Detalhada: Material: Tipo Extensor, Duplo Tubo, Tipo Pinça: Pinça Reguladora E Corta Fluxo, Aplicação: P/ Aspiração E Irrigação, Tipo Conector: 2 Conectores Luer Lock Macho E 1 Fêmea, Características Adicionais: Segmento De Bomba Em Silicone, Compatibilidade: Compatível C/ Aspirador Ultrassônico Sonoca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Tipo Ponteira: Ponta Perfurante C/ Filtro E Tampa,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

70 - Equipo especial

Descrição Detalhada: Material: Tipo Extensor, Duplo Tubo, Tipo Pinça: Pinça Reguladora E Corta Fluxo, Aplicação: P/ Aspiração E Irrigação, Tipo Conector: 2 Conectores Luer Lock Macho E 1 Fêmea, Características Adicionais: Segmento De Bomba Em Silicone, Compatibilidade: Compatível C/ Aspirador Ultrassônico Sonoca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Tipo Ponteira: Ponta Perfurante C/ Filtro E Tampa,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

71 - Equipo especial

Descrição Detalhada: Material: Tipo Extensor, Duplo Tubo, Tipo Pinça: Pinça Reguladora E Corta Fluxo, Aplicação: P/ Aspiração E Irrigação, Tipo Conector: 2 Conectores Luer Lock Macho E 1 Fêmea, Características Adicionais: Segmento De Bomba Em Silicone, Compatibilidade: Compatível C/ Aspirador Ultrassônico Sonoca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Tipo Ponteira: Ponta Perfurante C/ Filtro E Tampa,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

72 - Equipo especial

Descrição Detalhada: Material: Tipo Extensor, Duplo Tubo, Tipo Pinça: Pinça Reguladora E Corta Fluxo, Aplicação: P/ Aspiração E Irrigação, Tipo Conector: 2 Conectores Luer Lock Macho E 1 Fêmea, Características Adicionais: Segmento De Bomba Em Silicone, Compatibilidade: Compatível C/ Aspirador Ultrassônico Sonoca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Tipo Ponteira: Ponta Perfurante C/ Filtro E Tampa,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

73 - Equipo especial

Descrição Detalhada: Material: Tipo Extensor, Duplo Tubo, Tipo Pinça: Pinça Reguladora E Corta Fluxo, Aplicação: P/ Aspiração E Irrigação, Tipo Conector: 2 Conectores Luer Lock Macho E 1 Fêmea, Características Adicionais: Segmento De Bomba Em Silicone, Compatibilidade: Compatível C/ Aspirador Ultrassônico Sonoca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Tipo Ponteira: Ponta Perfurante C/ Filtro E Tampa,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

74 - Equipo especial

Descrição Detalhada: Material: Tipo Extensor, Duplo Tubo, Tipo Pinça: Pinça Reguladora E Corta Fluxo, Aplicação: P/ Aspiração E Irrigação, Tipo Conector: 2 Conectores Luer Lock Macho E 1 Fêmea, Características Adicionais: Segmento De Bomba Em Silicone, Compatibilidade: Compatível C/ Aspirador Ultrassônico Sonoca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Tipo Ponteira: Ponta Perfurante C/ Filtro E Tampa,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

75 - Trocarte

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Cistostomia, Material*: Aço Inoxidável, Componente 2: Obturador Ponta Distal Piramidal Cortante, Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Lisa, Apresentação: Conjunto P/ Sonda 14 - 16, Tipo Uso: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

76 - Porta-Agulha Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Modelo: Castroviejo, Adicional 1: Com Trava, Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

77 - Tesoura Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Haste: Haste Reta, Modelo 2: Potts De Martel, Angulação Ponta: 60°, Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Tipo Ponta: Ponta Angulada, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (4)

78 - Tesoura Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Haste: Haste Reta, Modelo 2: Potts De Martel, Angulação Ponta: 40°, Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Tipo Ponta: Ponta Angulada, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (4)

79 - Tesoura Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Haste: Haste Reta, Modelo 1: Metzenbaum, Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

80 - Tubo Hospitalar

Descrição Detalhada: Material: Silicone Transparente, Diâmetro Interno: Cerca De 9,5 Mm, Compatibilidade: Compatível C/ Lipoaspiração, Esterilidade: Autoclavável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

81 - Bandeja

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 4 CM, Tipo: Lisa, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

82 - Bandeja metálica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 33 CM, Largura: 27 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

83 - Bandeja

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Dimensões: Cerca De 40 X 30 X 4 CM, Tipo: Lisa, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

84 - Bandeja

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 1 CM, Tipo: Lisa, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (20)

85 - Bandeja

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 1 CM, Tipo: Lisa, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

86 - Bandeja

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Dimensões: Cerca De 40 X 30 X 2 CM, Tipo: Lisa, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

87 - Comadre

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 2.000 ML, Característica Adicional: C/Alça, Tipo: Tipo Pá, Tamanho: Tamanho Adulto Padrão Mundial,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

88 - Comadre

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 3.500 ML, Característica Adicional: C/Alça, Tamanho: Tamanho Adulto Padrão Mundial,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (40)

89 - Compadre (urinol)**Descrição Detalhada:** Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 1000 ML,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 80**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (40)**90 - Cuba uso hospitalar****Descrição Detalhada:** Material: Aço Inox, Dimensões: Cerca De 30 X 20 CM, Profundidade: Cerca De 5 CM, Formato: Retangular,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (5)**91 - Cuba uso hospitalar****Descrição Detalhada:** Material: Aço Inox, Dimensões: Cerca De 50 X 35 CM, Profundidade: Cerca De 5 CM, Formato: Retangular,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (5)**92 - Cuba uso hospitalar****Descrição Detalhada:** Material: Aço Inox, Capacidade: Cerca De 700 ML, Formato: Tipo Rim,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (20)**93 - Jarra uso hospitalar****Descrição Detalhada:** Material: Aço Inox Aisi 440 Ou 420a, Capacidade: 2 L, Características Adicionais: Bordas Arredondadas,S/ Arestas,S/ Emendas, Acessórios: Com Alça,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (20)

94 - Afastador Cirúrgico Autoestático

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Wullstein, Modelo Ponta: 3 X 3 Dentes Rombos, Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Esterilidade: Esterilizável, Travamento: C/ Cremalheira,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

95 - Afastador cirúrgico autoestático

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Weitlaner, Modelo Ponta: 3 X 4 Dentes Rombos, Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Esterilidade: Esterilizável, Travamento: C/ Cremalheira,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

96 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Farabeuf, Formato Ponta: Pontas Duplas, Dimensão Total: Cerca De 10 Mm X 12 Cm, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

97 - Tesoura Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo 2: Castroviejo, Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

98 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Curva, Componente: S/ Cremalheira, Modelo 1: Debaquey, Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Tipo Ponta: Serrilhada, Diâmetro Ponta: Cerca De 2,0 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

99 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Curva, Componente: S/ Cremalheira, Modelo 2: Micro Plataforma, Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Tipo Ponta: Lisa, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

100 - Pinça anatômica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Reta, Componente: S/ Cremalheira, Modelo 2: Micro Plataforma, Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Tipo Ponta: C/ Videa, Diâmetro Ponta: Cerca De 0,5 MM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

101 - Porta-agulha instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Mayo Hegar, Haste: Haste Reta, Adicional 1: Com Trava, Característica Ponta: C/ Videa, Comprimento Total: Cerca De 26 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

102 - Porta-Agulha Instrumental

Descrição Detalhada: Material: Titânio, Modelo: Castroviejo, Adicional 1: Com Trava, Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

103 - Porta-agulha instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Mayo Hegar, Haste: Haste Reta, Adicional 1: Com Trava, Característica Ponta: C/ Videa, Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (30)

104 - Porta-agulha instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Mayo Hegar, Haste: Haste Reta, Adicional 1: Com Trava, Característica Ponta: C/ Vídea, Comprimento Total: Cerca De 30 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

105 - Porta-agulha instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Mayo Hegar, Haste: Haste Reta, Adicional 1: Com Trava, Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (40)

106 - Tesoura instrumental

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Haste: Haste Reta, Modelo 1: Mayo Stille, Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (4)