

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00058/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Bandagem

Descrição Detalhada: Bandagem Material: Malha De Tecido Sintético E Algodão , Modelo: Autoaderente , Componente: C/ Adesivo De Borracha Sintética , Dimensão: Cerca De 4 Cm X 5 M , Embalagem: Embalagem Individual Em Rolo , Cor: C/ Cor , Tipo: Elástica , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 510 **Quantidade Mínima Cotada:** 510

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1020

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (510)

2 - Cateter Multipolar Terapêutico

Descrição Detalhada: Material: Polímero Radiopaco, Tipo Curva: Ajustável, Modelo: Quadripolar, Adicionais: C/ Manopla, Diâmetro Cateter: Cerca De 7 FRENCH, Comprimento: Cerca De 110 CM, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tamanho Ponta: Cerca De 4 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (60)

3 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Modelo: Tipo Fogarty, Aplicação: Embolectomia, Componente 1: Balão De Látex Natural, Dimensões: Cerca De 3 Fr X 80 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (500)

4 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - JI, Tamanho Da Curva: C/ 3,5 CM, Dimensões: Cerca De 4 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

5 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - JI, Tamanho Da Curva: C/ 4,0 CM, Dimensões: Cerca De 4 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

6 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - JI, Tamanho Da Curva: C/ 3,5 CM, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500

Quantidade Mínima Cotada: 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2500)

7 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - Jr, Tamanho Da Curva: C/ 4,0 CM, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 680

Quantidade Mínima Cotada: 680

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (680)

8 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - JI, Tamanho Da Curva: C/ 5,0 CM, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

9 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - JI, Tamanho Da Curva: C/ 5,0 CM, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

10 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - Jr, Tamanho Da Curva: C/ 3,0 CM, Dimensões: Cerca De 4 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

11 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - JI, Tamanho Da Curva: C/ 4,0 CM, Dimensões: Cerca De 4 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

12 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - JI, Tamanho Da Curva: C/ 3,5 CM, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 680

Quantidade Mínima Cotada: 680

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (680)

13 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - Jr, Tamanho Da Curva: C/ 4,0 CM, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500

Quantidade Mínima Cotada: 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2500)

14 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Pigtail, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3600

Quantidade Mínima Cotada: 3600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 7200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3600)

15 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável, Tipo Curva: Curva Dupla, Aplicação: Fluxo Contínuo, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 90 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 540

Quantidade Mínima Cotada: 540

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1080

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (540)

16 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Mamária - Im, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (360)

17 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Pigtail, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 125 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2570

Quantidade Mínima Cotada: 2570

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2570)

18 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Pigtail, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 110 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

19 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Amplatz - Ar1, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (90)

20 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Amplatz - Ar2, Modelo: C/ Furos Laterais, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

21 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Amplatz - Ar3, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

22 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Amplatz - AI1, Modelo: C/ Furos Laterais, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (90)

23 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Amplatz - AI2, Ponta: Ponta Metal, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

24 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Amplatz - AI3, Modelo: C/ Furos Laterais, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

25 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Vertebral, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (150)

26 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Simmons - Sim1, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280

Quantidade Mínima Cotada: 280

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 560

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (280)

27 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável, Tipo Curva: Simmons - Sim2, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 125 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (80)

28 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Simmons - Sim3, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

29 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Cobra - 1, Dimensões: Cerca De 4 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (60)

30 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável, Tipo Curva: Cobra - 2, Dimensões: Cerca De 4 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (400)

31 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável, Tipo Curva: Cobra - 2, Dimensões: Cerca De 4 Fr X 65 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

32 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Renal - Rdc, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 60 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (80)

33 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Xb, Tamanho Da Curva: C/ 3,5 CM, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

34 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, C/ Revestimento Hidrofílico, Tipo Curva: Ikari - L, Tamanho Da Curva: C/ 4,0 CM, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

35 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Voda - VI, Tamanho Da Curva: C/ 4,0 CM, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (80)

36 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Voda - VI, Tamanho Da Curva: C/ 3,5 CM, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 540

Quantidade Mínima Cotada: 540

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1080

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (540)

37 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Voda - VI, Tamanho Da Curva: C/ 4,0 CM, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Quantidade Mínima Cotada: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 230

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (115)

38 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - Jr, Tamanho Da Curva: C/ 3,5 CM, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (150)

39 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - Jr, Tamanho Da Curva: C/ 4,0 CM, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 560

Quantidade Mínima Cotada: 560

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (560)

40 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - JI, Tamanho Da Curva: C/ 3,0 CM, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

41 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - JI, Tamanho Da Curva: C/ 3,5 CM, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (80)

42 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - JI, Tamanho Da Curva: C/ 4,0 CM, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

43 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Mamária - Im, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (80)

44 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Multipurpose - Mp1, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (80)

45 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Amplatz - Ar1, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (45)

46 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Amplatz - Ar2, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (25)

47 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Amplatz - Ar2, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

48 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Amplatz - AI1, Modelo: C/ Furos Laterais, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (45)

49 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Amplatz - AI2, Modelo: C/ Furos Laterais, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (25)

50 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Amplatz - A13, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

51 - Cateter p/ intervenção

Descrição Detalhada: Aplicação: Angiográfico, Comprimento: Cerca De 100 CM, Tipo De Cateter: Guia, Calibre Externo: Cerca De 7 FRENCH, Tipo Ponta: Ponta Reta, Atraumática, Tipo Material: Polímero Aramado, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

52 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Aplicação: Uso C/ Fio Guia 0,014" E Cateter 6fr, Componente: Duplo Lúmen Distal E 4 Marcadores Radiopacos, Característica Adicional: Filtro 40 Micra, Comprimento: 140 CM, Componente I: Kit C/ Extensão, Torneira, Seringas 30ml, Tipo De Cateter: Extração De Trombos, Tipo Ponta: Ponta Cônica, Tipo Material: Poliacetal E Aço Inoxidável, Tipo Uso: Uso Único, Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

53 - Cateter p/ intervenção

Descrição Detalhada: Aplicação: Angiográfico, Comprimento: Cerca De 100 CM, Tipo De Cateter: Guia, Calibre Externo: Cerca De 7 FRENCH, Tipo Ponta: Ponta Reta, Atraumática, Tipo Material: Polímero Aramado, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

54 - Cateter Multipolar Terapêutico

Descrição Detalhada: Material: Polímero Radiopaco, Tipo Curva: Ajustável, Modelo: Decapolar, Adicionais: C/ Manopla, Diâmetro Cateter: Cerca De 7 FRENCH, Comprimento: Cerca De 120 CM, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (200)

55 - Cateter Multipolar Terapêutico

Descrição Detalhada: Material: Polímero Radiopaco, Tipo Curva: Ajustável, Modelo: Decapolar, Adicionais: C/ Manopla, Diâmetro Cateter: Cerca De 7 FRENCH, Comprimento: Cerca De 120 CM, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (60)

56 - Laço de captura

Descrição Detalhada: Material: Nitinol, Uso: Uso C/ Cateter Cerca De 6fr, 100cm, Aplicação: Retirada Corpo Estranho, Características: Elástico, Flexível, Resistente A Dobras E Torções, Comprimento: 120 CM, Diâmetro: 6 A 20 MM, Tipo: Laço Triplo, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

57 - Laço de captura

Descrição Detalhada: Material: Nitinol, Uso: Uso C/ Cateter Cerca De 6fr, 100cm, Aplicação: Retirada Corpo Estranho, Características: Elástico, Flexível, Resistente A Dobras E Torções, Comprimento: 120 CM, Diâmetro: 6 A 20 MM, Tipo: Laço Triplo, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (60)

58 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Material: Polímero Hidrofílico, Diâmetro Fio Guia: 0,021", Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 10 Cm, Tipo: Arterial,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Quantidade Mínima Cotada: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3000)

59 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Diâmetro Fio Guia: 0,021", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 12 Cm, Tipo: Arterial,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500

Quantidade Mínima Cotada: 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2500)

60 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Material: Polímero Hidrofílico, Diâmetro Fio Guia: 0,035", Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Dimensões: Cerca De 4 Fr X 11 Cm, Tipo: Arterial,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 650

Quantidade Mínima Cotada: 650

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (650)

61 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Material: Polímero Hidrofílico, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Aramada E Extensão C/ Torneira, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 30 Cm, Tipo: Arterial/Venoso,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1600

Quantidade Mínima Cotada: 1600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1600)

62 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Diâmetro Fio Guia: 0,035", Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 11 Cm, Tipo: Arterial,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1400

Quantidade Mínima Cotada: 1400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1400)

63 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Diâmetro Fio Guia: 0,035", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 11 Cm, Tipo: Arterial, Acessórios: C/ Agulha De Punção,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (700)

64 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Diâmetro Fio Guia: 0,035", Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Dimensões: Cerca De 8 Fr X 11 Cm, Tipo: Arterial,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (80)

65 - Introduutor percutâneo

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Diâmetro Fio Guia: 0,035", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Dimensões: Cerca De 9 Fr X 11 Cm, Tipo: Arterial, Acessórios: C/ Agulha De Punção,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

66 - Introduutor percutâneo

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Diâmetro Fio Guia: 0,035", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Dimensões: Cerca De 10 Fr X 11 Cm, Tipo: Arterial, Acessórios: C/ Agulha De Punção,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

67 - Introduutor percutâneo

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Diâmetro Fio Guia: 0,025", Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único, Componente 1: Bainha C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Dimensões: Cerca De 11 Fr X 12 Cm, Tipo: Arterial/Venoso,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

68 - Introduutor percutâneo

Descrição Detalhada: Material: Polímero Hidrofílico, Diâmetro Fio Guia: 0,035", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Dimensões: Cerca De 12 Fr X 15 Cm, Tipo: Arterial,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

69 - Introduutor percutâneo

Descrição Detalhada: Material: Polímero Hidrofílico, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Aramada E Extensão C/ Torneira, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 30 Cm, Tipo: Arterial/Venoso,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

70 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Diâmetro Fio Guia: 0,035", Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 24 Cm, Tipo: Arterial,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

71 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Material: Polímero Hidrofílico, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Aramada E Extensão C/ Torneira, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 30 Cm, Tipo: Arterial/Venoso,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

72 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Material: Polímero Hidrofílico, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Aramada E Extensão C/ Torneira, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 30 Cm, Tipo: Arterial/Venoso,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

73 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Material: Polímero Hidrofílico, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Aramada E Extensão C/ Torneira, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 45 Cm, Tipo: Arterial/Venoso,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

74 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Material: Polímero Hidrofílico, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Aramada E Extensão C/ Torneira, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 45 Cm, Tipo: Arterial/Venoso,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

75 - Introduutor percutâneo

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Aramada E Extensão C/ Torneira, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 90 Cm, Tipo: Arterial,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

76 - Introduutor percutâneo

Descrição Detalhada: Material: Polímero Hidrofílico, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Aramada E Extensão C/ Torneira, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 55 Cm, Tipo: Arterial,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

77 - Introduutor percutâneo

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Diâmetro Fio Guia: 0,032", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Aramada, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Curva, Dimensões: Cerca De 8 Fr X 60 Cm, Tipo: Arterial/Venoso,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

78 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Aplicação*: Uso Em Angioplastia, Para Cateter Balão, Componente 1: Seringa Insufladora C/ Manômetro, Componente 2: Conector Em "Y", Rotor, Tubo Inserção, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1500)

79 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Comprimento: Cerca 120 CM, Vias: 1 Via, Tipo: P/ Bomba Injetora Contraste, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip, Calibre: Cerca 12 FRENCH, Pressão Máxima: Alta Pressão Até 1200 PSI,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2250

Quantidade Mínima Cotada: 2250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2250)

80 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Comprimento: Cerca 120 CM, Vias: 1 Via, Tipo: P/ Bomba Injetora Contraste, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip, Calibre: Cerca 12 FRENCH, Pressão Máxima: Alta Pressão Até 1200 PSI,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4500

Quantidade Mínima Cotada: 4500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 9000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4500)

81 - Fio guia

Descrição Detalhada: Revestimento: Hidrofílico, Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 180 CM, Diâmetro: 0,035", Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4500

Quantidade Mínima Cotada: 4500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 9000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4500)

82 - Fio guia

Descrição Detalhada: Revestimento: Hidrofílico, Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 180 CM, Diâmetro: 0,035", Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

83 - Fio guia

Descrição Detalhada: Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfе, Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 260 CM, Diâmetro: 0,035", Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (200)

84 - Fio guia

Descrição Detalhada: Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfе, Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 260 CM, Diâmetro: 0,035", Tipo Ponta: Ponta Espiral Reta Flexível, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (60)

85 - Fio guia

Descrição Detalhada: Revestimento: Hidrofílico, Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 145 CM, Diâmetro: 0,035", Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3500

Quantidade Mínima Cotada: 3500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 7000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3500)

86 - Fio guia

Descrição Detalhada: Revestimento: Hidrofílico, Material: Nitinol, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 260 CM, Diâmetro: 0,035", Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (500)

87 - Fio guia

Descrição Detalhada: Revestimento: Hidrofílico, Material: Nitinol, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 180 CM, Diâmetro: 0,035", Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

88 - Fio guia

Descrição Detalhada: Revestimento: Hidrofílico, Material: Nitinol, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 260 CM, Diâmetro: 0,035", Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Quantidade Mínima Cotada: 220

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 440

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (220)

89 - Fio guia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 300 CM, Diâmetro: 0,014", Tipo Ponta: Ponta Espiral Reta Flexível, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (250)

90 - Fio guia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 300 CM, Diâmetro: 0,014", Tipo Ponta: Ponta Espiral Reta Flexível, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (250)

91 - Fio guia

Descrição Detalhada: Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfé, Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 260 CM, Diâmetro: 0,035", Tipo Ponta: Ponta Espiral Reta Flexível, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

92 - Fio guia

Descrição Detalhada: Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfé, Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 260 CM, Diâmetro: 0,035", Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 830

Quantidade Mínima Cotada: 830

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1660

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (830)

93 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Aplicação*: Uso Em Angioplastia, Para Cateter Balão, Componente 1: Seringa Insufladora C/ Manômetro, Componente 2: Conector Em "Y", Rotor, Tubo Inserção, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (600)

94 - Seringa

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Capacidade: 150 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip, Apresentação: Embalagem Individual, Compatibilidade: Compatível Com Bomba Infusora, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (500)

95 - Torneirinha

Descrição Detalhada: Modelo: Manifold C/ 3 Torneiras, Tipo Conector: Luer Lock / Slip, Material*: Polímero, Vias: 5 Vias, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Pressão Máxima: Alta Pressão Até 1200 PSI,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6200

Quantidade Mínima Cotada: 6200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6200)

96 - Fio guia

Descrição Detalhada: Revestimento: Hidrofílico, Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 190 CM, Diâmetro: 0,014", Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 850

Quantidade Mínima Cotada: 850

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (850)

97 - Fio guia

Descrição Detalhada: Revestimento: Hidrofílico, Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 190 CM, Diâmetro: 0,014", Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (350)

98 - Fio guia

Descrição Detalhada: Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfе, Material: Nitinol, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 195 CM, Diâmetro: 0,014", Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (350)

99 - Fio guia

Descrição Detalhada: Revestimento: Hidrofílico, Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 180 CM, Diâmetro: 0,014", Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (350)

100 - Fio guia

Descrição Detalhada: Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfе, Material: Nitinol, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 195 CM, Diâmetro: 0,014", Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (350)

101 - Fio guia

Descrição Detalhada: Revestimento: Hidrofílico, Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 190 CM, Diâmetro: 0,014", Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (350)

102 - Fio guia

Descrição Detalhada: Revestimento: Hidrofílico, Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 190 CM, Diâmetro: 0,014", Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (350)

103 - Fio guia

Descrição Detalhada: Revestimento: Hidrofílico, Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 195 CM, Diâmetro: 0,014", Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (350)

104 - Fio guia

Descrição Detalhada: Revestimento: Hidrofílico, Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 195 CM, Diâmetro: 0,014", Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (80)

105 - Fio guia

Descrição Detalhada: Revestimento: Hidrofílico, Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 195 CM, Diâmetro: 0,014", Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (80)

106 - Fio guia

Descrição Detalhada: Revestimento: Hidrofílico, Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 195 CM, Diâmetro: 0,014", Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (80)

107 - Fio guia

Descrição Detalhada: Revestimento: Hidrofílico, Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 300 CM, Diâmetro: 0,014", Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

108 - Fio guia

Descrição Detalhada: Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfе, Material: Nitinol, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 195 CM, Diâmetro: 0,014", Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (200)