

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00111/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Ótica Uso Médico

Descrição Detalhada: Endoscópio Rígido Revestimento: Aço Inoxidável , Ângulo Visão: 30° , Dimensão: Cerca De 3 X 300 MM, Adicional 2: Compatível Com Fibra Óptica , Esterilidade: Esterilizável , Formato: Reta, Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (10)

2 - Camisa endoscópica

Descrição Detalhada: Camisa Endoscópica Material: Aço Inoxidável , Componente 1: C/ 2 Torneiras , Componente 2: Obturador C/ Ponta Distal Romba Não Cortante , Tipo: Cânula Superfície Lisa , Tamanho: Cerca De 3 X 300 MM, Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (20)

3 - Camisa endoscópica

Descrição Detalhada: Camisa Endoscópica Material: Aço Inoxidável , Componente 1: C/ 2 Torneiras , Componente 2: Obturador C/ Ponta Distal Romba Não Cortante , Tipo: Cânula Superfície Lisa , Tamanho: Cerca De 3 X 300 MM, Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (20)

4 - Camisa endoscópica

Descrição Detalhada: Camisa Endoscópica Material: Aço Inoxidável , Componente 1: C/ 2 Torneiras , Componente 2: S/ Obturador , Tipo: Cânula Superfície Lisa , Tamanho: Cerca De 5 X 220 MM, Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (20)

5 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Referência: Ref. 27025gf , Componentes: Peça Guia 2 Canais Instrumento P/Camisa Endoscóp. , Aplicação: Compatível C/ Aparelho Karl Storz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (20)

6 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Referência: Ref. 27025gf , Componentes: Peça Guia 2 Canais Instrumento P/Camisa Endoscóp. , Aplicação: Compatível C/ Aparelho Karl Storz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (20)

7 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Referência: Ref. 27025gf , Componentes: Peça Guia 2 Canais Instrumento P/Camisa Endoscóp. , Aplicação: Compatível C/ Aparelho Karl Storz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (20)

8 - Manipulador uterino

Descrição Detalhada: Manipulador Uterino Componentes: Cone, Dispositivo Fixação Limitador , Tipo: Aço Inoxidável, Cone Limitador De Profundidade , Tamanho: 5mm X 36 CM, Características Adicionais: Ponta Distal Conexão Padrão P/ Seringas Injetoras , Esterilidade: Autoclavável , Tipo Sistema: Cânula Rígida, Reta, Centimetrada P/ Cromotubagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (10)

9 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta: Ponta Curva , Componente: C/ Cremalheira , Modelo 1: Kelly , Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Tipo Ponta: Serrilhada , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (20)