

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00104/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cateter central			
Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Intracraniano , Componente: Infantil , Matéria Prima: Silicone, Reservatório Ommaya , Tipo Implante: Totalmente Implantável , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (6)			

2 - Cateter central			
Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Intracraniano , Componente: Infantil , Matéria Prima: Silicone, Reservatório Ommaya , Tipo Implante: Totalmente Implantável , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (6)			

3 - Enxerto tipo patch			
Descrição Detalhada: Enxerto Tipo Patch Modelo: Orgânico , Dimensão: Cerca De 50 CM2, Material 1: Pericárdio Bovino , Características Adicionais: C/ Monocúspide Cerca De 10 Mm , Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (5)			

4 - Enxerto tipo patch			
Descrição Detalhada: Enxerto Tipo Patch Modelo: Orgânico , Dimensão: Cerca De 50 CM2, Material 1: Pericárdio Bovino , Características Adicionais: C/ Monocúspide Cerca De 10 Mm , Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (5)			

5 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Modelo: Bifurcado , Matéria Prima: Ptfé , Diâmetro: Diâmetro 16 X 8 MM, Tipo: Enxerto Composto , Tipo Uso: Uso Único, Estéril , Composição: Impregnado C/ Colágeno Bovino , Origem: Inorgânico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (15)

6 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Modelo: Bifurcado , Matéria Prima: Ptfé , Diâmetro: Diâmetro 16 X 8 MM, Tipo: Enxerto Composto , Tipo Uso: Uso Único, Estéril , Composição: Impregnado C/ Colágeno Bovino , Origem: Inorgânico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (15)

7 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Modelo: Reto , Matéria Prima: Dacron, Poliéster , Comprimento: 60 CM, Diâmetro: Diâmetro 6 MM, Tipo: Enxerto Composto , Tipo Uso: Uso Único, Estéril , Composição: Impregnado C/ Colágeno Bovino , Porosidade: Alta Porosidade , Origem: Inorgânico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (15)

8 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Modelo: Reto , Matéria Prima: Dacron, Poliéster , Comprimento: 60 CM, Diâmetro: Diâmetro 6 MM, Tipo: Enxerto Composto , Tipo Uso: Uso Único, Estéril , Composição: Impregnado C/ Colágeno Bovino , Porosidade: Alta Porosidade , Origem: Inorgânico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (15)

9 - Enxerto tipo patch

Descrição Detalhada: Enxerto Tipo Patch Modelo: Inorgânico , Dimensão: Cerca De 20 CM2, Material 1: Politetrafluoretileno (Ptfé) , Material 2: Impregnado C/ Colágeno , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (15)

10 - Enxerto tipo patch

Descrição Detalhada: Enxerto Tipo Patch Modelo: Inorgânico , Dimensão: Cerca De 20 CM2, Material 1: Politetrafluoretileno (Ptfe) , Material 2: Impregnado C/ Colágeno , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (15)

11 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Revestimento: Anel De Sutura Em Poliéster , Material: Carbono Pirolítico , Modelo: Duplo Disco , Aplicação: Válvula Aórtica , Componente: Fluxo Central, Abertura 85° , Componente I: C/ 3 Marcadores , Tipo: Mecânica Giratória , Tamanho: N° 31 , Características Adicionais: Baixo Perfil , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (40)

12 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Revestimento: Anel De Sutura Em Poliéster , Material: Carbono Pirolítico , Modelo: Duplo Disco , Aplicação: Válvula Aórtica , Componente: Fluxo Central, Abertura 85° , Componente I: C/ 3 Marcadores , Tipo: Mecânica Giratória , Tamanho: N° 31 , Características Adicionais: Baixo Perfil , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (4)