

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00106/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter Balão Material: Poliuretano / Poliamida , Aplicação: Oclusão Vascular Temporária , Dimensões Balão: 2 X 10mm , Comprimento: Cerca De 100 CM, Tipo: C/ Balão Inflável , Características Adicionais: Radiopaco , Calibre: 9 FRENCH, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Acessórios: C/ Kit Introdutor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

2 - Material Especial Cardiovascular

Descrição Detalhada: Aplicação*: P/ Crioablação Cardíaca, Componente 1: Cabo Conector Umbilical, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

3 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Equipamento Crioablação Cardíaca, Componente: C/ Conexão P/ Cateter, Tipo: Cabo Conector Coaxial, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Acessórios: Conector Compatível C/ Equipamento,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

4 - Agulha

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Transeptal, Dimensões: Cerca De 18 G X 70 CM, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

5 - Cateter multipolar terapêutico

Descrição Detalhada: Material: Polímero Radiopaco, Tipo Curva: Ajustável, Modelo: Quadripolar, Adicionais: C/ Manopla, Diâmetro Cateter: Cerca De 7 FRENCH, Comprimento: Cerca De 110 CM, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tamanho Ponta: Cerca De 8 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

6 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Alarme Pressão - Cateter Multipolar Ablação, Tipo: Cabo Conector, Compatibilidade: Compatível C/ Bomba De Irrigação, Esterilidade: Reusável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

7 - Cateter multipolar terapêutico

Descrição Detalhada: Material: Polímero Radiopaco, Tipo Curva: Unidirecional, Modelo: Quadripolar, Adicionais: C/ Manopla, Diâmetro Cateter: Cerca De 7 FRENCH, Comprimento: Cerca De 110 CM, Compatibilidade: Compatível C/ Console De Crioterapia, Crioablação, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)