

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00082/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cateter balão valvoplastia			
Descrição Detalhada: Material: Polímero, Característica Adicional: Radiopaco, Aplicação: Aórtico, Componente: Cateter Cerca De 100 CM, Diâmetro: Cerca De 4 A 30 MM, Comprimento Balão: De 20 A 60 MM, Tipo: Não Complacente, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		25	Quantidade Mínima Cotada: 25
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 50
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade):		Fortaleza/CE (25)	

2 - Balão dilatação			
Descrição Detalhada: Balão Dilatação Material: Polímero , Aplicação: P/ Estenoses Do Esôfago, Píloro E Colón , Adicionais: P/ Canal Endoscópico De 2,8mm , Dimensão Balão: 16 X 55 MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240 CM, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035" , Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		25	Quantidade Mínima Cotada: 25
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 50
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade):		Fortaleza/CE (25)	

3 - Balão dilatação			
Descrição Detalhada: Balão Dilatação Material: Polímero , Aplicação: Biliar , Adicionais: P/ Canal Mínimo De 3,2mm , Dimensão Balão: 8 A 18 X 80 MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2 MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 200 CM, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035" , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Acessórios: Duplo Lúmen			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		25	Quantidade Mínima Cotada: 25
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 50
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade):		Fortaleza/CE (25)	

4 - Balão dilatação			
Descrição Detalhada: Balão Dilatação Material: Polímero , Aplicação: Biliar , Adicionais: P/ Canal Mínimo De 3,2mm , Dimensão Balão: 8 A 18 X 80 MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2 MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 200 CM, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035" , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Acessórios: Duplo Lúmen			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		25	Quantidade Mínima Cotada: 25
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 50
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade):		Fortaleza/CE (25)	

5 - Cateter P/ Hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Head Hunter - 1, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

6 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável , Tipo Curva: Cobra - 2 , Dimensões: Cerca De 4 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (75)

7 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Mik, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 80 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

8 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Pigtail , Dimensões: Cerca De 6 Fr X 110 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1650

Quantidade Mínima Cotada: 1650

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1650)

9 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Simmons - Sim1 , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (75)

10 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Simmons - Sim2 , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

11 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável, Tipo Curva: Berenstein, Componente 2: C/ Kit Introdutor, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

12 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Curva Judkins - JI , Modelo: C/ Furos Laterais , Tamanho Da Curva: C/ 4,5 CM, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30)

13 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Curva Judkins - JI , Modelo: C/ Furos Laterais , Tamanho Da Curva: C/ 4,0 CM, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30)

14 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Modelo: Tipo Fogarty, Aplicação: Embolectomia, Componente 1: Balão De Látex Natural, Dimensões: Cerca De 2 Fr X 80 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30)

15 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Modelo: Tipo Fogarty, Aplicação: Embolectomia, Componente 1: Balão De Látex Natural, Dimensões: Cerca De 3 Fr X 80 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

16 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Modelo: Tipo Fogarty, Aplicação: Embolectomia, Componente 1: Balão De Látex Natural, Dimensões: Cerca De 4 Fr X 80 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

17 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Modelo: Tipo Fogarty, Aplicação: Embolectomia, Componente 1: Balão De Látex Natural, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 80 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

18 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Modelo: Tipo Fogarty, Aplicação: Embolectomia, Componente 1: Balão De Látex Natural, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 80 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

19 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Modelo: Tipo Fogarty, Aplicação: Embolectomia, Componente 1: Balão De Látex Natural, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 80 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

20 - Equipo bomba infusora

Descrição Detalhada: Equipo Bomba Infusora Material: Isento De Pvc , Tipo Gotejador: Gota Padrão , Tipo Pinça: Regulador De Fluxo E Corta Fluxo , Tipo Conector: Luer Rotativo C/Tampa E Filtro , Tipo Câmara: Câmara Flexível C/Filtro Ar , Esterilidade: Estéril,Descartável , Comprimento: Mín. 140 CM, Tipo Injetor: Injetor Lateral "Y" Valvulado , Tipo: Parenteral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 204

Quantidade Mínima Cotada: 204

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 408

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (204)

21 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Material: Polímero , Diâmetro Fio Guia: 0,038" , Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm , Esterilização: Estéril, Uso Único , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta , Dimensões: Cerca De 8 Fr X 12 Cm , Tipo: Arterial , Acessórios: C/ Agulha De Punção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (75)

22 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Material: Polímero , Diâmetro Fio Guia: 0,035" , Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm , Esterilização: Estéril, Uso Único , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 11 Cm , Tipo: Arterial , Acessórios: C/ Agulha De Punção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1400

Quantidade Mínima Cotada: 1400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1400)

23 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Material: Polímero , Diâmetro Fio Guia: 0,035" , Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm , Esterilização: Estéril, Uso Único , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J" , Dimensões: Cerca De 6 Fr X 11 Cm , Tipo: Arterial/Venoso , Acessórios: C/ Agulha De Punção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2200

Quantidade Mínima Cotada: 2200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2200)

24 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Material: Polímero , Diâmetro Fio Guia: 0,035" , Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm , Esterilização: Estéril, Uso Único , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta , Dimensões: Cerca De 7 Fr X 11 Cm , Tipo: Arterial , Acessórios: C/ Agulha De Punção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 155

Quantidade Mínima Cotada: 155

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 310

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (155)

25 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Material: Polímero , Diâmetro Fio Guia: 0,038" , Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm , Esterilização: Estéril, Uso Único , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta , Dimensões: Cerca De 8 Fr X 12 Cm , Tipo: Arterial , Acessórios: C/ Agulha De Punção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (75)

26 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Material: Polímero , Diâmetro Fio Guia: 0,038" , Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm , Esterilização: Estéril, Uso Único , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta , Dimensões: Cerca De 8 Fr X 12 Cm , Tipo: Arterial , Acessórios: C/ Agulha De Punção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (75)

27 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Material: Polímero , Diâmetro Fio Guia: 0,038" , Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm , Esterilização: Estéril, Uso Único , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta , Dimensões: Cerca De 8 Fr X 12 Cm , Tipo: Arterial , Acessórios: C/ Agulha De Punção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (75)

28 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Biliar , Adicionais: Marcas Radiopacas , Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail , Dimensões: Cerca De 10 Fr X 40 Cm , Opcionais: Com Sistema Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (6)

29 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Biliar , Adicionais: Marcas Radiopacas , Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail , Dimensões: Cerca De 12 Fr X 40 Cm , Opcionais: Com Sistema Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (18)

30 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Material: Polímero , Diâmetro Fio Guia: 0,038" , Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm , Esterilização: Estéril, Uso Único , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J" , Dimensões: Cerca De 7 Fr X 11 Cm , Tipo: Arterial/Venoso , Acessórios: C/ Agulha De Punção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (36)

31 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Material: Polímero , Diâmetro Fio Guia: 0,035" , Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm , Esterilização: Estéril, Uso Único , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J" , Dimensões: Cerca De 6 Fr X 11 Cm , Tipo: Arterial/Venoso , Acessórios: C/ Agulha De Punção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 950

Quantidade Mínima Cotada: 950

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1900

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (950)

32 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Material: Polímero , Diâmetro Fio Guia: 0,038" , Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm , Esterilização: Estéril, Uso Único , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta , Dimensões: Cerca De 8 Fr X 12 Cm , Tipo: Arterial , Acessórios: C/ Agulha De Punção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

33 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material Especial Cardiovascular Material: Fios De Sutura - Polipropileno Monofilamento , Embalagem: Embalagem Individual , Aplicação*: Dispositivo P/ Oclusão Vascular , Componente 1: Bainha Introdutora, Fio Guia , Apresentação: Conjunto Completo , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (600)

34 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Revestimento: Revestido Em Nitinol , Modelo: Autoexpansível , Aplicação: Endoscópica , Comprimento: 8 CM, Componente Ii: Marcas Radiopacas Em Platina E Iridium , Sistema De Implante: Montado Em Introdutor De 8fr, Pré-Carregado , Diâmetro: 10 MM, Tipo: Stent , Tipo Uso: Biliar , Estrutura: Metálica Não Recoberta , Material Estrutura: Platina , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (9)

35 - Enxerto tipo patch

Descrição Detalhada: Enxerto Tipo Patch Modelo: Inorgânico , Dimensão: Cerca De 50 CM2, Material 1: Politetrafluoretileno (Ptfe) , Material 2: Impregnado C/ Colágeno , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

36 - Espiral neurovascular

Descrição Detalhada: Espiral Neurovascular Material: Aço Inoxidável Recoberto C/ Feupas De Dracon , Aplicação: Embolização Aneurisma Cerebral , Dimensão: 8 X 6 MM, Componente I: Compatível C/ Fio De Liberação 0,038" , Componente Ii: Compatível C/ Ressonância Magnética , Características Adicionais: Baixo Perfil , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (200)

37 - Espiral aneurisma

Descrição Detalhada: Espiral Neurovascular Material: Platina , Aplicação: Embolização Aneurisma Cerebral , Comprimento: 30 CM, Voltas: Tipo 360° , Sistema De Liberação: Conectada Ao Fio De Aço Inoxidável , Tipo Liberação: Destacável , Diâmetro: 18 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (200)

38 - Espiral aneurisma

Descrição Detalhada: Espiral Neurovascular Material: Platina , Aplicação: Embolização Aneurisma Cerebral , Comprimento: 30 CM, Voltas: Tipo 360° , Sistema De Liberação: Conectada Ao Fio De Aço Inoxidável , Tipo Liberação: Destacável , Diâmetro: 18 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (200)

39 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Material: Polímero , Comprimento: Cerca 80 CM, Vias: 1 Via , Tipo: P/ Bomba Injetora Contraste , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Calibre: Cerca 12 FRENCH, Pressão Máxima: Alta Pressão Até 1200 PS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1200)

40 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Revestimento: Hidrofílico , Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Vascular , Comprimento: Cerca De 150 CM, Diâmetro: 0,014" , Tipo Ponta: Ponta Reta , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

41 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Revestimento: Hidrofílico , Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Vascular , Comprimento: Cerca De 300 CM, Diâmetro: 0,014" , Tipo Ponta: Ponta Em "J" , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

42 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Multipurpose - Mp1 , Dimensões: Cerca De 7 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

43 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Multipurpose - Mp1 , Dimensões: Cerca De 7 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

44 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Multipurpose - Mp1 , Dimensões: Cerca De 7 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

45 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Multipurpose - Mp1 , Dimensões: Cerca De 7 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

46 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Multipurpose - Mp1 , Dimensões: Cerca De 7 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (140)

47 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Componentes Adicionais: C/ Sistema Introdutor, Característica Adicional: Radiopaco, Comprimento: Cerca De 50 CM, Calibre Externo: Cerca De 5 FRENCH, Tipo Material: Polímero, Tipo Uso: P/ Colangiografia Intra Operatória, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

48 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Revestimento: Revestido C/ Manta Em Poliéster , Modelo: Autoexpansível , Comprimento: Cerca De 20 A 40 MM, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema Liberação Controlado , Tipo Função: Oclutor , Diâmetro: Cerca De 14 MM, Dimensões: Tamanhos De 16 A 28 MM, Tipo: Iliaco , Material Estrutura: Malha De Nitinol , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (6)

49 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo , Modelo: Autoexpansível , Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035" , Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas , Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr , Tipo Função: Stent , Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial , Material Estrutura: Nitinol , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

50 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo , Modelo: Autoexpansível , Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035" , Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas , Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr , Tipo Função: Stent , Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial , Material Estrutura: Nitinol , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

51 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo , Modelo: Autoexpansível , Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035" , Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas , Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr , Tipo Função: Stent , Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial , Material Estrutura: Nitinol , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30)

52 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo, Modelo: Autoexpansível, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr, Tipo Função: Stent, Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (15)

53 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo , Modelo: Autoexpansível , Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035" , Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas , Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr , Tipo Função: Stent , Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial , Material Estrutura: Nitinol , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30)

54 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo , Modelo: Autoexpansível , Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035" , Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas , Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr , Tipo Função: Stent , Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial , Material Estrutura: Nitinol , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30)

55 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo , Modelo: Autoexpansível , Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035" , Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas , Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr , Tipo Função: Stent , Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial , Material Estrutura: Nitinol , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30)

56 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo , Modelo: Autoexpansível , Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035" , Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas , Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr , Tipo Função: Stent , Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial , Material Estrutura: Nitinol , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (45)

57 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo , Modelo: Autoexpansível , Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035" , Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas , Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr , Tipo Função: Stent , Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial , Material Estrutura: Nitinol , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (15)

58 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo, Modelo: Autoexpansível, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr, Tipo Função: Stent, Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

59 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo, Modelo: Autoexpansível, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr, Tipo Função: Stent, Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

60 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo, Modelo: Autoexpansível, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr, Tipo Função: Stent, Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

61 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo, Modelo: Autoexpansível, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr, Tipo Função: Stent, Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

62 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo, Modelo: Autoexpansível, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr, Tipo Função: Stent, Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

63 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo, Modelo: Autoexpansível, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr, Tipo Função: Stent, Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30)

64 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo, Modelo: Autoexpansível, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr, Tipo Função: Stent, Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30)

65 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo, Modelo: Autoexpansível, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr, Tipo Função: Stent, Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30)

66 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo, Modelo: Autoexpansível, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr, Tipo Função: Stent, Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30)

67 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo, Modelo: Autoexpansível, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr, Tipo Função: Stent, Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

68 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo, Modelo: Autoexpansível, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr, Tipo Função: Stent, Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

69 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo, Modelo: Autoexpansível, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr, Tipo Função: Stent, Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30)

70 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo, Modelo: Autoexpansível, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr, Tipo Função: Stent, Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30)

71 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo, Modelo: Autoexpansível, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr, Tipo Função: Stent, Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30)

72 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo, Modelo: Autoexpansível, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr, Tipo Função: Stent, Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30)

73 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo, Modelo: Autoexpansível, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr, Tipo Função: Stent, Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

74 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo, Modelo: Autoexpansível, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr, Tipo Função: Stent, Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

75 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo, Modelo: Autoexpansível, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr, Tipo Função: Stent, Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

76 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo, Modelo: Autoexpansível, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr, Tipo Função: Stent, Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30)

77 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo, Modelo: Autoexpansível, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr, Tipo Função: Stent, Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30)

78 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo, Modelo: Autoexpansível, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr, Tipo Função: Stent, Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

79 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Curva Judkins - JI , Modelo: C/ Furos Laterais , Tamanho Da Curva: C/ 4,5 CM, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

80 - Conjunto nefrostomia percutânea

Descrição Detalhada: Conjunto Nefrostomia Percutânea Embalagem: Embalagem Individual , Componentes 1: C/ 1 Agulha Punção Chiba 22g , Componentes 2: Agulha Punção, Bainha Introdutora E Fio Guia , Componentes 3: C/ 3 Dilatadores , Diâmetro Do Cateter: Cerca De 10 Fr , Tipo Cateter: Pigtail , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (18)

81 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Revestimento: Hidrofílico , Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Vascular , Comprimento: Cerca De 150 CM, Diâmetro: 0,014" , Tipo Ponta: Ponta Reta , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

82 - Microcateter

Descrição Detalhada: Fio Guia: Com Fio Guia 0,018", Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 1,6 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 150 CM, Radiopacidade: Radiopaco, Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico, Modelo: Único Lúmen, Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Tipo Ponta: Pré-Moldada, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 136

Quantidade Mínima Cotada: 136

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 272

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (136)

83 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Revestimento: Revestido Em Ptfé Expandido , Componentes: Marcadores Radiopacos , Modelo: Expansível Por Balão , Aplicação: Aneurisma Aorta Abdominal , Comprimento: Cerca De 110 A 160 MM, Geometria: C/ Âncoras P/ Fixação , Sistema De Liberação: Montado Em Cateter Liberação De 18 A 20fr , Diâmetro: Cerca De 20 A 40 MM, Tipo: Extensão Aórtica , Material Estrutura: Nitinol , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Formato: Bifurcada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (180)

84 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Revestimento: Hidrofílico , Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Vascular , Comprimento: Cerca De 300 CM, Diâmetro: 0,018" , Tipo Ponta: Ponta Reta , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Quantidade Mínima Cotada: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (900)

85 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Revestimento: Revestido Em Poliéster, Componentes: Fixação Por Força Radial, Modelo: Autoexpansível, Comprimento: 80 A 170 MM, Sistema De Liberação: Sistema Liberação Controlada 18 A 20fr, Diâmetro Proximal: 22 A 36 MM, Diâmetro Distal: 12 A 18 MM, Tipo: Aorta Abdominal, Características Adicionais: Stent Proximal Recoberto Ou Não, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Formato: Bifurcada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (75)

86 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Revestimento: Revestido Em Poliéster, Componentes: Fixação Por Força Radial, Modelo: Autoexpansível, Comprimento: 80 A 170 MM, Sistema De Liberação: Sistema Liberação Controlada 18 A 20fr, Diâmetro Proximal: 22 A 36 MM, Diâmetro Distal: 12 A 18 MM, Tipo: Aorta Abdominal, Características Adicionais: Stent Proximal Recoberto Ou Não, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Formato: Bifurcada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

87 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Revestimento: Revestido Em Poliéster, Componentes: Fixação Por Força Radial, Modelo: Autoexpansível, Comprimento: 80 A 170 MM, Sistema De Liberação: Sistema Liberação Controlada 18 A 20fr, Diâmetro Proximal: 22 A 36 MM, Diâmetro Distal: 12 A 18 MM, Tipo: Aorta Abdominal, Características Adicionais: Stent Proximal Recoberto Ou Não, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Formato: Bifurcada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

88 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Revestimento: Revestido Em Poliéster , Componentes: Fixação Por Força Radial , Modelo: Autoexpansível , Comprimento: 80 A 170 MM, Sistema De Liberação: Sistema Liberação Controlada 18 A 20fr , Diâmetro Proximal: 22 A 36 MM, Diâmetro Distal: 12 A 18 MM, Tipo: Aorta Abdominal , Características Adicionais: Stent Proximal Recoberto Ou Não , Material Estrutura: Nitinol , Esterilidade: Estéril , Formato: Bifurcada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (240)

89 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Revestimento: Revestido Em Poliéster, Componentes: Fixação Por Força Radial, Modelo: Autoexpansível, Comprimento: 80 A 170 MM, Sistema De Liberação: Sistema Liberação Controlada 18 A 20fr, Diâmetro Proximal: 22 A 36 MM, Diâmetro Distal: 12 A 18 MM, Tipo: Aorta Abdominal, Características Adicionais: Stent Proximal Recoberto Ou Não, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Formato: Bifurcada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

90 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo, Modelo: Autoexpansível, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr, Tipo Função: Stent, Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

91 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável, Tipo Curva: Berenstein, Componente 2: C/ Kit Introdutor, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

92 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável, Tipo Curva: Cobra - 2, Modelo: C/ Furos Laterais, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 65 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

93 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Aplicação: Percutânea, Multipropósito, Adicionais: Marcas Radiopacas, Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail, Componente 1: Estilete E Fio Guia, Dimensões: Cerca De 8 Fr X 25 Cm, Opcionais: Com Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 104

Quantidade Mínima Cotada: 104

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 208

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (104)

94 - Agente embólico

Descrição Detalhada: Forma Farmacêutica: Injetável, Composição 1: À Base Hidrogel De Pva, Tipo: Microesferas, Tamanho: 700 - 900 MICROM, Esterilidade: Estéril, Apirogênico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74

Quantidade Mínima Cotada: 74

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco-Ampola

Quantidade Máxima para Adesões: 148

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (74)

95 - Agente Embólico

Descrição Detalhada: Forma Farmacêutica: Injetável, Composição 1: À Base De Pva, Tipo: Micropartículas, Tamanho: 150 - 250 MICROM, Esterilidade: Estéril, Apirogênico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86

Quantidade Mínima Cotada: 86

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco-Ampola

Quantidade Máxima para Adesões: 172

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (86)

96 - Agente Embólico

Descrição Detalhada: Forma Farmacêutica: Injetável, Composição 1: À Base De Pva, Tipo: Micropartículas, Tamanho: 300 - 500 MICROM, Esterilidade: Estéril, Apirogênico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86

Quantidade Mínima Cotada: 86

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco-Ampola

Quantidade Máxima para Adesões: 172

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (86)

97 - Agente Embólico

Descrição Detalhada: Forma Farmacêutica: Injetável, Composição 1: À Base De Pva, Tipo: Micropartículas, Tamanho: 500 - 710 MICROM, Esterilidade: Estéril, Apirogênico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco-Ampola

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (36)

98 - Agente embólico

Descrição Detalhada: Forma Farmacêutica: Injetável, Composição 1: À Base De Pva, Tipo: Micropartículas, Tamanho: 700 - 900 MICROM, Esterilidade: Estéril, Apirogênico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco-Ampola

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (36)

99 - Agente embólico

Descrição Detalhada: Forma Farmacêutica: Injetável, Composição 1: À Base De Pva, Tipo: Micropartículas, Tamanho: 700 - 900 MICROM, Esterilidade: Estéril, Apirogênico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco-Ampola

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

100 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 6,5 Até 10 MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??. Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (75)

101 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 3,5 Até 6 MM, Comprimento Balão: Até 25 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Quantidade Mínima Cotada: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 660

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (330)

102 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 3,5 Até 6 MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

103 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 6,5 Até 10 MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (75)

104 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 3 MM, Comprimento Balão: Até 25 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Quantidade Mínima Cotada: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 660

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (330)

105 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 3,5 Até 6 MM, Comprimento Balão: Até 25 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

106 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 3,5 Até 6 MM, Comprimento Balão: Até 25 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

107 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 3,5 Até 6 MM, Comprimento Balão: Até 25 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

108 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 6,5 Até 10 MM, Comprimento Balão: Cerca De 26 A 50 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (75)

109 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 10,5 Até 14 MM, Comprimento Balão: Cerca De 26 A 50 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (75)

110 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 10,5 Até 14 MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (120)

111 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 3 MM, Comprimento Balão: Cerca De 101 A 150 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,018??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

112 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 3 MM, Comprimento Balão: Cerca De 151 A 200 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,018??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (600)

113 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 3 MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,018??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

114 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 3 MM, Comprimento Balão: Cerca De 101 A 150 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,018??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

115 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 3 MM, Comprimento Balão: Cerca De 151 A 200 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,018??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (600)

116 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 3 MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,018??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

117 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 3,5 Até 6 MM, Comprimento Balão: Cerca De 26 A 50 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,018??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (180)

118 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 3,5 Até 6 MM, Comprimento Balão: Cerca De 101 A 150 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,018??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

119 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 3,5 Até 6 MM, Comprimento Balão: Cerca De 101 A 150 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

120 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 3,5 Até 6 MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,018??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

121 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 3,5 Até 6 MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

122 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 3,5 Até 6 MM, Comprimento Balão: Cerca De 101 A 150 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,018??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

123 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 3,5 Até 6 MM, Comprimento Balão: Cerca De 101 A 150 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (450)

124 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 3,5 Até 6 MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,018??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

125 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 6,5 Até 10 MM, Comprimento Balão: Cerca De 101 A 150 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (450)

126 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 6,5 Até 10 MM, Comprimento Balão: Cerca De 101 A 150 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,018??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

127 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 6,5 Até 10 MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,018??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (75)

128 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 6,5 Até 10 MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

129 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 6,5 Até 10 MM, Comprimento Balão: Cerca De 26 A 50 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (75)

130 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Cerca De 3,5 Até 6 MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,018??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

131 - Cateter balão p/ angioplastia periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Acima De 14 MM, Comprimento Balão: Cerca De 26 A 50 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??. Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (75)

132 - Cateter balão p/ angioplastia periférica

Descrição Detalhada: Marcador: Radiopaco, Material: Semi Complacente, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Diâmetro Balão: Acima De 14 MM, Comprimento Balão: Cerca De 26 A 50 MM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??. Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (75)

133 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável , Tipo Curva: Cobra - 2 , Dimensões: Cerca De 4 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

134 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável , Tipo Curva: Cobra - 2 , Dimensões: Cerca De 4 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

135 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Mik, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 80 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

136 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável , Tipo Curva: Head Hunter - 1 , Dimensões: Cerca De 4 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

137 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável , Tipo Curva: Head Hunter - 1 , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

138 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Curva Judkins - Jr , Modelo: C/ Furos Laterais , Tamanho Da Curva: C/ 3,0 CM, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

139 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Curva Judkins - Jr , Tamanho Da Curva: C/ 3,0 CM, Dimensões: Cerca De 4 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

140 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Curva Judkins - Jr , Tamanho Da Curva: C/ 4,5 CM, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1200)

141 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Curva Judkins - Jr , Modelo: C/ Furos Laterais , Tamanho Da Curva: C/ 3,5 CM, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2400

Quantidade Mínima Cotada: 2400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2400)

142 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Mamária - Im , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 870

Quantidade Mínima Cotada: 870

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1740

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (870)

143 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Mamária - Im , Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

144 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Multipurpose - Mp1 , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 120 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (450)

145 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Multipurpose - Mp1 , Dimensões: Cerca De 6 Fr X 120 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

146 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável , Tipo Curva: Pigtail , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 110 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (600)

147 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Pigtail, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 125 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Quantidade Mínima Cotada: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 340

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (170)

148 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Simmons - Sim1 , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (360)

149 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Simmons - Sim2 , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 675

Quantidade Mínima Cotada: 675

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1350

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (675)

150 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Vertebral, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (160)

151 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Vertebral, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1300

Quantidade Mínima Cotada: 1300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1300)

152 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável, Tipo Curva: Curva Dupla, Aplicação: Fluxo Contínuo, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 90 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

153 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Multipurpose - Mp1 , Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 315

Quantidade Mínima Cotada: 315

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 630

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (315)

154 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Curva Judkins - JI , Modelo: C/ Furos Laterais , Tamanho Da Curva: C/ 4,0 CM, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

155 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Curva Judkins - Jr , Modelo: C/ Furos Laterais , Tamanho Da Curva: C/ 3,0 CM, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (120)

156 - Enxerto tipo patch

Descrição Detalhada: Enxerto Tipo Patch Modelo: Inorgânico , Dimensão: Cerca De 50 CM2, Material 1: Politetrafluoretileno (Ptfe) , Material 2: Impregnado C/ Colágeno , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

157 - Enxerto tipo patch

Descrição Detalhada: Enxerto Tipo Patch Modelo: Inorgânico , Dimensão: Cerca De 50 CM2, Material 1: Politetrafluoretileno (Ptfe) , Material 2: Impregnado C/ Colágeno , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

158 - Enxerto tipo patch

Descrição Detalhada: Enxerto Tipo Patch Modelo: Inorgânico , Dimensão: Cerca De 50 CM2, Material 1: Politetrafluoretileno (Ptfe) , Material 2: Impregnado C/ Colágeno , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (75)

159 - Enxerto tipo patch

Descrição Detalhada: Enxerto Tipo Patch Modelo: Inorgânico , Dimensão: Cerca De 50 CM2, Material 1: Politetrafluoretileno (Ptfe) , Material 2: Impregnado C/ Colágeno , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (75)

160 - Enxerto tipo patch

Descrição Detalhada: Enxerto Tipo Patch Modelo: Inorgânico , Dimensão: Cerca De 50 CM2, Material 1: Politetrafluoretileno (Ptfe) , Material 2: Impregnado C/ Colágeno , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (75)

161 - Espiral aneurisma

Descrição Detalhada: Espiral Neurovascular Material: Aço Inoxidável C/ Fibras Sintéticas , Aplicação: Embolização Arterial E Venosa , Dimensão: 4 X 3 MM, Componente I: Compatível C/ Fio De Liberação 0,035" , Componente II: Compatível C/ Ressonância Magnética , Voltas: Cerca De 2 Voltas , Tipo Liberação: Destacável , Características Adicionais: Baixo Perfil , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (36)

162 - Espiral aneurisma

Descrição Detalhada: Espiral Neurovascular Material: Platina , Aplicação: Embolização Arterial Ou Venosa , Comprimento: 8 E 12 MM, Sistema De Liberação: Pré-Montado Em Guia Introdutor Em Aço Inoxidável , Tipo Liberação: Destacável , Diâmetro: 6 MM, Características Adicionais: C/ Suporte P/ Guia , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (36)

163 - Clipe aneurisma cerebral

Descrição Detalhada: Clipe Para Aneurisma Material: Titânio , Modelo: Padrão , Comprimento: Cerca De 5 MM, Tipo: Temporário , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Acessórios: C/ Trava De Segurança , Formato: Acotovelado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 460

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (230)

164 - Clipe aneurisma cerebral

Descrição Detalhada: Clipe Para Aneurisma Material: Titânio , Modelo: Padrão , Comprimento: Cerca De 5 MM, Tipo: Temporário , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Acessórios: C/ Trava De Segurança , Formato: Acotovelado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Quantidade Mínima Cotada: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 340

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (170)

165 - Filtro cardiovascular

Descrição Detalhada: Filtro Intravascular Durabilidade: Permanente , Uso: Veia Cava , Componentes Adicionais: Baixo Perfil , Diâmetro Filtro: 30 A 35 MM, Componentes 2: C/ Cateter Extrator , Materia Prima: Ligas De Níquel E Titânio , Via Implante: Jugular Ou Femural , Sistema Entrega: Pré-Montada Em Bainha Introdutora 9fr , Componente 1: Kit C/ Dilatador E Fio Guia , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Formato: Cônico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (300)

166 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Revestimento: Hidrofílico , Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Vascular , Comprimento: Cerca De 300 CM, Diâmetro: 0,014" , Tipo Ponta: Ponta Em "J" , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Quantidade Mínima Cotada: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (900)

167 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Revestimento: Hidrofílico , Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Vascular , Comprimento: Cerca De 300 CM, Diâmetro: 0,018" , Tipo Ponta: Ponta Reta , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Quantidade Mínima Cotada: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (900)

168 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfе , Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Vascular , Comprimento: Cerca De 260 CM, Diâmetro: 0,035" , Tipo Ponta: Ponta Em "J" , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320

Quantidade Mínima Cotada: 320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 640

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (320)

169 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfе , Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Vascular , Comprimento: Cerca De 260 CM, Diâmetro: 0,035" , Tipo Ponta: Ponta Reta , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 490

Quantidade Mínima Cotada: 490

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 980

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (490)

170 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Revestimento: Hidrofílico , Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Vascular , Comprimento: Cerca De 260 CM, Diâmetro: 0,035" , Tipo Ponta: Ponta Reta , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1444

Quantidade Mínima Cotada: 1444

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2888

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1444)

171 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Revestimento: Hidrofílico , Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Vascular , Comprimento: Cerca De 180 CM, Diâmetro: 0,035" , Tipo Ponta: Ponta Em "J" , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1650

Quantidade Mínima Cotada: 1650

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1650)

172 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Revestimento: Hidrofílico , Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Vascular , Comprimento: Cerca De 180 CM, Diâmetro: 0,035" , Tipo Ponta: Ponta Em "J" , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1425

Quantidade Mínima Cotada: 1425

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2850

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1425)

173 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Multipurpose - Mp1 , Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

174 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Multipurpose - Mp1 , Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (125)

175 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Multipurpose - Mp1 , Dimensões: Cerca De 8 Fr X 90 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (80)

176 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Multipurpose - Mp1 , Dimensões: Cerca De 8 Fr X 90 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30)

177 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Multipurpose - Mp1 , Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280

Quantidade Mínima Cotada: 280

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 560

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (280)

178 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: Uso Em Angioplastia, Para Cateter Balão , Componente 1: Seringa Insufladora C/ Manômetro , Componente 2: Conector Em "Y", Rotor, Tubo Inserção , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1180

Quantidade Mínima Cotada: 1180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1180)

179 - Microcateter

Descrição Detalhada: Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,014", Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 3 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 140 CM, Radiopacidade: Radiopaco, Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico, Modelo: Duplo Lúmen, Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Tipo Ponta: Moldável, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (54)

180 - Microcateter

Descrição Detalhada: Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,014", Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 3 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 140 CM, Radiopacidade: Radiopaco, Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico, Modelo: Duplo Lúmen, Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Tipo Ponta: Moldável, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 225

Quantidade Mínima Cotada: 225

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 450

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (225)

181 - Microcateter

Descrição Detalhada: Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,014", Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 3 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 140 CM, Radiopacidade: Radiopaco, Material: Polímero Compatível C/ DmsO, Hidrofílico, Modelo: Duplo Lúmen, Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Tipo Ponta: Moldável, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320

Quantidade Mínima Cotada: 320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 640

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (320)

182 - Microcateter

Descrição Detalhada: Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,014", Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 3 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 140 CM, Radiopacidade: Radiopaco, Material: Polímero Compatível C/ DmsO, Hidrofílico, Modelo: Duplo Lúmen, Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Tipo Ponta: Moldável, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 345

Quantidade Mínima Cotada: 345

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 690

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (345)

183 - Fio Guia

Descrição Detalhada: Revestimento: Hidrofílico C/ PtfE, Material: Liga Metálica, Aplicação: P/ Embolização, Comprimento: Cerca De 200 CM, Diâmetro: Ponta Distal 0,008", Tipo Ponta: Ponta Moldável, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (15)

184 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Revestimento: Revestido C/ Manta Em Poliéster , Modelo: Autoexpansível , Comprimento: Cerca De 20 A 40 MM, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema Liberação Controlado , Tipo Função: Oclutor , Diâmetro: Cerca De 14 MM, Dimensões: Tamanhos De 16 A 28 MM, Tipo: Ilíaco , Material Estrutura: Malha De Nitinol , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (6)

185 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Revestimento: Revestido C/ Manta Em Poliéster , Modelo: Autoexpansível , Comprimento: Cerca De 20 A 40 MM, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema Liberação Controlado , Tipo Função: Oclutor , Diâmetro: Cerca De 14 MM, Dimensões: Tamanhos De 16 A 28 MM, Tipo: Ilíaco , Material Estrutura: Malha De Nitinol , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (6)

186 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Revestimento: Revestido C/ Manta Em Poliéster , Modelo: Autoexpansível , Comprimento: Cerca De 20 A 40 MM, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema Liberação Controlado , Tipo Função: Oclutor , Diâmetro: Cerca De 14 MM, Dimensões: Tamanhos De 16 A 28 MM, Tipo: Ilíaco , Material Estrutura: Malha De Nitinol , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (6)

187 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Revestimento: Revestido C/ Manta Em Poliéster , Modelo: Autoexpansível , Comprimento: Cerca De 20 A 40 MM, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema Liberação Controlado , Tipo Função: Oclutor , Diâmetro: Cerca De 14 MM, Dimensões: Tamanhos De 16 A 28 MM, Tipo: Ilíaco , Material Estrutura: Malha De Nitinol , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (6)

188 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Revestimento: Revestido C/ Manta Em Poliéster , Modelo: Autoexpansível , Comprimento: Cerca De 20 A 40 MM, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema Liberação Controlado , Tipo Função: Oclutor , Diâmetro: Cerca De 14 MM, Dimensões: Tamanhos De 16 A 28 MM, Tipo: Ilíaco , Material Estrutura: Malha De Nitinol , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (6)

189 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Modelo: Bifurcado , Matéria Prima: Dacron, Poliéster , Comprimento: 40 CM, Diâmetro: Diâmetro 16 X 8 MM, Tipo: Enxerto Composto , Tipo Uso: Uso Único, Estéril , Composição: Impregnado C/ Gelatina , Porosidade: Alta Porosidade , Origem: Inorgânico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (90)

190 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Modelo: Bifurcado , Matéria Prima: Dacron, Poliéster , Comprimento: 40 CM, Diâmetro: Diâmetro 18 X 9 MM, Tipo: Enxerto Composto , Tipo Uso: Uso Único, Estéril , Porosidade: Alta Porosidade , Origem: Inorgânico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (75)

191 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Modelo: Bifurcado , Matéria Prima: Dacron, Poliéster , Comprimento: 40 CM, Diâmetro: Diâmetro 20 X 10 MM, Tipo: Enxerto Composto , Tipo Uso: Uso Único, Estéril , Porosidade: Alta Porosidade , Origem: Inorgânico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

192 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Modelo: Bifurcado , Matéria Prima: Dacron, Poliéster , Comprimento: 40 CM, Diâmetro: Diâmetro 22 X 11 MM, Tipo: Enxerto Composto , Tipo Uso: Uso Único, Estéril , Composição: Impregnado C/ Gelatina , Porosidade: Alta Porosidade , Origem: Inorgânico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30)

193 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Modelo: Reto , Matéria Prima: Dacron, Poliéster , Comprimento: 30 CM, Diâmetro: Diâmetro 28 MM, Tipo: Enxerto Composto , Tipo Uso: Uso Único, Estéril , Composição: Impregnado C/ Colágeno Bovino , Porosidade: Alta Porosidade , Origem: Inorgânico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (15)

194 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Modelo: Reto , Matéria Prima: Dacron, Poliéster , Comprimento: 30 CM, Diâmetro: Diâmetro 30 MM, Tipo: Enxerto Composto , Tipo Uso: Uso Único, Estéril , Composição: Impregnado C/ Colágeno Bovino , Porosidade: Alta Porosidade , Origem: Inorgânico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (15)

195 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 150 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Apresentação: Embalagem Individual , Compatibilidade: Compatível Com Bomba Infusora , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1700

Quantidade Mínima Cotada: 1700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1700)

196 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo, Modelo: Autoexpansível, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr, Tipo Função: Stent, Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

197 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo, Modelo: Autoexpansível, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr, Tipo Função: Stent, Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

198 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo, Modelo: Autoexpansível, Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas, Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr, Tipo Função: Stent, Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial, Material Estrutura: Nitinol, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (240)

199 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo , Modelo: Autoexpansível , Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035" , Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas , Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr , Tipo Função: Stent , Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial , Material Estrutura: Nitinol , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (120)

200 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo , Modelo: Autoexpansível , Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035" , Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas , Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr , Tipo Função: Stent , Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial , Material Estrutura: Nitinol , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

201 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo , Modelo: Autoexpansível , Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035" , Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas , Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr , Tipo Função: Stent , Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial , Material Estrutura: Nitinol , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

202 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo , Modelo: Autoexpansível , Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035" , Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas , Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr , Tipo Função: Stent , Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial , Material Estrutura: Nitinol , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (45)

203 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo , Modelo: Autoexpansível , Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035" , Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas , Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr , Tipo Função: Stent , Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial , Material Estrutura: Nitinol , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (45)

204 - Endoprótese vascular

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Componentes: Marca Radiopaca Em Tântalo , Modelo: Autoexpansível , Outros Componentes: Compatível C/ Fio Guia 0,035" , Comprimento: 30 A 100 MM, Geometria: Células Fechadas , Sistema De Liberação: Montado Em Sistema De Liberação 10fr , Tipo Função: Stent , Diâmetro: 16 A 34 MM, Características Adicionais: Alta Resistência Radial , Material Estrutura: Nitinol , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (45)

205 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Modelo: Carótida, Reto, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Diâmetro: Cerca De 4 A 12 X 20 A 60 MM, Tipo: Stent Não Farmacológico, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (105)

206 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Modelo: Renal, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Expansível Por Balão, Diâmetro: Cerca De 5 X 10 A 60 MM, Tipo: Stent Não Farmacológico, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (75)

207 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Modelo: Renal, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Expansível Por Balão, Diâmetro: Cerca De 6 X 10 A 60 MM, Tipo: Stent Não Farmacológico, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (75)

208 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Modelo: Carótida, Reto, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Diâmetro: Cerca De 4 A 12 X 20 A 60 MM, Tipo: Stent Não Farmacológico, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (105)

209 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Modelo: Carótida, Reto, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Diâmetro: Cerca De 4 A 12 X 20 A 60 MM, Tipo: Stent Não Farmacológico, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (140)

210 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Modelo: Carótida, Reto, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Diâmetro: Cerca De 4 A 12 X 20 A 60 MM, Tipo: Stent Não Farmacológico, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

211 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Modelo: Carótida, Reto, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Diâmetro: Cerca De 4 A 12 X 20 A 60 MM, Tipo: Stent Não Farmacológico, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (70)

212 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Modelo: Renal, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Expansível Por Balão, Diâmetro: Cerca De 5 X 10 A 60 MM, Tipo: Stent Não Farmacológico, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (120)

213 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Modelo: Renal, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Expansível Por Balão, Diâmetro: Cerca De 5 X 10 A 60 MM, Tipo: Stent Não Farmacológico, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (120)

214 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Modelo: Renal, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Expansível Por Balão, Diâmetro: Cerca De 6 X 10 A 60 MM, Tipo: Stent Não Farmacológico, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

215 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Modelo: Renal, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Expansível Por Balão, Diâmetro: Cerca De 6 X 10 A 60 MM, Tipo: Stent Não Farmacológico, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (75)

216 - Agente embólico

Descrição Detalhada: Componentes: C/ Sistema De Aplicação, Forma Farmacêutica: Injetável, Composição 1: À Base De Copolímero De Evoh, Composição Adicional 1: Em Dmso, C/ Agente De Contraste, Tipo: Líquido, Esterilidade: Estéril, Apirogênico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Quantidade Mínima Cotada: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 660

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (330)

217 - Introduutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introduutor Percutâneo Material: Polímero , Diâmetro Fio Guia: 0,038" , Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm , Esterilização: Estéril, Uso Único , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta , Dimensões: Cerca De 8 Fr X 12 Cm , Tipo: Arterial , Acessórios: C/ Agulha De Punção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (48)

218 - Filtro cardiovascular

Descrição Detalhada: Filtro Intravascular Durabilidade: Permanente , Uso: Veia Cava , Diâmetro Filtro: Cerca De 30 MM, Materia Prima: Ligas De Níquel E Titânio , Via Implante: Jugular Ou Femoral , Sistema Entrega: Pré-Montada Em Bainha Introduutora 7fr , Componente 1: Kit C/ Dilatador E Fio Guia , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Formato: Cônico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

Grupo: G1

219 - Filtro cardiovascular

Descrição Detalhada: Filtro Intravascular Durabilidade: Recuperável , Uso: Veia Cava , Componentes Adicionais: Baixo Perfil , Diâmetro Filtro: 30 A 35 MM, Componentes 2: C/ Cateter Extrator , Materia Prima: Ligas De Níquel E Titânio , Via Implante: Jugular Ou Femural , Sistema Entrega: Pré-Montado Em Bainha Introdutora , Componente 1: Kit C/ Dilatador E Fio Guia , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Formato: Cônico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (150)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
218	Filtro cardiovascular	60	Unidade
219	Filtro cardiovascular	150	Unidade