26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
155904 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIÁS

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00115/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter Balão Aplicação: Angioplastia Coronariana , Tipo: Semicomplacente , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Comprimento: Cerca 130 CM, Características Adicionais: C/ Emissores De Litotripsia Intravascular , Acessórios: C/ Cabo Compatível C/ Gerador , Diâmetro Balão: Cerca De 2 A 4 MM, Comprimento Balão: Cerca De 10 A 20 MM, Tipo Perfil: Compatível C/ Fio Guia 0,014"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (24)

2 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Aplicação: Angioplastia Coronariana, Tipo: Semicomplacente, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Comprimento: Cerca 130 CM, Características Adicionais: C/ Emissores De Litotripsia Intravascular, Acessórios: C/ Cabo Compatível C/ Gerador, Diâmetro Balão: Cerca De 2 A 4 MM, Comprimento Balão: Cerca De 10 A 20 MM, Tipo Perfil: Compatível C/ Fio Guia 0,014",

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (24)

3 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Aplicação: Angioplastia Coronariana, Tipo: Semicomplacente, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Comprimento: Cerca 130 CM, Características Adicionais: C/ Emissores De Litotripsia Intravascular, Acessórios: C/ Cabo Compatível C/ Gerador, Diâmetro Balão: Cerca De 2 A 4 MM, Comprimento Balão: Cerca De 10 A 20 MM, Tipo Perfil: Compatível C/ Fio Guia 0,014",

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (150)

4 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Aplicação: Angioplastia Coronariana, Tipo: Semicomplacente, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Comprimento: Cerca 130 CM, Características Adicionais: C/ Emissores De Litotripsia Intravascular, Acessórios: C/ Cabo Compatível C/ Gerador, Diâmetro Balão: Cerca De 2 A 4 MM, Comprimento Balão: Cerca De 10 A 20 MM, Tipo Perfil: Compatível C/ Fio Guia 0,014",

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (150)

5 - Cateter p/ intervenção

Descrição Detalhada: Tipo De Cateter: Guia, Tipo Material: Polímero Aramado, Tipo Ponta: Ponta Reta, Atraumática, Calibre Externo: Cerca De 8 FRENCH, Comprimento: Cerca De 100 CM, Aplicação: Angiográfico, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (24)

6 - Cateter p/ intervenção

Descrição Detalhada: Tipo De Cateter: Guia, Tipo Material: Polímero Aramado, Tipo Ponta: Ponta Reta, Atraumática, Calibre Externo: Cerca De 8 FRENCH, Comprimento: Cerca De 100 CM, Aplicação: Angiográfico, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (24)

7 - Cateter

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril, Comprimento: 190 CM, Uso: Tipo " Spray ", Componentes Adicionais: P/ Canal De Biópsia 2,0 Mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (360)

8 - Cateter

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril, Comprimento: 190 CM, Uso: Tipo " Spray ", Componentes Adicionais: P/ Canal De Biópsia 2,0 Mm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (36)

9 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Tipo De Cateter: Imagem Intravascular, Tipo Uso: Por Tomografia Ótica, Tipo Material: Revestimento Hidrofílico, Tipo Ponta: Ponta De Baixo Perfil, Calibre Externo: 2,7 FRENCH, Comprimento: 135 CM, Componente: Emite Ondas Infravermelhas, Componente I: Compatível C/ Fio Guia De 0,014", Aplicação: Medida Do Lúmen Do Vaso,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (60)

10 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Tipo De Cateter: Imagem Intravascular, Tipo Uso: Por Tomografia Ótica, Tipo Material: Revestimento Hidrofílico, Tipo Ponta: Ponta De Baixo Perfil, Calibre Externo: 2,7 FRENCH, Comprimento: 135 CM, Componente: Emite Ondas Infravermelhas, Componente I: Compatível C/ Fio Guia De 0,014", Aplicação: Medida Do Lúmen Do Vaso,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (60)

11 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Tipo De Cateter: P/ Proteção Cerebral - Êmbolos, Tipo Uso: Proteção Proximal, Calibre Externo: Cerca De 9 FRENCH, Comprimento: Cerca De 100 CM, Componente: 02 Balões Complacentes - Proximal E Distal, Componente I: Radiopaco, Aplicação: Angioplastia Carotídea, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (60)

12 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Tipo De Cateter: P/ Proteção Cerebral - Êmbolos, Tipo Uso: Proteção Proximal, Calibre Externo: Cerca De 9 FRENCH, Comprimento: Cerca De 100 CM, Componente: 02 Balões Complacentes - Proximal E Distal, Componente I: Radiopaco, Aplicação: Angioplastia Carotídea, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (60)

13 - Fio guia

Descrição Detalhada: Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,018", Comprimento: Cerca De 300 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (24)

14 - Fio guia

Descrição Detalhada: Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,018", Comprimento: Cerca De 300 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (24)

15 - Agente embólico

Descrição Detalhada: Tipo: Microesferas, Composição 1: À Base Hidrogel De Pva, Tamanho: 700 - 900 MICROM, Forma Farmacêutica: Injetável, Esterilidade: Estéril, Apirogênico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco-Ampola **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (12)

16 - Agente embólico

Descrição Detalhada: Tipo: Microesferas, Composição 1: À Base Hidrogel De Pva, Tamanho: 700 - 900 MICROM, Forma Farmacêutica: Injetável, Esterilidade: Estéril, Apirogênico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco-Ampola **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (12)

17 - Endoprótese torácica

Descrição Detalhada: Tipo Armação: Proximal, Tamanho: 36 X 152 MM, Características Adicionais: Com Stent Aço Inox Auto-Expansível,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (24)

18 - Endoprótese torácica

Descrição Detalhada: Tipo Armação: Proximal, Tamanho: 36 X 152 MM, Características Adicionais: Com Stent Aço Inox Auto-Expansível,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (3)

19 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Tipo: Stent Recoberto, Adicional 1: C/ Heparina, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 14 X 20 A 100 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (24)

20 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Tipo: Stent Recoberto, Adicional 1: C/ Heparina, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 14 X 20 A 100 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (3)

21 - Cateter

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Esterilidade: Estéril, Descartável, Uso: Pediátrico, Referência: P/ Coleta De Aspirado Broncoalveolar, Componentes: Duplo - Externo E Interno C/ Trava, Componentes Adicionais: Ponta Distal C/ Tampão,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (6)

22 - Cateter

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Esterilidade: Estéril, Descartável, Uso: Pediátrico, Referência: P/ Coleta De Aspirado Broncoalveolar, Componentes: Duplo - Externo E Interno C/ Trava, Componentes Adicionais: Ponta Distal C/ Tampão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

23 - Endoprótese torácica

Descrição Detalhada: Tipo Armação: Proximal, Tamanho: 36 X 152 MM, Características Adicionais: Com Stent Aço Inox Auto-Expansível,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (70)

24 - Endoprótese torácica

Descrição Detalhada: Tipo Armação: Proximal, Tamanho: 36 X 152 MM, Características Adicionais: Com Stent Aço Inox Auto-Expansível,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (7)

25 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Amplatz - Ar1, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (12)

26 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Amplatz - Ar1, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (12)

27 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Amplatz - Ar1, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (12)

28 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Amplatz - Ar1, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (12)

29 - Cateter

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Esterilidade: Estéril, Descartável, Uso: Pediátrico, Referência: P/ Coleta De Aspirado Broncoalveolar, Componentes: Duplo - Externo E Interno C/ Trava, Componentes Adicionais: Ponta Distal C/ Tampão,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (50)

30 - Cateter

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Esterilidade: Estéril, Descartável, Uso: Pediátrico, Referência: P/ Coleta De Aspirado Broncoalveolar, Componentes: Duplo - Externo E Interno C/ Trava, Componentes Adicionais: Ponta Distal C/ Tampão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (50)

31 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - Jr, Tamanho Da Curva: C/ 3,5 CM, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (70)

32 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - Jr, Tamanho Da Curva: C/ 3,5 CM, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (70)

33 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 4 X 20 A 80 MM, Sistema Entrega: Expansível Por Balão, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (12)

34 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 4 X 20 A 80 MM, Sistema Entrega: Expansível Por Balão, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (12)