

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00115/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cardioversor Desfibrilador Implantável			
Descrição Detalhada: Cardioversor Desfibrilador Implantável Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos , Configuração Do Sistema: Cdi Ressincronizador Df-1 + Is-1 Multissítio , Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Fisiológico , Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina , Compatibilidade: Condicionado Mri , Material Carcaça: Liga Metálica			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	50
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Teresina/PI (25)		
Grupo: G1			

2 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca			
Descrição Detalhada: Modelo: Definitivo, Aplicação: Epicárdico, Componente: Eletrodo, Fixação: Fixação Ativa, Tipo: Bipolar, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Conexão: Conector Tipo Is-1,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Teresina/PI (12)		
Grupo: G1			

3 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca			
Descrição Detalhada: Modelo: P/ Marcapasso Multissítio, Aplicação: Endocárdico E Seio Coronário, Componente: Conjunto De Eletrodos, Componente Ii: C/ Sistema De Entrega, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	50
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Teresina/PI (25)		
Grupo: G1			

4 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca			
Descrição Detalhada: Modelo: Definitivo, Aplicação: Endocárdico, Componente: Eletrodo, Fixação: Fixação Ativa, Componente Iii: Condicionado P/Ressonância Magnética, Tipo: Bipolar, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Conexão: Conector Tipo Is-1,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	50
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Teresina/PI (25)		
Grupo: G1			

5 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Adicionais: P/ Implantar Eletrodo Endocárdico Em Feixe His, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Esterilização: Estéril, Uso Único, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Flexível, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 45 Cm, Tipo: Venoso,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

Grupo: G1

6 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Aplicação: Via Seio Coronário, Componente: Eletrodo, Tipo: Bipolar, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Conexão: Conector Tipo Is-1,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (24)

7 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Material: Polímero Hidrofílico, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Aramada E Extensão C/ Torneira, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 13 Cm, Tipo: Arterial,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

8 - Marca-Passo Cardíaco Implantável

Descrição Detalhada: Compatível: Condicionado Mri, Configuração Do Sistema: Bicameral Epicárdico Is-1, Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico, Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina, Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos, Material Carcaça: Liga Metálica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (24)

9 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material: Metálico, Adicionais: Conjunto Introdutor Completo, Tipo 1: Via Subclávia, Aplicação*: P/ Extração Percutânea Eletrodo Cardíaco, Componente 1: Fio Guia C/ Ponta Distal Extratora, Tamanho: Comprimento Total Cerca De 140 Cm, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

10 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Adicionais: Conjunto Introdutor Completo, Embalagem: Embalagem Individual, Aplicação*: Dispositivo De Assistência Circulatoria Mecânica, Componente 1: Cateter - Ponta Distal C/ Micromotor, Componente 3: C/ Cabo Conector, Sistema De Infusão, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

11 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Adicionais: Conjunto Introdutor Completo, Embalagem: Embalagem Individual, Aplicação*: Dispositivo De Assistência Circulatoria Mecânica, Componente 1: Cateter - Ponta Distal C/ Micromotor, Componente 3: C/ Cabo Conector, Sistema De Infusão, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

12 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Adicionais: Conjunto Introdutor Completo, Embalagem: Embalagem Individual, Aplicação*: Dispositivo De Assistência Circulatoria Mecânica, Componente 1: Cateter - Ponta Distal C/ Micromotor, Componente 3: C/ Cabo Conector, Sistema De Infusão, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (2)

13 - Laço de captura

Descrição Detalhada: Material: Tungstênio E Ouro, Uso: Uso C/ Cateter Cerca De 6fr, 100cm, Aplicação: Retirada Corpo Estranho, Características: Elástico, Flexível, Resistente A Dobras E Torções, Comprimento: 120 CM, Diâmetro: 15 A 35 MM, Tipo: Tipo Laço 90°, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (40)

14 - Fio guia

Descrição Detalhada: Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfé, Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Vascular, Comprimento: Cerca De 150 CM, Diâmetro: 0,035", Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (15)

15 - Seringa

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha, Capacidade: 1 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip, Adicional: Graduada (Escala Ui), Numerada, Componente Adicional: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Apresentação: Embalagem Individual, Tipo Agulha: C/ Agulha 27 G X 1/2", Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56000

Quantidade Mínima Cotada: 56000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 112000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (56000)

16 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Aplicação*: Uso Em Angioplastia, Para Cateter Balão, Componente 1: Seringa Insufladora C/ Manômetro, Componente 2: Conector Em "Y", Rotor, Tubo Inserção, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

17 - Seringa

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Capacidade: 200 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip, Apresentação: Embalagem Individual, Compatibilidade: Compatível Com Bomba Infusora, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (250)

18 - Equipo especial

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Número Vias: Espiralado, Via Única, Aplicação: P/ Contraste Radiológico, Tipo Conector: Conectores Luer Lock, Comprimento: Cerca De 150 CM, Características Adicionais: Baixa Pressão, Compatibilidade: Compatível C/ Bomba Injetora, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (500)

19 - Pá para desfibrilador

Descrição Detalhada: Modelo: Tipo Eletrodo, Adesiva, Tipo Equipamento: Externo Automático - Dea, Apresentação*: Par, Tamanho: Adulto, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

20 - Cabo

Descrição Detalhada: Aplicação: Compatível Com Equipamento, Tipo: Oximetria,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (36)

21 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Componentes: C/ Anéis Removíveis, Modelo: Reto, Matéria Prima: Ptfе, Expandido, Diâmetro: Diâmetro 6 MM, Tipo: Enxerto, Tipo Uso: Uso Único, Estéril, Origem: Inorgânico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

22 - Cadarço identificação vasos sanguíneos

Descrição Detalhada: Material: Silicone, Isento De Látex Natural, Opacidade: Radiopaco, Tipo Uso*: Estéril, Uso Único, Cor: Amarelo, Tamanho: Cerca De 2,5 Mm X 40 Cm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (25)

23 - Cadarço identificação vasos sanguíneos

Descrição Detalhada: Material: Silicone, Isento De Látex Natural, Opacidade: Radiopaco, Tipo Uso*: Estéril, Uso Único, Cor: Azul, Tamanho: Cerca De 1 Mm X 45 Cm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (25)

24 - Cadarço identificação vasos sanguíneos

Descrição Detalhada: Material: Silicone, Isento De Látex Natural, Opacidade: Radiopaco, Tipo Uso*: Estéril, Uso Único, Cor: Vermelho, Tamanho: Cerca De 2,5 Mm X 40 Cm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (25)

25 - Cadarço identificação vasos sanguíneos

Descrição Detalhada: Material: Silicone, Isento De Látex Natural, Opacidade: Radiopaco, Tipo Uso*: Estéril, Uso Único, Cor: Branco, Tamanho: Cerca De 2,5 Mm X 40 Cm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (25)

26 - Estabilizador

Descrição Detalhada: Componentes: 2 Estabilizadores Ligados A Braço Articulado, Outros Componentes: Válvula Retenção, Tipo: De Tecido Para Cirurgia Cardíaca, Características Adicionais: Descartável, Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

27 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Modelo: Corrugado, Valvado, Matéria Prima: Pericárdio Bovino, Diâmetro: Diâmetro 19 MM, Tipo: Enxerto, Tipo Uso: Uso Único, Estéril, Origem: Orgânico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Cardioversor Desfibrilador Implantável	25	Unidade
2	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	12	Unidade
3	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	25	Unidade
4	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	25	Unidade
5	Introdutor percutâneo	50	Unidade