

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Negatoscópio			
Descrição Detalhada: Negatoscópio Material Visor: Acrílico Translúcido , Aplicação: C/ 1 Corpo P/ Fixação Em Parede , Comprimento: 48,50 CM, Espessura: 10 CM, Largura: Aproximadamente 38 CM, Características Adicionais: Prendedor Radiografia No Corpo,Tecla Liga/Desliga , Tensão Alimentação: 110 V, Material Estrutura: Chapa Aço , Quantidade Lâmpadas: 1 , Potência Lâmpada: 32 W, Acabamento Superficial Estrutura: Moldura Em Aço Pintado C/ Tratamento Antiferrugem			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (3)			

2 - Cardiotocógrafo			
Descrição Detalhada: Cardiotocógrafo Modelo: P/ Feto Gemelar , Adicionais: C/ Memória Interna , Ajuste: Pannel Controle Digital C/ Tela Gráfica , Outros Componentes: C/ Impressora Integrada , Componente 1: 1 Transdutor Contração Uterina Materna Toco , Componente 2: 2 Transdutores Us - Frequência Cardíaca Fetal , Componente 3: 1 Marcador Movimento Fetal , Componente 4: C/ Cintas			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Dourados/MS (4), Salvador/BA (4)			

3 - Bisturi elétrico			
Descrição Detalhada: Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência , Outros Componentes: Memória , Modo De Operação: Bipolar E Micro			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (1)			

4 - Detector fetal			
Descrição Detalhada: Detector Fetal Material: Gabinete Plástico , Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor , Frequência: Até Cerca 2,2 MHZ, Outros Componentes: Entrada Auxiliar , Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão , Ajuste*: Ajuste Digital E Tela Gráfica , Tipo: Portátil , Fonte Alimentação: À Bateria , Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200 BP			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	16	Quantidade Mínima Cotada:	16
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	32
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Dourados/MS (8), Salvador/BA (8)			

5 - Dispositivo p, medidas antropométricas

Descrição Detalhada: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Modelo: Elétrica , Capacidade Máxima Carga: Até 15 KG, Adicional: Memória, Trava , Tipo*: Tipo Balança Pediátrica , Componente I: C/ Visor E Ajuste Digital , Componente Ii: Concha Anatômica Em Polipropileno Injetado , Material*: Gabinete Plástico , Componente Iii: Pés Reguláveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dourados/MS (4), Salvador/BA (4)

6 - Dispositivo p, medidas antropométricas

Descrição Detalhada: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm E Cm , Modelo: Elétrica , Capacidade Máxima Carga: Até 200 KG, Tipo*: Tipo Balança C/ Régua , Componente I: C/ Visor Digital , Componente Ii: Tapete De Borracha , Material*: Aço C/ Pintura Eletrostática , Componente Iii: Pés Reguláveis , Faixa Medição: Cerca De 2,0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (1)

7 - Foco

Descrição Detalhada: Foco Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux , Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer , Adicional 2: C/ Câmera Vídeo , Articulação: Cúpulas E Braços Articuláveis , Cúpula: 2 Cúpulas , Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 60.000 H , Adicional 3: C/ Bateria , Tipo: Cirúrgico De Teto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (2)

8 - Mesa cirúrgica

Descrição Detalhada: Mesa Cirúrgica Capacidade: 450 KG, Tipo Fixação: Base Em "T" , Tipo Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Tampo Leito: Radiotransparente , Tipo Movimento Elevação: Elétrica-Hidráulica , Comando Movimento: Travas Auto-Reguláveis, Ajuste Automático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (1)

9 - Equipamento P/ Aquecimento - Uso Médico

Descrição Detalhada: Equipamento P/ Aquecimento - Uso Médico Dimensões (C X L X A) / Capacidade: Cerca De 40 X 60 X 35 CM, Temperatura: Ajuste Digital, Cerca De 30 °C A 70°C , Componentes: Visor Digital, Sensor, Alarme , Modelo: Gabinete C/ Porta, Compartimento Único , Fonte Alimentação Energia: Rede Elétrica , Aplicação: P/ Armazenar Rouparia, Frascos - Sangue E Soluções , Tipo Aquecimento: Calor Seco, Ar Circulante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Dourados/MS (2), Salvador/BA (2)

10 - Monitor multiparâmetro

Descrição Detalhada: Monitor Multiparâmetro Componentes: Alarmes , Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações , Registros: 2 Canais , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Módulos: Espectrofotometria/Plestismografia , Tipo: Pré Configurado , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (6)