

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00170/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Foco			
Descrição Detalhada: Foco Tipo: Cirúrgico De Teto , Cúpula: 2 Cúpulas , Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H , Luminosidade: Cerca De 120.000 E 160.000 Lux , Articulação: Cúpulas E Braços Articuláveis , Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer , Adicional 3: C/ Bateria			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		4	Quantidade Mínima Cotada: 4
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 8
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (4)			

2 - Bisturi elétrico			
Descrição Detalhada: Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência , Modo De Operação Monopolar: Monopolar , Potência Máxima Corte Monopolar: De 100 A 150 W, Tipo De Coagulação: Coagulação E Spray , Tipo De Corte: Corte Puro E No Mínimo 3 Mistos , Modo De Operação: Bipolar, Micro E Macro , Opcionais: Ajuste Mecânico , Outros Componentes: Alarme			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		4	Quantidade Mínima Cotada: 4
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 8
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (4)			

3 - Desfibrilador			
Descrição Detalhada: Desfibrilador Tipo: Cardioversor, Modo Automático E Manual , Recursos Integrados: Monitor C/ Ecg, Spo2, Mp Transcutâneo , Tipo Onda: Bifásica , Memória: Grava Eventos , Alimentação: Bateria Recarregável , Componente: Pás Externas E Adesivas , Componente I: Cabos 3 A 5 E 10 Vias , Componentes Adicionais: C/ 12 Derivações Simultâneas , Tipo Módulo: Portátil , Tipo Uso: Uso Adulto E Pediátrico			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		4	Quantidade Mínima Cotada: 4
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 8
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (4)			

4 - Autoclave			
Descrição Detalhada: Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Vertical , Modelo: Gravitacional , Operação: Manual , Volume Câmara: Cerca De 150 L, Composição: Manômetro, Chave Temperatura , Outros Componentes: 1 Cesto, Com Pedal			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		2	Quantidade Mínima Cotada: 2
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (2)			

5 - Detector fetal

Descrição Detalhada: Detector Fetal Tipo: De Mesa , Ajuste*: Ajuste Mecânico, Visor Digital, Botão De Controle , Material: Gabinete Plástico , Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão , Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200 BPM, Frequência: Até Cerca 2,2 MHZ, Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor , Outros Componentes: Entrada Auxiliar , Adicionais: Fone Ouvido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (4)

6 - Mesa ginecológica

Descrição Detalhada: Mesa Ginecológica Estrutura: Tubo Aço , Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin , Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem , Características Adicionais: Balde Aço Inox , Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado , Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (6)

7 - Equipamento - uso oftalmologico

Descrição Detalhada: Equipamento - Uso Oftalmologico Tipo: Ultrassom , Componentes: Painel Controle, Tela Led/Lcd, Sensível Ao Toque , Aplicação: Diagnóstico , Acessórios: Probe Frequência Cerca 10 Mhz , Características Adicionais: Cálculo Lio, Paquimetria, Biometria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (2)

8 - Dinamômetro

Descrição Detalhada: Dinamômetro Tipo: Portatil Digital Com Tela Gráfica , Capacidade Máxima: 100 KGF, Aplicação: Medição De Compressão , Características Adicionais: Leituras Em Newton (N), Quilograma Força (Kgf), E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (2)

9 - Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular

Descrição Detalhada: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Neuroestimulação Temporária P/ Nervo Sacral , Adicionais: Gerador De Pulso Externo , Alimentação: Bateria , Características Adicionais: Programável , Acessórios: C/ Cinto Ajustável , Operação: Compatível C/ Eletrodo , Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (2)

10 - Material fisioterapia

Descrição Detalhada: Material Fisioterapia Tipo: Sistema P/Treinamento Musculatura Inspiratória , Componentes: C/ Válvula , Componentes Adicionais: Pressão Cerca De 25 A 190 Cmh2o

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (2)

11 - Mesa ortopedica

Descrição Detalhada: Mesa Ortopedica Tipo: Ortostática Adulto , Material Estrutura: Estrutura Tubular De Aço Quadrado , Controle: Sistema De Inclinação Elétrico,Sistema De Freio , Tipo Base: Montado Sobre Rodízios De 3",Tampo Estofado , Características Adicionais: C/ Jogo De Faixas P/ Fixação Do Paciente , Tensão Alimentação: 110/220v Não Seleccionável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (2)

12 - Material fisioterapia

Descrição Detalhada: Material Fisioterapia Tipo: Faixa Elástica Em "8" Com Costura Reforçada , Aplicação: Exercício Fortalecimento Muscular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (2)

13 - Material fisioterapia

Descrição Detalhada: Material Fisioterapia Tipo: Sistema P/Treinamento Musculatura Inspiratória , Características Adicionais: Pressão De 7 A 41cmh2o , Componentes: Válvula Unidirecional

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (6)

14 - Aparelho ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Portátil, Digital Alta Resolução , Aplicação: Multifuncional, Conexão Sem Fio , Características Adicionais: Até 4 Transdutores Multifrequenciais , Componentes: Tela Sensível Ao Toque, Rotação De 90° , Outros Componentes: Software Armazena Dados, Relatório Personalizado , Componentes Adicionais: Ajuste Digital, C/ Painele De Controle, Programável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (2)

Grupo: G1

15 - Transdutor uso médico

Descrição Detalhada: Transdutor Uso Médico Compatível: P/ Ultrassom , Modelo: Multifrequencial De Banda Larga, 3d/4d , Formato: Curvo, Convexo , Faixa Frequência: C/ Faixa Frequência Ajustável , Componente Adicional: C/ Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (2)

Grupo: G1

16 - Transdutor uso médico

Descrição Detalhada: Transdutor Uso Médico Compatível: P/ Ultrassom , Modelo: Multifrequencial De Banda Larga, 3d/4d , Formato: Linear , Faixa Frequência: C/ Faixa Frequência Ajustável , Componente Adicional: C/ Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (2)

Grupo: G1

17 - Transdutor uso médico

Descrição Detalhada: Transdutor Uso Médico Compatível: P/ Ultrassom , Modelo: Multifrequencial De Banda Larga , Formato: Setorial Cardíaco , Faixa Frequência: C/ Faixa Frequência Ajustável , Componente Adicional: C/ Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (2)

Grupo: G1

18 - Transdutor uso médico

Descrição Detalhada: Transdutor Uso Médico Compatível: P/ Ultrassom , Aplicação: Transesofágico , Modelo: Multifrequencial De Banda Larga , Faixa Frequência: C/ Faixa Frequência Ajustável , Componente Adicional: C/ Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (2)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
14	Aparelho ultrassonografia	2	Unidade
15	Transdutor uso médico	2	Unidade
16	Transdutor uso médico	2	Unidade
17	Transdutor uso médico	2	Unidade
18	Transdutor uso médico	2	Unidade