

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00200/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Trefina / Trepano Oftalmológico

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 6,25 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (60)

2 - Trefina / Trepano Oftalmológico

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 6,5 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (30)

3 - Trefina / Trepano Oftalmológico

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 6,75 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (30)

4 - Trefina / Trepano Oftalmológico

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 7,0 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (40)

**5 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 7,25 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65

**Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (65)

**6 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 7,5 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (80)

**7 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 7,75 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (40)

**8 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 8,0 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90

**Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 180

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (90)

**9 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 8,25 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (40)

**10 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 8,5 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70

**Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 140

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (70)

**11 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 8,75 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (40)

**12 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 9,0 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (15)

**13 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 9,5 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (10)

**14 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 6,5 MM, Adicional: C/ Receptáculo , Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (24)

**15 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 6,75 MM, Adicional: C/ Receptáculo , Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 36

**Quantidade Mínima Cotada:** 36

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 72

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (36)

**16 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 7,0 MM, Adicional: C/ Receptáculo , Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 36

**Quantidade Mínima Cotada:** 36

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 72

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (36)

**17 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 7,25 MM, Adicional: C/ Receptáculo , Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (40)

**18 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 7,5 MM, Adicional: C/ Receptáculo , Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 45

**Quantidade Mínima Cotada:** 45

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 90

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (45)

**19 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 7,75 MM, Adicional: C/ Receptáculo , Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 45

**Quantidade Mínima Cotada:** 45

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 90

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (45)

**20 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 8,0 MM, Adicional: C/ Receptáculo , Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 45

**Quantidade Mínima Cotada:** 45

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 90

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (45)

**21 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 8,25 MM, Adicional: C/ Receptáculo , Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (40)

**22 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 8,5 MM, Adicional: C/ Receptáculo , Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (40)

**23 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 8,75 MM, Adicional: C/ Receptáculo , Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 36

**Quantidade Mínima Cotada:** 36

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 72

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (36)

**24 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 9,0 MM, Adicional: C/ Receptáculo , Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (12)

**25 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora , Método: S/ Sistema A Vácuo , Diâmetro: 9,5 MM, Adicional: C/ Receptáculo , Material Lâmina: Aço Inoxidável , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (10)